




รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ชุด BUFFY COAT Pooling Kit Set
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

1. เป็นถุงถ่ายโลหิตปราศจากเชื้อใช้สำหรับการ Pool Platelet จากหลาย ๆ ถุงและมีถุงเก็บ Platelet โดยเฉพาะ พ่วงติดกัน
2. เป็น Pooling Bag มีขนาดไม่น้อยกว่า 600 ซีซี. พร้อมสายต่อ Pooling ไม่น้อยกว่า 4 สาย ซึ่งปลายเป็นสายปิดสนิท
3. มี Leukocyte removal Filter เพื่อใช้ในการกรองเม็ดเลือดขาวออกจาก Platelet ก่อนเข้าสู่ Pooled platelet storage bag
4. ภายหลังการกรองมีเม็ดเลือดขาวปนเปื้อนในเกล็ดเลือดเข้มข้นไม่เกิน 0.1×10^6 cell/unit
5. มีถุงพ่วงขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ซีซี. สำหรับการเก็บ Platelet (Platelet Storage Bag) ซึ่งสามารถเก็บ Platelet ได้ไม่น้อยกว่า 5 วัน
6. ระบุ Lot. No. อยู่บนถุงทั้งสองชนิดและที่กล่องบรรจุ
7. ระบุวันหมดอายุ
8. มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบ
9. กรณีเป็น BUFFY COAT Pooling Kit Set ที่โรงพยาบาลยังไม่เคยใช้งาน หรือทดสอบคุณภาพมาก่อน ผู้ขายจะต้องนำตัวอย่างมาให้โรงพยาบาลทดสอบประเมินคุณภาพก่อน โดยจะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามข้อกำหนดของโรงพยาบาล

ลงชื่อ.....
(นายศักรนันท์ คารอริย์ธัช)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายวีรวัฒน์ สีตจักร์)
กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นางสาวปัทมาภรณ์ พากักติ)
กรรมการ