




คุณลักษณะเฉพาะ
น้ำยาล้างทำความสะอาดสำหรับเครื่องตรวจการแข็งตัวของเลือดอัตโนมัติ

1. เป็นน้ำยาสำหรับพร้อมใช้งาน
2. เป็น Detergent สำหรับทำความสะอาด Probe
3. มีสลากระบุ lot no. และวันหมดอายุข้างขวด
4. สามารถเก็บน้ำยาที่อุณหภูมิ 2-8 องศา เซลเซียสได้ และมีอายุหลังจากเปิดใช้งานไม่น้อยกว่า 1 เดือน
5. มีขนาดบรรจุขวดละไม่น้อยกว่า 50 มล.
6. มีอายุการใช้งานของน้ำยาไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบ
7. บริษัทผู้ขายต้องรับผิดชอบกรณีที่เกิดการเสื่อมสภาพของน้ำยาก่อนหมดอายุการใช้งานปกติ
8. กรณีเป็นน้ำยาที่โรงพยาบาลยังไม่เคยใช้งาน หรือทดสอบคุณภาพมาก่อน ผู้ขายจะต้องนำตัวอย่างน้ำยามาให้โรงพยาบาลทดสอบประเมินคุณภาพก่อน โดยจะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามข้อกำหนดของโรงพยาบาล


..... ประธานกรรมการ
(นางพัชรา สนิทกลาง)


..... กรรมการ
(นางสาวขวัญเรือน จงจอหอ)


..... กรรมการ
(นางสาวรัชฎาภรณ์ พรหมคุณ)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มีในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการน้ำยาล้างทำความสะอาดสำหรับเครื่องตรวจการแข็งตัวของเลือดอัตโนมัติ จำนวน ๓๕๐ ขวด

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖

เป็นเงิน ๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)

ราคา/หน่วย : ราคาขวดละ ๒,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ บริษัท เมต-วัน จำกัด

๕.๒ บริษัท เอช ดี เมดิคอล จำกัด

๕.๓ บริษัท พาวเวอร์ เมด จำกัด

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑ นางพัชรา สนิทกลาง	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวขวัญเรือน จงจอหอ	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๖.๓ นางสาวรัชฎาภรณ์ พรหมคุณ	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ