

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุการแพทย์

โครงการจัดซื้อวัสดุการแพทย์

Main Pump Tubing และ EXTENSION TUBE ARTHROSCOPY PUMP จำนวน 2 รายการ

สำหรับปีงบประมาณ 2568 (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์)

1. รายการวัสดุและจำนวน

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| 1) Main Pump Tubing | จำนวน 400 EA |
| 2) EXTENSION TUBE ARTHROSCOPY PUMP | จำนวน 400 EA |

2. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เพื่อเป็นวัสดุใช้สำหรับต่อเข้ากับเครื่องควบคุมและปรับแรงดันในการไหลของน้ำในข้อ โดยใช้ร่วมกับกล้องส่องข้อ

3. คุณลักษณะเฉพาะ

3.1 รายการที่ 1 Main Pump Tubing จำนวน 400 EA

3.1.1 สายควบคุมแรงดัน

- 1) เป็นสายน้ำและสายซิลิโคนพร้อมกระบอกวัดแรงอัตราการไหลของน้ำ
- 2) ปลายด้านหนึ่งสำหรับเชื่อมต่อเข้ากับขวดน้ำ ปลายอีกด้านหนึ่งต่อเข้ากับสายต่อฟุ้ง เพื่อต่อเข้ากับกล้องส่องข้อ

3.1.2 เป็นชนิดใช้ครั้งเดียว

3.1.3 บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปราศจากเชื้อ

3.1.4 บรรจุ 1 ชิ้น ต่อ 1 ซอง

3.1.5 เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

3.1.5 มีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ส่งมอบสินค้า

3.1.6 แสดงรายละเอียดสินค้าติดกับบรรจุภัณฑ์และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน

ลงชื่อ.....
(ทพ.ไพฑูรย์ จันทนง)

เป็นประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....
(พญ.สิริมาพร โตระพรม)

เป็นกรรมการ

ลงชื่อ.....
(พ.อ.ดร. ไร่ทองดี)

เป็นกรรมการ

3.2 รายการที่ 2 EXTENSION TUBE ARTHROSCOPY PUMP

จำนวน 400 EA

3.2.1 สายต่อพ่วงจากสายที่ต่อจากขดเข้าผู้ป่วย

- 1) เป็นสายน้ำเพื่อต่อเข้ากับกล้องส่องข้อและปลายอีกด้านต่อเข้ากับสายควบคุมแรงดันน้ำ
- 2) มีลิ้น เปิด-ปิด เพื่อป้องกันการไหลกลับของน้ำ

3.2.2 เป็นชนิดใช้ครั้งเดียว

3.2.3 บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปราศจากเชื้อ

3.2.4 บรรจุ 1 ชิ้น ต่อ 1 ขง

3.2.5 เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

3.2.6 มีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ส่งมอบสินค้า

3.2.7 แสดงรายละเอียดสินค้าติดกับบรรจุภัณฑ์และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน

4. เงื่อนไขอื่น ๆ

4.1 ได้รับอนุญาตนำเข้าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โดยต้องแสดงเอกสารไปพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ

4.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพ จาก CE Mark หรือมาตรฐานเทียบเท่า โดยต้องแสดงเอกสารไปพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ

4.3 โรงงานผลิตได้มาตรฐาน ISO13485 โดยต้องแสดงเอกสารไปพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ

4.4 ผลิตภัณฑ์ที่ยื่นเสนอต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำมาให้ทดลองใช้งาน และผ่านการประเมินซึ่งอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดีขึ้นไป จากทาง หน่วยผ่าตัด 2 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยต้องแสดงเอกสารไปพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ

ลงชื่อ.....
(.....นางวันวิสา สอนพ.....)

เป็นประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....
(.....นางสาวกนกพร โขธระภณกุล.....)

เป็นกรรมการ

ลงชื่อ.....
(.....น.ส.อภิญญา ใจดี.....)

เป็นกรรมการ

5. เงื่อนไขการเสนอราคา

5.1 คณะแพทยศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาวัสดุที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการก่อนการจัดซื้อและอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี

5.2 ผู้เสนอราคาต้องส่งตัวอย่างพัสดุที่เสนอ รายการละ 1 EA นับถัดจากวันที่ได้ยื่นเสนอราคา

5.3 กำหนดส่งมอบ 365 วัน ทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ

5.3.1 เมื่อครบกำหนดส่งมอบสินค้าตามที่กำหนดในแต่ละงวดแล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงให้แก่ผู้ซื้อ หรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนได้และผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าปรับตามเงื่อนไขสัญญา

5.3.2 หากผู้ขายส่งมอบสิ่งของก่อนถึงระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละงวด ผู้ซื้อขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหากเกิดความเสียหายใด ๆ แก่สิ่งของดังกล่าว ยกเว้นกรณีที่ผู้ขายได้รับแจ้งจากผู้ซื้อให้ส่งก่อนระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละงวด

5.3.3 หากสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบ ไม่มีคุณภาพและผู้ขายไม่สามารถแก้ไขได้ หรือหากสิ่งของนั้นล้นสต็อกผู้ซื้อขอสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกการส่งมอบบางงวด หรือทั้งหมด หรือให้ชะลอการส่งมอบบางงวดนั้น โดยผู้ซื้อจะแจ้งให้ผู้ขายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

6. เกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือก คือ เกณฑ์ราคา

7. วิธีจัดซื้อ : วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ลงชื่อ.....
(.....)

เป็นประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....
(.....)

เป็นกรรมการ

ลงชื่อ.....
(.....)

เป็นกรรมการ