

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

งานเพาะเชื้อพลาสติกชนิดปราศจากเชื้อ

1. คุณสมบัติทั่วไป

เป็นงานเพาะเชื้อสำหรับงานด้านแบคทีเรีย

2. คุณลักษณะเฉพาะ

2.1 งานเพาะเชื้อพลาสติก มีขนาดไม่น้อยกว่า 90-95 x 14-16 มิลลิเมตร

2.2 เป็นงานเพาะเชื้อที่ผลิตด้วยพลาสติก ที่มีคุณสมบัติทนต่อความร้อนสูง เมื่อเตรียมด้วย Hot agar

2.3 งานเพาะเชื้อพลาสติกผ่านการฆ่าเชื้อ และมีใบรับรอง Sterillization test หรือ Certificated report ทุก lot ของสินค้า

2.4 งานเพาะเชื้อบรรจุในถุงพลาสติกใส สามารถมองเห็นรอยแตกร้าวของผลิตภัณฑ์จากภายนอกได้อย่างชัดเจน

3. เงื่อนไขเฉพาะ

3.1 บริษัทจะต้องมีเอกสารการเป็นผู้แทนจำหน่ายหรือได้รับมอบให้เป็นผู้จำหน่ายสินค้านี้ ในประเทศไทย

3.2 กรณีเป็นผลิตภัณฑ์ที่ห้องปฏิบัติการไม่เคยใช้งานมาก่อนต้องผ่านการประเมินจากผู้ใช้งานว่ามีความเหมาะสมกับกระบวนการทำงานของห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

3.3 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากวันส่งมอบ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายธนา เอกวงศ์วิริยะ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางศศิธร หัสวาที)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวภัสกรณ วรธงไชย)