

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

หลอดเก็บเสมหะ

1. คุณสมบัติทั่วไป

เป็นภาชนะหลอดพลาสติกปราศจากเชื้อพร้อมสายยางดูดเสมหะ

2. คุณลักษณะเฉพาะ

2.1 หลอดพลาสติกสำหรับใส่เสมหะเป็นแบบชนิดใส ขนาดบรรจุ 25 ซีซี

2.1.1 มีฝาปิดด้านบนและล่าง

2.1.2 มีขีดบอกปริมาตร เริ่มตั้งแต่ 5 ml ไปจนถึง 25 ml

2.2 สายดูดเสมหะและข้อต่อควบคุมการดูดเสมหะ

2.2.1 สายดูดเสมหะและข้อต่อควบคุม ใช้ต่อกับเครื่องดูดเสมหะ ความยาวสายไม่น้อยกว่า 35 เซนติเมตร

2.2.2 สายดูดเสมหะ ความยาวสายไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร

2.2.3 ผิวนอกของสาย เรียบ โปร่งแสงเพื่อให้มองเห็นเสมหะหรือของเหลวภายในได้

2.3 ผ่านกรรมวิธีทำให้สะอาดปราศจากเชื้อ บรรจุในซองพลาสติก ที่ทนต่อการเจาะขาดเพื่อรักษาความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

3. เงื่อนไขเฉพาะ

3.1 เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และมีอายุการใช้งานในวันส่งมอบไม่น้อยกว่า 2 ปี

3.2 ผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองการจดแจ้งผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และมาตรฐาน มอก.

3.3 สามารถแลกเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับการใช้งาน ในกรณีสินค้าใกล้หมดอายุ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นายศักรินทร์ คารอริย์ธัช)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสาวภัสกรณ วรธงไชย)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสาวณัฐธิดา วายโสกา)