

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีในงานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ : วัสดุการแพทย์ รายการ SCD Express Thigh Length-Medium จำนวน ๖๐๐ ชิ้น
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๑,๒๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๓ ธ.ค. ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๑,๒๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
ราคาต่อหน่วย ราคาชิ้นละ ๒,๑๔๐.๐๐ บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด จำนวน ๓ ราย ดังนี้
 - ๕.๑.๑ บริษัท ดีทีแอสล์-เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
 - ๕.๑.๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.อี.เมดิคอล
 - ๕.๑.๓ บริษัท ซีซี-เฮลท์แคร์ จำกัด
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑ นายกฤษณ์ จิตวัฒนกุล	นายแพทย์เชี่ยวชาญ	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวมาลี ธรรมะ	พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ	กรรมการ
๖.๓ นางมนต์เทียน นิธิธนกุล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

SCD Express Thigh Length-Medium (ปลอกสวมขาสำหรับเครื่องบีบเค้นเป็นระยะด้วยลม)

๑. ความเป็นมา

งานบริการห้องผ่าตัด ให้บริการผ่าตัดทั้งในและนอกเวลาราชการ ไม่จำกัดอายุ เพศ เชื้อชาติและศาสนาจึงจำเป็นต้องมีวัสดุการแพทย์ ที่สามารถให้บริการผ่าตัดทุกกลุ่มโรค ทุกหัตถการ ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง ปลอดภัยและทันเวลา เพื่อความปลอดภัยของผู้รับการผ่าตัด ร่วมกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานห้องผ่าตัด

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน

ปลอกสวมขาสำหรับใช้กับเครื่องบีบเค้นเป็นระยะด้วยลม ซึ่งช่วยป้องกันการเกิดการอุดตันของเส้นเลือดดำบริเวณลึก (Deep Vein Thrombosis)

๓. คุณลักษณะเฉพาะ

- ๓.๑ ปลอกสวมขามีการออกแบบตามสรีระของขา และสามารถปรับขนาดให้เข้ากับขาได้
- ๓.๒ ทำด้วย PVC ที่มีน้ำหนักเบาและนุ่ม ปลอดภัย Latex
- ๓.๓ ความยาวของปลอกสวมขา (Thigh Length) สามารถพันเข้ากับขาได้ตามความเหมาะสมของผู้ป่วย โดยห่อหุ้มจากข้อเท้าถึงต้นขา มีลักษณะพับทบ ๓ ตำแหน่ง (๓ Flap Closure Design) คือบริเวณข้อเท้า น่อง และต้นขา ซึ่งช่วยให้กระชับเข้ากับขาได้ดียิ่งขึ้นและได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการบีบไล่เลือดดำเข้าสู่หัวใจ
- ๓.๔ ปลอกสวมขามี ๓ ขนาด คือ Small, Medium และ Large สามารถเลือกใช้ได้ตามขนาดของผู้ป่วย
- ๓.๕ มีตัวอักษรระบุส่วนที่พันข้อเท้า เพื่อให้ง่ายต่อการสวมใส่
- ๓.๖ ใช้กับเครื่อง SCD Compression System (เครื่องบีบเค้นเป็นระยะด้วยลม) ได้ทุกรุ่น
- ๓.๗ หลังจากเปิดช่อง สามารถใช้ได้จนกว่าจะมีการฉีกขาดหรือรั่วของถุงลม หรือแผ่นแปะไม่สามารถพับทบได้

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๔.๑ เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานหรือการสาธิตมาก่อน
- ๔.๒ เป็นผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากทวิยุโรป อเมริกา หรือเอเชีย
- ๔.๓ ได้รับใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- ๔.๔ มีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย
- ๔.๕ ผลิตภัณฑ์บรรจุในหีบห่อตามมาตรฐานของผู้ผลิต พร้อมวันหมดอายุระบุบนบรรจุภัณฑ์
- ๔.๖ สามารถใช้กับเครื่องบีบเค้นเป็นระยะด้วยลม (SCD Compression System) ที่ทางโรงพยาบาลมีอยู่แล้วได้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายกฤษศักดิ์ จิตวัฒนกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวมาลี ธรรมะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางมนต์เทียน นิธิธนกุล)