

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : วัสดุการแพทย์ รายการ SCD Express Thigh Length-Medium จำนวน ๓๐๐ ชิ้น
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๖๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๕ พ.ค. ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๖๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ สืบราคาจากท้องตลาด ๓ ราย ดังนี้
 - ๕.๑.๑ บริษัท ดีทีแฮลล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
 - ๕.๑.๒ บริษัท ซีซี เฮลท์แคร์ จำกัด
 - ๕.๑.๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.อี เมดิคอล
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑ นายกฤษศักดิ์ จิตวัฒนกุล	ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ
๖.๒ นางอัจฉราวรรณ ทิพย์รักษ์	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
๖.๓ นางสาวสายสุนันต์ คมวีระวงศ์	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

คุณลักษณะเฉพาะ SCD Express Thigh Length-Medium

ความเป็นมา

งานบริการห้องผ่าตัดให้บริการผ่าตัดทั้งในและนอกเวลาราชการ ไม่จำกัดอายุ เพศ เชื้อชาติ และศาสนา จึงจำเป็นต้องมีวัสดุการแพทย์ที่สามารถให้บริการผ่าตัดทุกกลุ่มโรค ทุกหัตถการได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง ปลอดภัยและทันในเวลา เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการผ่าตัดร่วมกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานห้องผ่าตัด

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เป็นปลอกสวมขาสำหรับใช้กับเครื่องบีบคั้นเป็นระยะด้วยลม ซึ่งช่วยป้องกันการเกิดการอุดตันของเส้นเลือดดำบริเวณลึก (Deep Vein Thrombosis)

คุณสมบัติเฉพาะ

1. เป็นปลอกสวมขาสำหรับใช้กับเครื่องบีบคั้นเป็นระยะด้วยลม มีการออกแบบตามสรีระของขา และสามารถปรับขนาดให้เข้ากับขาได้
2. Sleeves ทำด้วย PVC มีน้ำหนักรเบา นุ่มและเป็น 100 % Latex Free
3. ตัว Sleeves เป็นใยสังเคราะห์ เพื่อให้สบายขณะสวมใส่ ใช้ในการห่อหุ้มบริเวณข้อเท้า ถึงต้นขา มีลักษณะพับทบ 3 ตำแหน่ง (3 Flap Closure Design) คือบริเวณข้อเท้า น่อง และต้นขา ใช้ร่วมกับเครื่อง SCD Express ซึ่งช่วยให้กระชับเข้า กับขาได้ดียิ่งขึ้นและได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการบีบไล่เลือดดำเข้าสู่หัวใจได้มากที่สุด
4. ปลอกสวมขา มี 3 ขนาด มีขนาด Small, Medium, Large สามารถเลือกใช้ได้ตามขนาดของผู้ป่วย
5. มีตัวอักษรระบุส่วนที่พันข้อเท้า เพื่อให้ง่ายต่อการสวมใส่
6. ใช้กับเครื่อง SCD Express Compression System (เครื่องบีบคั้นเป็นระยะด้วยลม) ได้ทุกรุ่น
7. วันหมดอายุตามที่ระบุไว้ข้างของ หลังจากเปิดซองสามารถใช้ได้จนกว่าจะมีการฉีกขาดหรือรั่วของถุงลม หรือแผ่นปะไม่สามารถพับทับได้

เงื่อนไขเฉพาะ

1. เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานหรือการสาธิตมาก่อน
2. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากทวีปยุโรป หรืออเมริกา หรือเอเชีย
3. ได้รับใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
4. มีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย
5. ผลิตภัณฑ์บรรจุในหีบห่อตามมาตรฐานของผู้ผลิต พร้อมมีวันหมดอายุระบุบนบรรจุภัณฑ์
6. เมื่อส่งมอบวัสดุแล้วหากมีความจำเป็นบริษัทต้องยินยอมให้แลกเปลี่ยนวัสดุที่มีขนาดต่างกันแต่มีราคาเดียวกัน

..... ประธานกรรมการ
(นายกฤษศักดิ์ จิตวัฒนกุล)
..... กรรมการ
(นางอัจฉราวรรณ ทิพย์รักษ์)
..... กรรมการ
(นางสาวสายสุนันต์ คมวีระวงศ์)