





คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการจัดซื้อ แผ่นโลหะ สกรูยึดแผ่นโลหะและสมอยึดกระดูก จำนวน 18 รายการ
สำหรับปีงบประมาณ 2568 (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์)

ความต้องการ แผ่นโลหะ สกรูยึดแผ่นโลหะและสมอยึดกระดูก จำนวน 18 รายการ สำหรับปีงบประมาณ 2568 (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์)
ได้แก่

- | | |
|---|--------------|
| 1) แผ่นโลหะตามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยาง Variable Locking 1 st MTP dia. 2.7 mm. (Lt./Rt.) | จำนวน 10 EA |
| 2) แผ่นโลหะตามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยาง Variable Locking Mushroom Plate dia. 2.7 mm. (all size) | จำนวน 10 EA |
| 3) แผ่นโลหะตามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยาง Variable Locking Window Plate dia. 2.7 mm. (all size) | จำนวน 10 EA |
| 4) แผ่นโลหะตามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยาง Variable Locking Calcaneus Plate (all size) | จำนวน 10 EA |
| 5) แผ่นโลหะตามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยาง Fibular Locking Plate, Lateral (Lt./Rt.) 3-7 holes | จำนวน 10 EA |
| 6) แผ่นโลหะตามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยาง Fibular Locking Plate, Posterior (Lt./Rt.) 3-5 holes | จำนวน 10 EA |
| 7) แผ่นโลหะตามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยาง Distal Tibia Locking Plate, Posterior (Lt./Rt.) 3-6 holes | จำนวน 10 EA |
| 8) แผ่นโลหะตามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยาง Distal Tibia Locking Plate, Medial/Medial Hook 3-4 holes | จำนวน 10 EA |
| 9) แผ่นโลหะตามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยาง 1/3 Fibular Locking Plate | จำนวน 10 EA |
| 10) แผ่นโลหะตามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยาง Variable Locking X / Double X Plate, dia. 2.7 mm. | จำนวน 10 EA |
| 11) แผ่นโลหะตามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยาง Variable Locking T-Plate, dia. 2.7 mm., 2-8 holes | จำนวน 10 EA |
| 12) สกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวล็อก Variable Locking Screw dia. 2.7 mm., L 10-60 mm. | จำนวน 500 EA |
| 13) สกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวล็อก Variable Locking Screw dia. 3.5 mm., L 10-50 mm. | จำนวน 500 EA |
| 14) สกรูยึดแผ่นโลหะตามกระดูก Cortical Screw , Lowprofile dia. 2.5 mm., L 10-30 mm. | จำนวน 80 EA |
| 15) สกรูยึดแผ่นโลหะตามกระดูก Cortical Screw , Lowprofile dia. 2.7 mm., L 10-60 mm. | จำนวน 80 EA |
| 16) สกรูยึดแผ่นโลหะตามกระดูก Cortical Screw dia. 3.5 mm., L 10-40 mm. | จำนวน 80 EA |
| 17) สมอยึดกระดูกเข้ากับเนื้อเยื่อ (Suture Anchor) Double botton syndesmosis, Oval | จำนวน 25 EA |
| 18) สมอยึดกระดูกเข้ากับเนื้อเยื่อ (Suture Anchor) Double botton | จำนวน 25 EA |

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ
(นายพงศธร เลิศชัยพงษ์ชา) (นายณัฐพล ถวิลไพร) (นางวรรณญา สร้อยหิน)


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รายการที่ 1 - รายการที่ 11

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้ตามกระดุกที่หักเพื่อยึดตรึงกระดุก

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ผลิตจากโลหะไทเทเนียม

1.2.2 มีรูปแบบตามกายวิภาค วางตรงตำแหน่งที่ต้องการ โดยไม่ต้องตัดเพลท

1.2.3 เพลทมีความบาง แต่แข็งแรง ไม่หนานูนหลังจากการใส่

1.3 คุณลักษณะในออกแบบ

1.3.1 แผ่นโลหะด้ามกระดุก ชนิดมีหัวสกรูพยาง สำหรับกระดุกน้อง ส่วนปลาย ด้านนอก หรือ ด้านหลัง

1.3.2 แผ่นโลหะด้ามกระดุก ชนิดมีหัวสกรูพยาง สำหรับกระดุกแข่ง ส่วนปลาย ด้านบน,ด้านใน,ด้านนอก หรือ ด้านหลัง

1.3.3 แผ่นโลหะด้ามกระดุก ชนิดมีหัวสกรูพยาง สำหรับกระดุกแข่ง ส่วนปลาย ด้านใน แบบปกติและแบบมีตะขอ

1.3.4 แผ่นโลหะด้ามกระดุก ชนิดมีหัวสกรูพยาง รูปแบบตามกายวิภาค (DCP plate, L plate, T plate,Mushroom plate, MTP plate)

1.3.5 แผ่นโลหะด้ามกระดุก ชนิดมีหัวสกรูพยาง สำหรับกระดุกสันเท้า


1.3.6 แผ่นโลหะด้ามกระดุก ชนิดมีหัวสกรูพยาง รูปแบบตามกายวิภาค

1.3.7 แผ่นโลหะด้ามกระดุก ชนิดมีหัวสกรูพยาง สำหรับกระดุกปลายแขนท่อนนอก ส่วนปลาย


2.. ข้อกำหนดอื่นๆ


2.1 เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

2.2 ทำให้ปลอดภัยก่อนใช้

ลงชื่อ 

(นายพงศธร เลิศชัยพงษ์ชา)



ลงชื่อ 

(นายณัฐพล ถวิลไพร)

ลงชื่อ 

(นางวรัญญา สร้อยหิน)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รายการที่ 12 และ รายการที่ 13

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้ยึดแผ่นโลหะตามกระดูก

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ผลิตจากโลหะไทเทเนียม

1.2.2 ใช้ยึดกับแผ่นโลหะตามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพวยง

1.2.3 มีหลายขนาด และความยาว เพื่อเลือกใช้ให้เหมาะสมกับตำแหน่งที่ต้องการผ่าตัด

1.3 คุณลักษณะในออกแบบ

1.3.1 สกรูยึดแผ่นโลหะตามกระดูก มีขนาด 6 ขนาด ดังนี้

1.3.1.1 ขนาด 3.5 มม.

1.3.1.2 ขนาด 3.0 มม.

1.3.1.3 ขนาด 2.7 มม.

1.3.1.4 ขนาด 2.5 มม.

1.3.1.5 ขนาด 2.0 มม.

1.3.1.6 ขนาด 1.5 มม.


2. ข้อกำหนดอื่นๆ

2.1 เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

2.2 ทำให้ปลอดเชื้อก่อนใช้งาน

ลงชื่อ X 

(นายพงศธร เลิศชัยพงษ์ชา)



ลงชื่อ X

กรรมการ

(นายณัฐพล ฤทธิไพโร)

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางวรัญญา สร้อยหิน)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รายการที่ 14 - รายการที่ 16

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้ยึดแผ่นโลหะตามกระดูก

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ผลิตจากโลหะไทเทเนียม

1.2.2 ใช้ยึดกับแผ่นโลหะตามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพุง

1.2.3 มีหลายขนาด และความยาว เพื่อเลือกใช้ให้เหมาะสมกับตำแหน่งที่ต้องการผ่าตัด

1.3 คุณลักษณะในออกแบบ

1.3.1 สกรูยึดแผ่นโลหะตามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพุง มีขนาด 7 ขนาด ดังนี้

1.3.1.1 ขนาด 3.5 มม.

1.3.1.2 ขนาด 2.7 มม.

1.3.1.3 ขนาด 3.0 มม.

1.3.1.4 ขนาด 2.5 มม.

1.3.1.5 ขนาด 2.5 มม. (blunt tip)



1.3.1.6 ขนาด 2.0 มม.

1.3.1.7 ขนาด 1.5 มม.

2. ข้อกำหนดอื่นๆ


2.1 เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

2.2 ทำให้ปลอดเชื้อก่อนใช้งาน

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ

(นายพงศธร เลิศชัยพงษา)

(นายณัฐพล ถวิลไพร)

ลงชื่อ  กรรมการ

(นางรัญญา สร้อยหิน)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รายการที่ 17 และ รายการที่ 18

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับการเย็บซ่อมเอ็นบริเวณข้อต่าง ๆ ที่เอ็นถูกกระชากหลุดจากกระดูก

1.2 คุณลักษณะเฉพาะ

1.2.1 ตัวยึดกับกระดูก ทำจากโลหะไทเทเนียม

1.2.2 เส้นไหมเป็นชนิดไม่ละลาย ผลิตจากวัสดุสังเคราะห์ ที่มีความแข็งแรง

1.2.3 เส้นไหมมีขนาด 2.0 มม. ยาว 90 มม.

1.2.4 มี 2 ชนิด คือ

- แบบกลม (round)

- แบบวงรี (oval)

2. ข้อกำหนดอื่นๆ

2.1 เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

2.2 ทำให้ปลอดเชือกก่อนใช้งาน

3. เงื่อนไขการเสนอราคา

3.1 คณะแพทยศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาวัสดุที่มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการก่อนการจัดซื้อ และเมื่อนำวัสดุตัวอย่างมาทดสอบการใช้งานแล้วต้องอยู่ในเกณฑ์คุณภาพที่ดี และสามารถใช้งานในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้ ไม่พบข้อบกพร่อง และเป็นวัสดุที่เคยใช้งานในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้แทนจำหน่ายโดยมีเอกสารแสดง

3.2 กำหนดส่งมอบ 365 วัน

3.2.1 เมื่อครบกำหนดส่งมอบสินค้าตามที่กำหนดในแต่ละงวดแล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนได้และผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าปรับตามเงื่อนไขสัญญา

3.2.2 หากผู้ขายส่งมอบสิ่งของก่อนถึงระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละงวด ผู้ซื้อขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหากเกิดความเสียหายใด ๆ แก่สิ่งของดังกล่าว ยกเว้นกรณีที่ผู้ขายได้รับแจ้งจากผู้ซื้อให้ส่งก่อนระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละงวด

3.2.3 หากสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบ ไม่มีคุณภาพและผู้ขายไม่สามารถแก้ไขได้ หรือหากสิ่งของนั้นล้นสต็อก ผู้ซื้อขอสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกการส่งมอบบางงวด หรือทั้งหมด หรือให้ชะลอการส่งมอบบางงวดนั้น โดยผู้ซื้อจะแจ้งให้ผู้ขายทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน

4. เงื่อนไขการพิจารณา ใช้เกณฑ์ราคา

5. จัดซื้อโดย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

ลงชื่อประธานกรรมการ
(นายพงษ์ธร เลิศชัยพงษา)

ลงชื่อกรรมการ
(นายณัฐพล ถวิลไพร)

ลงชื่อกรรมการ
(นางวรัญญา สร้อยหิน)