

คุณลักษณะวัสดุการแพทย์ Cath Suction
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

๑. ความต้องการ

สายดูดเสมหะพลาสติก (Suction Tube)

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

สำหรับดูดเสมหะ

๓. คุณสมบัติทั่วไป

- ๓.๑ ทำจากพลาสติกชนิด PVC Medical Grade ชนิดใส สามารถทำลายโดยการเผาหรือฝังเก็บโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
- ๓.๒ ส่วนปลายมีรูเปิดปลาย ๑ รู และรูด้านข้าง ๒ รู ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่ารูปลายและรูทั้ง ๒ นี้ต้องอยู่เยื้องกันเพื่อป้องกันการอุดตัน รูปลายมนเรียบ ป้องกันการบาดเจ็บขณะดูดเสมหะ
- ๓.๓ เนื้อพลาสติกใสสามารถมองเห็นเสมหะภายในได้
- ๓.๔ ผิวภายนอกเรียบสม่ำเสมอไม่ระคายเคือง
- ๓.๕ มีขนาดมาตรฐานสากล โดยมีขนาด ๖, ๘, ๑๐, ๑๒, ๑๔
- ๓.๖ มีความยาวตลอดสายไม่ต่ำกว่า ๕๐ ซม.
- ๓.๗ บรรจุในซองพลาสติกปลอดเชื้อ โดยไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนง่ายขณะเปิดใช้งาน
- ๓.๘ ซองที่บรรจุมีวันที่ผลิตและวันหมดอายุอย่างชัดเจน
- ๓.๙ ผ่านการฆ่าเชื้อด้วย Ethylene oxide

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๔.๑ ต้องมีใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจากประเทศผู้ผลิต หรือมีใบรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
- ๔.๒ อายุของผลิตภัณฑ์ มีอายุไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันส่งมอบ

(ลงชื่อ).....๕.....ประธานกรรมการ
(นายสายลักษณ์ พิมพะเกะ)

(ลงชื่อ).....๗๓๗.....กรรมการ
(นางสุมาลี ธรรมะ)

(ลงชื่อ).....๗๖๓ เปิ่น.....กรรมการ
(นางกัลยา เปิ่นหมื่นไวย)