

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ วัสดุการแพทย์
รายการบรรจุรองรับอุจจาระสำหรับผู้ป่วยมีทวารเทียมขนาด ๔๐, ๕๐, ๖๐, ๘๐ มม.
ของโรงพยาบาลมหาราชานครราชสีมา

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นถุงที่ใช้สำหรับรองรับอุจจาระในผู้ป่วยมีทวารเทียม ขนาด ๔๐, ๕๐, ๖๐, ๘๐ มม.

คุณลักษณะเฉพาะ

เป็นวัสดุที่ประกอบด้วย ๒ ส่วน ดังนี้

๑. ตัวแป้น (Baseplate)

๑.๑ แป้น (Baseplate) เป็นส่วนที่ปิดบนผิวหนังทำจากวัสดุที่ไม่ระคายเคืองผิวหนัง (Hydrocolloid) ทั้งแผ่นที่มีส่วนประกอบ Polyisobutylene, Carboxymethylcellulose, Pectin เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึม และปกป้องผิวหนังจากการระคายเคืองได้ดียิ่งขึ้น

๑.๒ แป้นมีระบบล็อก (Locking system) ซึ่งสามารถยึดติดถุงได้แน่น ไม่ต้องกดลงบนหน้าท้องผู้ป่วย

๑.๓ แป้นมีลักษณะทรงหกเหลี่ยม ยึดติดผิวหนังเข้ากับสรีระได้ดี ปรับเปลี่ยนและเข้ากับทุกรูปร่าง และตำแหน่งที่ยกทวารเทียม

๑.๔ แป้นมีลักษณะเรียบ ไม่เป็นริ้วหรือรอยหยัก เพื่อป้องกันการตกค้างของอุจจาระ ซึ่งก่อให้เกิดการสะสมของเชื้อโรค

๑.๕ มีหุกล่องสำหรับสายรัดที่ตัวแป้น เพื่อให้ตัวแป้นกระชับมากขึ้น

๑.๖ สามารถหมุนปรับแนวถุงได้โดยไม่ต้องดึงถุงออกจากแป้นเมื่อผู้ป่วยเปลี่ยน Position

๒. ตัวถุง (Pouch)

๒.๑ ทำจาก PVC มีลักษณะนุ่ม และป้องกันกลิ่นได้ ไม่ระคายเคืองผิวหนังหน้าท้อง สามารถล้าง เช็ดให้แห้งได้โดยไม่เก็บกลิ่น

๒.๒ ตัวถุงมีระบบยึดติดแน่นกับแป้นโดยไม่หลุดง่าย (Locking system) เพื่อความมั่นใจในการยึดติดแน่นระหว่างแป้นกับถุง

๒.๓ ปากถุงกว้างไม่น้อยกว่า ๖๐mm. เพื่อสะดวกและรวดเร็วในการเทอุจจาระและล้างได้สะดวก

๒.๔ มีวัสดุสำหรับปิดปลายถุง ที่มีน้ำหนักเบา และสะดวกในการใช้

๒.๕ ตัวถุงด้านที่สัมผัสกับผิวหนังหน้าท้องต้องมีวัสดุแบบอ่อนโยน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง สามารถล้างเช็ดให้แห้งได้ ไม่เก็บกลิ่น

๒.๖ มีตัวอักษรบอกขนาดทุกถุง

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. อายุของผลิตภัณฑ์ มีอายุไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันส่งมอบ

๒. ผลิตในโรงงานที่ได้รับการรับรองกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕

๓. มีใบผ่านการประเมินจากผู้ใช้งาน วัสดุมีคุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๔. ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot. กรณีพบว่า สินค้า Lot. ใดมีปัญหา ผู้ขายต้องรับแลกเปลี่ยนทั้ง Lot. โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

(นายกฤษศักดิ์ จิตวัฒนกุล)

ประธานกรรมการ

นางสาว นลินทิพย์
(นางสำเรียง ขอใหญ่กลาง)

กรรมการ

นางสาว อณูมา มุสิกอาษา
(นางสาวอณูมา มุสิกอาษา)

กรรมการ