

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ วัสดุการแพทย์
รายการถูกรองรับอุจจาระสำหรับผู้ป่วยมีทวารเทียมขนาด ๔๕, ๕๗, ๗๐ มม.
ของโรงพยาบาลมหาราชานครราชสีมา

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นถุงที่ใช้สำหรับรองรับอุจจาระในผู้ป่วยมีทวารเทียม ขนาด ๔๕, ๕๗, ๗๐ มม.

คุณลักษณะเฉพาะ

เป็นวัสดุประกอบด้วย ๒ ส่วน ดังนี้ คือ

๑. ตัวแป้น (Base plate)

๑.๑ แป้น (Base plate) เป็นส่วนที่ปิดบนผิวหนังทำจากวัสดุที่ไม่ระคายเคืองผิวหนัง เป็นสารประกอบ Hydrocolloid

๑.๒ แป้นมีระบบข้อต่อที่สามารถยึดติดได้แน่น ของเสียไม่สามารถรั่วออกได้

๑.๓ บริเวณรอบนอกเป็นเทป Hypoallergenic ที่มีความบาง เพิ่มความสะดวกและความยืดหยุ่นให้กับผู้ป่วยสามารถโค้งรับเข้าผิวหนังหน้าท้องผู้ป่วยได้ดี

๒. ตัวถุง (Pouch)

๒.๑ ทำจากพลาสติกคุณภาพชั้นดี มีน้ำหนักเบา ขอบวงแหวนของตัวถุงที่ใช้ประกบกับแป้นระบบ Lock แบบ Audible clicking lock ที่แนบสนิทไม่หลุดง่ายและไม่รั่วซึม สามารถบรรจุสิ่งขับถ่ายได้ดีไม่รั่วซึม วัสดุไม่ระคายเคืองต่อผิวหนังหน้าท้อง

๒.๒ ตัวถุงมีระบบยึดกับแป้น โดยไม่หลุดง่าย มีหูสำหรับสายรัด เพื่อให้ตัวถุงกระชับกับแป้นมากขึ้น มีฟิลเตอร์ช่วยการระบายแก๊สและช่วยลดกลิ่น พร้อมทั้งมี Anti-clogging film layer สามารถกักเก็บกลิ่นและแก๊สในถุงได้ดี

๒.๓ เป็นถุงปลายเปิดสามารถทำความสะอาด นำกลับมาใช้ใหม่ได้ ปลายถุงสามารถพับปิดได้ในตัว ด้วยคลิปที่ติดมากับส่วนปลายของถุงด้วยระบบ Lock-it Pocket ไม่ต้องใช้คลิปแยก สะดวกต่อการใช้งาน ทำความสะอาดง่าย

๒.๔ ผิวของถุงมีสีขุ่นทำให้ไม่เห็นสิ่งที่ขับถ่ายที่อยู่ภายใน

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. อายุของผลิตภัณฑ์ มีอายุไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันส่งมอบ

๒. ผลิตในโรงงานที่ได้รับการรับรองกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕

๓. มีใบผ่านการประเมินจากผู้ใช้งาน วัสดุมีคุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๔. ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot. กรณีพบว่า สินค้า Lot. ใดมีปัญหา ผู้ขายต้องรับแลกเปลี่ยนทั้ง Lot. โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ


(นายกীরศักดิ์ จิตวัฒนกุล)

ประธานกรรมการ

สำเนา ๖๐/๒๕๖๖
(นางสำเรียง ขอใหญ่กลาง)
กรรมการ

๐๑๒๗๖๖๖๖
(นางสาวอนุกมา มูลอาษา)
กรรมการ