

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ถุงบรรจุปัสสาวะแบบระบบปิดพร้อมกระบอกตวง (Urine Meter Safety and Functionality)

วัตถุประสงค์ในการใช้: เพื่อตวงปริมาณปัสสาวะ และควบคุมการกระจายของเชื้อโรค





คุณลักษณะและประโยชน์ที่ได้รับ: เป็นเครื่องมือใช้ตวงปัสสาวะ ถูกออกแบบให้เป็นระบบปิด (Closed system) เพื่อป้องกันการติดเชื้อ มีคุณลักษณะรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. กระบอกตวงสามารถบอกปริมาณได้ละเอียดแม่นยำ ตั้งแต่ 1 cc. จนถึง 500 cc. (ถุงบรรจุ 2,000cc.) มีทิศทางไหลจากบนลงล่าง โดยไม่ต้องเอียงกระบอกตวง (Top mount system)
2. ตัวอักษรบอกปริมาณชัดเจน ง่ายต่อการมองเห็น
3. กระบอกตวงและถุงบรรจุปัสสาวะถูกออกแบบให้กะทัดรัด (Compact Design) ป้องกันไม่ให้สัมผัสถึงพื้น
4. มี Non-Return Value 2 ตำแหน่ง บริเวณข้อต่อกับกระบอกตวง และบริเวณปลายสายที่ต่อกับสายสวนปัสสาวะ เพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับของปัสสาวะ จากถุงไปยังกระบอกตวง หรือจากกระบอกตวงและสายกลับไปยังผู้ป่วย สะดวก และปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
5. ที่ปล่อยปัสสาวะจากกระบอกตวงอยู่ระดับเดียวกับด้านบน ลดโอกาสสัมผัสปัสสาวะ ลดการกระจายของเชื้อโรค
6. มี Filter (Bacteria-proof hydrophobic air vents) 2 ตำแหน่ง ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค
7. มี Sample Port สามารถเก็บปัสสาวะตรวจโดยไม่ต้องให้เข็มแทงสาย
8. มี Anti- Kink spiral บริเวณข้อต่อระหว่างท่อกับกระบอกตวง ป้องกันการหักพับงอ
9. ถุงบรรจุปัสสาวะสามารถเทออกด้านล่าง (Bottom Outlet) และมีที่พับเก็บที่ระบายเมื่อเทปัสสาวะหมดแล้ว
10. มีที่ยึดกระบอกกับขอบเตียงทั้งแบบขอแขวน และ Handy fixing strap และเชือกหรือพลาสติกรัดขอบเตียง สามารถปรับเลื่อนระดับได้ เพื่อให้กระบอกอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม
11. ความยาวของสายต่อยาว ไม่น้อยกว่า 150 cm.
12. ผู้เสนอราคาต้องได้รับอนุญาตนำเข้าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยให้แสดงไปพร้อมการยื่นข้อเสนอ
13. ระบุวัน เดือน ปีที่ผลิต และวันหมดอายุการใช้งานที่ข้างซองบรรจุอย่างชัดเจน
14. ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO13485 โดยให้แสดงไปพร้อมการยื่นข้อเสนอ

เงื่อนไขอื่น ๆ

1. เป็นสินค้าใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
2. มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันตรวจรับ
3. เป็นผลิตภัณฑ์ที่เคยใช้งานหรือผ่านการทดลองใช้งานในศูนย์หัวใจสิริกิติ์ มาก่อน และไม่เคยมีปัญหาหรือข้อร้องเรียนใด ๆ
4. ผู้ขาย ยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญา หากพบว่าผลิตภัณฑ์มีปัญหา โดยมีการยืนยันจากคณะทำงานประเมินผลการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีวิชาและวัสดุการแพทย์ของโรงพยาบาล และจะไม่นำมาพิจารณาอีกต่อไป
5. กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาผู้ขายต้องรับ แลกเปลี่ยนส่วนที่เหลือโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ พร้อมชดเชยสินค้าที่มีปัญหาที่จ่ายออกไป และบริษัทยินดีเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ภายใน 15 วัน
6. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องนำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ หรือสินค้า มาให้คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ตรวจสอบในวันพิจารณาผลฯ หากไม่นำสินค้ามาในวันพิจารณาผลฯ ทางคณะกรรมการจะไม่พิจารณาผลฯ

เกณฑ์การพิจารณา เกณฑ์ราคา

สงวนสิทธิ์




 ๒๕๖๕