

คุณลักษณะเฉพาะรายการเฟือกปูน Slapสำเร็จรูป ขนาด ๔ นิ้ว
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

๑. ความต้องการ

เฟือกปูนชนิดเฟือก Slapสำเร็จรูป

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

สำหรับรักษาผู้ป่วยกระดูกหัก ข้อเคลื่อน และโรคทางกระดูกและข้อ

๓. คุณลักษณะทั่วไป

๓.๑ เป็นสารผลึกยิบซัม (Calcium sulfat)

๓.๒ ใช้งานโดยชุบน้ำที่อุณหภูมิห้องระยะเวลาแข็งตัวระหว่าง ๕ - ๑๕ นาที ✓

๓.๓ Slapสำเร็จรูป จัดซื้อ ๑ ขนาด คือ กว้าง ๔ นิ้ว ความยาวต่อม้วนไม่น้อยกว่า ๒๔๐ นิ้ว

๓.๔ Slapสำเร็จรูป มีจำนวนชั้นอย่างน้อย ๑๕ ชั้น

๓.๕ Slapสำเร็จรูป มีลักษณะเป็นเฟือกพับทบห่อหุ้มด้วยผ้าหรือวัสดุคล้ายผ้า และมีด้านหนึ่งเป็นฟองน้ำ

บาง

๓.๖ มีการเย็บบริเวณตรงกลางของสแลปยาวตลอดม้วน เพื่อป้องกันการเลื่อนไหลของชั้นปูน

ขณะใส่สแลป

๓.๗ บนกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์ต้องแจ้งขนาดความกว้างและความยาว วันผลิตและวันหมดอายุ

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๑ เฟือกที่เสื่อมสภาพ หรือความชื้นเข้าได้ ก่อนเปิดบรรจุ ก่อน ๑ ปี สามารถแลกคืนได้

๔.๒ พิจารณาราคาต่อหน่วยความยาว

๔.๓ ในวันพิจารณาผลบริษัทต้องนำตัวอย่างผลิตภัณฑ์มาทดสอบคุณภาพ

๔.๔ มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากระทรวงอุตสาหกรรม ในกรณีผลิตหรือประกอบในประเทศไทย ✓

๔.๕ มีบันทึกการตรวจสอบสถานที่ (เครื่องมือแพทย์) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ✓

๔.๖ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากต่างประเทศต้องมีใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO ของกระบวนการผลิต และได้รับเครื่องหมาย CEmarked ✓

๔.๗ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งเคยได้ใช้ในโรงพยาบาลศูนย์อย่างน้อย ๓ โรงพยาบาล และมีใบประเมินสินค้าจากแพทย์กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ก่อนการพิจารณาผล

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายมนูญ เลียวนรเศรษฐ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศรุต จงกิจธนกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายคงรัช ชูวงศ์โกมล)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรายการเฟือกปูนSlab สำเร็จรูป ขนาด ๖ นิ้ว ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

๑. ความต้องการ

เฟือกปูนชนิดเฟือก Slab สำเร็จรูป

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

สำหรับรักษาผู้ป่วยกระดูกหัก ข้อเคลื่อน และโรคทางกระดูกและข้อ

๓. คุณลักษณะทั่วไป

๓.๑ เป็นสารผลึกยิบซัม (Calcium sulfat)

๓.๒ ใช้งานโดยชุบน้ำที่อุณหภูมิห้องระยะเวลาแข็งตัวระหว่าง ๕ - ๑๕ นาที

๓.๓ Slab สำเร็จรูป จัดซื้อ ๑ ขนาด คือ กว้าง ๖ นิ้ว ความยาวต่อม้วนไม่น้อยกว่า ๒๔๐ นิ้ว

๓.๔ Slab สำเร็จรูป มีจำนวนชั้นอย่างน้อย ๑๕ ชั้น

๓.๕ Slab สำเร็จรูป มีลักษณะเป็นเฟือกพับทบห่อหุ้มด้วยผ้าหรือวัสดุคล้ายผ้า และมีด้านหนึ่งเป็นฟองน้ำ

บาง

๓.๖ มีการเย็บบริเวณตรงกลางของสแลปยาวตลอดม้วน เพื่อป้องกันการเลื่อนไหลของชั้นปูน

ขณะใส่สแลป

๓.๗ บนกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์ต้องแจ้งขนาดความกว้างและความยาว วันผลิตและวันหมดอายุ

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๑ เฟือกที่เสื่อมสภาพ หรือความชื้นเข้าได้ ก่อนเปิดบรรจุ ก่อน ๑ ปี สามารถแลกคืนได้

๔.๒ พิจารณาราคาต่อหน่วยความยาว

๔.๓ ในวันพิจารณาผลบริษัทต้องนำตัวอย่างผลิตภัณฑ์มาทดสอบคุณภาพ

๔.๔ มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม ในกรณีผลิตหรือประกอบในประเทศไทย

๔.๕ มีบันทึกการตรวจสถานที่ (เครื่องมือแพทย์) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

๔.๖ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากต่างประเทศต้องมีใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO ของกระบวนการผลิต และได้รับเครื่องหมาย CEmarked

๔.๗ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งเคยได้ใช้ในโรงพยาบาลศูนย์อย่างน้อย ๓ โรงพยาบาล และมีใบประเมินสินค้าจากแพทย์กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ก่อนการพิจารณาผล

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายมนูญ เลียวนเรศฐ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศรุต จงกิจจกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายคงธัช ชูวงศ์โกมล)