

คุณลักษณะ
ผ้าซับช่องท้อง ๑๕"X๑๕" (๔ชั้น)

ความเป็นมา

งานบริการห้องผ่าตัดให้บริการผ่าตัดทั้งในและนอกเวลาราชการ ไม่จำกัดอายุ เพศ เชื้อชาติ และศาสนา จึงจำเป็นต้องมีวัสดุการแพทย์ที่สามารถให้บริการผ่าตัดทุกกลุ่มโรค ทุกหัตถการ ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง ปลอดภัยและทันเวลา เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการผ่าตัดร่วมกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานห้องผ่าตัด

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้ซับน้ำ เลือด หรือสารเหลวต่างๆ ที่บาดแผล ในระหว่างผ่าตัด

คุณสมบัติเฉพาะ

๑. ผลิตจากผ้าใยสังเคราะห์ซึ่งมีประสิทธิภาพในการซึมซับน้ำได้ดี ขนาด ๑๕x๑๕ นิ้ว พับทบกันเป็นชั้นจำนวน ๖ ชั้นอย่างเรียบร้อย
๒. ชั้นนอกใช้ผ้าก๊อสนผลิตจากผ้ายธรรมชาติขนาด ๑๕X๑๕ นิ้ว เย็บติดกับผ้าที่อยู่ชั้นในด้านละ ๑ ชั้น
๓. เมื่อเย็บเสร็จแล้วผ้าซับโลหิตมีความหนาแน่น ๘ ชั้น ขนาด ๑๕X๑๕ นิ้ว
๔. มีเส้น X-ray detector อยู่ด้านในแผ่นซับโลหิต เย็บติดแน่นไม่ขาดหลุดลุ่ยขณะใช้งาน
๕. เย็บเก็บปลายแผ่นซับโลหิตอย่างเรียบร้อย และเย็บทะแยงมุมซ้ำ
๖. มีห่วงทำจากผ้าเทปสีความยาวประมาณ ๘ นิ้ว เย็บติดที่แผ่นซับโลหิตด้านหนึ่งเพื่อใช้ดึงหรือคล้อง
๗. มีสติ๊กเกอร์ระบุขนาด , จำนวนสินค้า เพื่อตรวจสอบก่อนใช้งาน วางไว้บนผ้า ๑ ชั้น ก่อนห่อด้วย Crep Paper (Madical Grade) หรือ ผ้า SMMS ทุกๆ ห่อ ๔ ชั้น
๘. ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อโดยการอบไอน้ำหรือก๊าซเอทิลีนออกไซด์ โดยระบุวิธีการทำให้ปราศจากเชื้อ ไว้ที่ซองบรรจุทุกซอง พร้อม วัน เดือน ปี ที่ผลิต วันหมดอายุ เป็นตัวอักษรที่ชัดเจนไม่หลุดลอกง่าย
๙. สภาพของมีความคงทน เมื่อทำการฉีกซองเพื่อใช้งานสามารถเปิดซองได้สะดวก ไม่มีฝุ่นผง หรือ ขุยบริเวณที่เปิดตัวซองสามารถป้องกันน้ำและความชื้นได้ดี บรรจุซองได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ EN ๘๖๘-๒,๓,๕ และCE พร้อมพิมพ์ไว้ในแถบรอยปิดผนึก

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. โรงงานผลิตได้รับมาตรฐาน ISO๑๓๔๘๕:๒๐๑๖ (Quality Management System) หรือมาตรฐาน GMP หรือ ISO๑๔๐๐๑:๒๐๑๕ หรือ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕
๒. ได้รับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๓. มีเอกสารแสดงผลการวิเคราะห์ความปลอดภัย จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข
๔. มีใบรับรองการเป็นผู้แทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย

.....ประธานกรรมการ
(นายพินัย นีรันตรุ่งเรือง)

.....กรรมการ
(นางสุมาลี ธรรมะ)

.....กรรมการ
(นางมนต์เทียน นิธิชนกุล)