

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการจัดซื้อ โลหะตามกระดูกสันหลัง Cross link จำนวน 120 EA
สำหรับปีงบประมาณ 2568 (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์)

ความต้องการ โลหะตามกระดูกสันหลัง Cross link จำนวน 120 EA สำหรับปีงบประมาณ 2568 (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ อุปกรณ์ประกอบเพิ่มเติมในชุดโลหะตามกระดูกสันหลัง

1. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เพื่อใช้สำหรับยึดตรึงกระดูกสันหลังในภาวะกระดูกเสื่อม กระดูกหัก และความผิดปกติของกระดูกสันหลังต่าง ๆ โดยต้องการความแข็งแรงของระบบยึดตรึงกระดูกสูง

2. คุณลักษณะทั่วไป

2.1 ผลิตภัณฑ์จากโลหะปลอดสนิม ไทเทเนียม อัลลอยด์ Titanium alloy

2.2 สามารถนึ่งฆ่าเชื้อด้วยวิธีการอบด้วยความร้อน เพื่อให้ปราศจากเชื้อ โดยไม่เสียคุณสมบัติและความแข็งแรงโดยการอบไอน้ำความร้อนสูง ด้วยวิธี (Autoclavable)

3. คุณสมบัติทางเทคนิค

3.1 อุปกรณ์ประกอบเพิ่มเติม ประกอบด้วย

3.1.1 Cross Link Hook with Locking Bar (แบบสไลด์)

3.1.1.1 เป็นชุดแท่งโลหะตามกระดูกสันหลัง แบบวางขวางแนวกระดูกสันหลัง

3.1.1.2 เพื่อให้สามารถปรับระยะได้ตามความต้องการ

3.1.1.3 ลักษณะปลายทั้งสองด้านเป็นตะขอเกี่ยวกับแท่งโลหะกลม ขนาด 6.0 มิลลิเมตร

3.1.1.4 ตรงกลางสามารถเลื่อนปรับระยะ มีให้เลือกใช้ 4 ขนาด คือ 35-45, 45-60,

60-75 และ 75-90 มิลลิเมตร

4. การบรรจุหีบห่อ บรรจุอยู่ในกล่องใส่เครื่องมือของบริษัทผู้ผลิต

5. เงื่อนไขเฉพาะ


5.1 เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย


5.2 เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน


5.3 บริษัทผู้ผลิตได้ผ่านการรับรองระบบคุณภาพการผลิตเครื่องมือแพทย์สากล ISO 13485

5.4 บริษัทผู้ผลิตได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการผลิตเครื่องมือแพทย์ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2548 (GMP) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.)

5.5 เป็นผลิตภัณฑ์ลงทะเบียนอยู่ในโครงการ Thai-SME-GP

ลงชื่อ X  ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์เกรียงไกร วิทยาไพโรจน์)

ลงชื่อ X  กรรมการ
(นางจรินทร์พร จันทรเหมื่อน)

ลงชื่อ X  กรรมการ
(นางจุฑามาศ พรหมมาขุย)

6. เงื่อนไขการเสนอราคา

6.1 คณะแพทยศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาวัสดุที่มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ก่อนการจัดซื้อ และเมื่อนำวัสดุตัวอย่างมาทดสอบการใช้งานแล้วต้องอยู่ในเกณฑ์คุณภาพที่ดี และสามารถใช้งานใน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้ ไม่พบข้อบกพร่อง และเป็นวัสดุที่เคยใช้งานในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้แทน จำหน่ายโดยมีเอกสารแสดง

6.2 กำหนดส่งมอบ 365 วัน

6.2.1 เมื่อครบกำหนดส่งมอบสินค้าตามที่กำหนดในแต่ละงวดแล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนได้และผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าปรับตามเงื่อนไขในสัญญา

6.2.2 หากผู้ขายส่งมอบสิ่งของก่อนถึงระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละงวด ผู้ซื้อขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหากเกิดความเสียหายใด ๆ แก่สิ่งของดังกล่าว ยกเว้นกรณีที่ผู้ขายได้รับแจ้งจากผู้ซื้อให้ส่งก่อนระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละงวด

6.2.3 หากสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบ ไม่มีคุณภาพและผู้ขายไม่สามารถแก้ไขได้ หรือหากสิ่งของนั้นล้นสต็อก ผู้ซื้อขอสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกการส่งมอบบางงวด หรือทั้งหมด หรือให้ชะลอการส่งมอบบางงวดนั้น โดยผู้ซื้อจะแจ้งให้ผู้ขายทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน

7. เงื่อนไขการพิจารณา ใช้เกณฑ์ราคา

8. จัดซื้อโดย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์เกรียงไกร วิทยาไพโรจน์)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางจรินพร จันทร์เหมือน)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางจุฑามาศ พรหมมาชุย)