

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุการแพทย์ รายการเฟือกปูน Slapสำเร็จรูป ขนาด ๔ นิ้ว
ของโรงพยาบาลมหาสารคามราชสีมา

๑. ความต้องการ

เฟือกปูนชนิดเฟือก Slap สำเร็จรูป ขนาด ๔ นิ้ว

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

สำหรับรักษาผู้ป่วยกระดูกหัก ข้อเคลื่อน ลดการเคลื่อนไหว และโรคทางกระดูกและข้อ

๓. คุณลักษณะทั่วไป

๓.๑ เป็นสารผลึกยิบซั่ม (Calcium sulfate)

๓.๒ ใช้งานโดยชุบน้ำที่อุณหภูมิห้องระยะเวลาแข็งตัวอยู่ระหว่าง ๕ - ๑๐ นาที

๓.๓ Slapสำเร็จรูปขนาดกว้าง ๔ นิ้ว ความยาวต่อม้วนไม่น้อยกว่า ๒๔๐ นิ้ว

๓.๔ Slapสำเร็จรูปมีจำนวนชั้นอย่างน้อย ๑๕ ชั้น

๓.๕ Slapสำเร็จรูปมีลักษณะเป็นเฟือกพับทบห่อหุ้มด้วยผ้าหรือวัสดุคล้ายผ้า และมีด้านหนึ่งเป็นฟองน้ำบาง

๓.๖ มีการเย็บบริเวณตรงกลางของสแลปยาวตลอดม้วน เพื่อป้องกันการเลื้อนไหลของชั้นปูนขณะใส่สแลป

๓.๗ บนกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์ต้องแจ้งขนาดความกว้างและความยาว วันผลิตและวันหมดอายุ

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๑ ผลิตภัณ์ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบ

๔.๒ เฟือกที่เสื่อมสภาพหรือความชื้นเข้าได้ ก่อนเปิดบรรจุภัณ์ท์ก่อน ๑ ปี สามารถแลกคืนได้

๔.๓ ผู้เสนอราคาต้องมีสินค้าตัวอย่าง จำนวน ๑ ม้วน

๔.๔ มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม ในกรณีผลิตหรือประกอบในประเทศไทย


๔.๕ ผลิตภัณ์ท์ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)


๔.๖ ผลิตภัณ์ท์ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕

๔.๗ ต้องเป็นผลิตภัณ์ท์ซึ่งเคยได้ใช้ในโรงพยาบาลศูนย์หรือโรงเรียนแพทย์อย่างน้อย ๓ โรงพยาบาล

(แนบสัญญาหรือใบสั่งซื้อ)

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายศรุต จงกิจธนกุล)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายคงธัช ชวงศ์โกมล)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวดุจฤดี ไชยมงคล)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุการแพทย์ รายการเฝือกปูน Slapสำเร็จรูป ขนาด ๖ นิ้ว
ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

๑. ความต้องการ

เฝือกปูนชนิดเฝือก Slap สำเร็จรูป ขนาด ๖ นิ้ว

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

สำหรับรักษาผู้ป่วยกระดูกหัก ข้อเคลื่อน ลดการเคลื่อนไหว และโรคทางกระดูกและข้อ

๓. คุณลักษณะทั่วไป

๓.๑ เป็นสารผลึกยิบซัม (Calcium sulfate)

๓.๒ ใช้งานโดยชุบน้ำที่อุณหภูมิห้องระยะเวลาแข็งตัวอยู่ระหว่าง ๕ - ๑๐ นาที

๓.๓ Slapสำเร็จรูปขนาดกว้าง ๖ นิ้ว ความยาวต่อม้วนไม่น้อยกว่า ๒๔๐ นิ้ว

๓.๔ Slapสำเร็จรูปมีจำนวนชั้นอย่างน้อย ๑๕ ชั้น

๓.๕ Slapสำเร็จรูปมีลักษณะเป็นเฝือกพับทบห่อหุ้มด้วยผ้าหรือวัสดุคล้ายผ้า และมีด้านหนึ่งเป็นฟองน้ำบาง

๓.๖ มีการเย็บบริเวณตรงกลางของสแลปยาวตลอดม้วน เพื่อป้องกันการเลื่อนไหลของชั้นปูนขณะใส่สแลป

๓.๗ บนกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์ต้องแจ้งขนาดความกว้างและความยาว วันผลิตและวันหมดอายุ

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๑ ผลิตภัณฑ์ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบ

๔.๒ เฝือกที่เสื่อมสภาพหรือความชื้นเข้าได้ ก่อนเปิดบรรจุภัณฑ์ก่อน ๑ ปี สามารถแลกคืนได้

๔.๓ ผู้เสนอราคาต้องมีสินค้าตัวอย่าง จำนวน ๑ ม้วน

๔.๔ มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม ในกรณีผลิตหรือประกอบในประเทศไทย

๔.๕ ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

๔.๖ ผลิตภัณฑ์ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕

๔.๗ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งเคยได้ใช้ในโรงพยาบาลศูนย์หรือโรงเรียนแพทย์อย่างน้อย ๓ โรงพยาบาล

(แนบสัญญาหรือใบสั่งซื้อ)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายศรุต จงกิจธนกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายคงรัช ชูวงศ์โกมล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวดุจฤดี ไชยมงคล)