

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการจัดซื้อ Urinometer set ต่อจากสายสวนระยะยาว

จำนวน 9,000 EA สำหรับปีงบประมาณ 2569 ถึง ปีงบประมาณ 2571 (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์)

1. ความต้องการ

Urinometer set ต่อจากสายสวนระยะยาว จำนวน 9,000 EA

2. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้สำหรับเก็บปัสสาวะ

3. คุณสมบัติเฉพาะ

- 3.1 ระบายออกสามารถบอกปริมาณได้ละเอียดแม่นยำ ตั้งแต่ 1 cc. จนถึง 500 cc. (ถุงบรรจุ 2,000 cc.) มีทิศทางไหลจากบนลงล่าง โดยไม่ต้องเอียงระบายออก (Top mount system)
- 3.2 ตัวอักษรบอกปริมาณชัดเจน ง่ายต่อการมองเห็น
- 3.3 ระบายออกและถุงบรรจุปัสสาวะถูกออกแบบให้กะทัดรัด (Compact Design) ป้องกันไม่ให้สัมผัสถึงพื้น
- 3.4 มี Non-Return Value อย่างน้อย 1 ตำแหน่ง บริเวณข้อต่ออยู่กับระบายออก หรือบริเวณปลายสาย ที่ต่อกับสายสวนปัสสาวะ เพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับของปัสสาวะ จากถุงไปยังระบายออก หรือจากระบายออก และสายกลับไปยังผู้ป่วย สะดวก และปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
- 3.5 ที่ปล่อยปัสสาวะจากระบายออกสูงอยู่ด้านบน ลดโอกาสสัมผัสปัสสาวะ ลดการกระจายของเชื้อโรค
- 3.6 มี Filter (Bacteria-proof hydrophobic air vents) อย่างน้อย 1 ตำแหน่ง ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค
- 3.7 มี Sample Port สามารถเก็บปัสสาวะตรวจโดยไม่ต้องให้เข็มแทงสาย
- 3.8 มีอุปกรณ์หรือเทคนิคหรือวิธีการผลิตที่ป้องกันการหักพับงอ บริเวณข้อต่อระหว่างต่อกับระบายออก
- 3.9 ถุงบรรจุปัสสาวะสามารถเทออกด้านล่าง (Bottom Outlet) และมีที่พับเก็บที่ระบายเมื่อเทปัสสาวะหมดแล้ว

ลงชื่อ.....

(นางสาวกรณิการ์ พงศ์ธนาณพ)

เป็นประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวสิริรัตน์ สมัครสมาน)

เป็นกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางอมรรัตน์ ทองสวัสดิ์)

เป็นกรรมการ

3.10 มีที่ยึดกระบอกกับขอบเตียงทั้งแบบขอแขวน และ Handy fixing strap และเชือกหรือพลาสติกรัดขอบเตียง สามารถปรับเลื่อนระดับได้ เพื่อให้กระบอกอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม

3.11 ความยาวของสายต่อยาว อย่างน้อย 120 cm.

3.12 ระบุวัน เดือน ปีที่ผลิต และวันหมดอายุการใช้งานที่ข้างของบรรจุอย่างชัดเจน

3.13 ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหา ผู้ขายต้องรับ แลกเปลี่ยนส่วนที่เสียโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ พร้อมชดเชยสินค้าที่มีปัญหาที่จ่ายออกไป

4. เงื่อนไขการเสนอราคา

4.1 ได้รับอนุญาตนำเข้าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โดยต้องแสดงเอกสารไปพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ

4.2 โรงงานผลิตได้มาตรฐาน ISO13485 โดยต้องแสดงเอกสารไปพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ

4.3 ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยต้องแสดงเอกสารไปพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ

4.4 ผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำมาให้ทดลองใช้งาน และผ่านการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จากทางโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารในวันยื่นเสนอราคา (ผู้สนใจสามารถส่งตัวอย่างสำหรับประเมินผลการใช้งาน จำนวน 10 EA ก่อนเข้ายื่นข้อเสนอไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ)

4.5 ผู้เสนอราคาต้องนำวัสดุตัวอย่างมาประกอบการพิจารณา จำนวน 1 EA นับถัดจากวันที่ได้ยื่นเสนอราคา

4.6 กำหนดส่งมอบ 1,095 วัน ทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ

4.6.1 เมื่อครบกำหนดส่งมอบสินค้าตามที่กำหนดในแต่ละงวดแล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนได้และ ผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าปรับตามเงื่อนไขสัญญา

4.6.2 หากผู้ขายส่งมอบสิ่งของก่อนถึงระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละงวด ผู้ซื้อขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบหากเกิดความเสียหายใดๆ แก่สิ่งของดังกล่าว ยกเว้นกรณีที่ผู้ขายได้รับแจ้งจากผู้ซื้อให้ส่งก่อนระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละงวด

ลงชื่อ.....

(นางสาวกรรณิการ์ พงศ์ธนาณพ)

เป็นประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวสิริรัตน์ สมัครสมาน)

เป็นกรรมการ

ลงชื่อ.....


(นางอมรรัตน์ ทองสวัสดิ์)

เป็นกรรมการ

4.6.3 หากสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบ ไม่มีคุณภาพและผู้ขายไม่สามารถแก้ไขได้ หรือหากสิ่งของนั้นล้นสต็อก ผู้ซื้อขอสงวนสิทธิในการบอกเลิกการส่งมอบบางงวด หรือทั้งหมด หรือให้ชะลอการส่งมอบบางงวดนั้น โดยผู้ซื้อจะแจ้งให้ผู้ขายทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน

5. เงื่อนไขการพิจารณาคัดเลือก เกณฑ์ราคา

6. วิธีการจัดซื้อ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

ลงชื่อ..... 

(นางสาวกรณิการ์ พงศ์ธนาณพ)

เป็นประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... 

(นางสาวสิตารัตน์ สมัครสมาน)

เป็นกรรมการ

ลงชื่อ..... 

(นางอมรรัตน์ ทองสวัสดิ์)

เป็นกรรมการ