

สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือด (Peripheral Stent)

ความเป็นมา

งานบริการห้องผ่าตัดให้บริการผ่าตัดทั้งในและนอกเวลาราชการ ทุกกลุ่มเพศ อายุ เชื้อชาติและศาสนา จึงจำเป็นต้องมีวัสดุการแพทย์ที่สามารถให้บริการทุกกลุ่มโรค ทุกหัตถการอย่างเหมาะสมถูกต้อง และทันเวลา เพื่อความปลอดภัยพร้อมกับความพึงพอใจของผู้รับบริการผ่าตัด

วัตถุประสงค์

ใช้เป็นอุปกรณ์ถ่างขยายหลอดเลือดแดงตีตันโดยเฉพาะหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงอวัยวะบริเวณอุ้งเชิงกรานและหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงไต

๑.คุณลักษณะทั่วไป

๑.๑ ใช้สำหรับรักษาผู้ป่วยที่มีการทะลุ(Perforation)ของหลอดเลือด โรคหลอดเลือดตีบ (Stenosis) โรคหลอดเลือดโป่งพอง (Aneurysm) และโรคที่เกิดจากช่องทางการเชื่อมของหลอดเลือดผิดปกติ(Fistula)

๒.คุณลักษณะเฉพาะ

๒.๑ เป็นสายสวนที่มีขดลวดหุ้มกราฟต์ ที่มีปลายสายโดยขดลวดทำจากโคบอลต์โครเมียม L๖๐๕ (CoCr L๖๐๕) หรือ Stainless steel ส่วนกราฟต์ผลิตจาก micro-porous ePTFE สามารถทางตัวได้โดยอาศัยบอลลูนถ่างขยาย ซึ่งบอลลูนติดมาพร้อมกับสายสวน

๒.๒ ขดลวดที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕ และ ๖ มิลลิเมตร จะมีความยาวขดลวด ๑๘, ๒๒, ๒๘, ๓๘ และ ๔๘ มิลลิเมตร

๒.๓ ขดลวดที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๗ มิลลิเมตร จะมีความยาวขดลวด ๑๘, ๒๓, ๒๗, ๓๗ และ ๔๗ มิลลิเมตร

๒.๔ ขดลวดที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๘,๙ และ ๑๐ มิลลิเมตรจะมีความยาวขดลวด ๒๗, ๓๗ และ ๔๗ มิลลิเมตร

๒.๕ สายสวนมีความยาว (Working length) ให้เลือก ๒ ขนาดได้แก่ ๗๕ เซนติเมตร และ ๑๒๐ เซนติเมตร

๓.เงื่อนไขเฉพาะ

๓.๑ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล และมีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ออกให้โดยสำนักงานอาหารและยา

๓.๒ ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว ระบุวันหมดอายุบนบรรจุภัณฑ์ สามารถใช้งานได้ทันที

๓.๓ สามารถแลกเปลี่ยนขนาดและความยาวของผลิตภัณฑ์ได้ตลอดอายุการใช้งาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายเชิดศักดิ์ แสงศิริทองไชย)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวีระ สุวรรณเรืองศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวีรพัฒน์ ขาญชิตโสภณ)