

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ตลับบรรจุลวดเย็บ

ความเป็นมา

งานบริการห้องผ่าตัดให้บริการผ่าตัดทั้งในและนอกเวลาราชการ ไม่จำกัดอายุ เพศ เชื้อชาติ และศาสนา จึงจำเป็นต้องมีวัสดุการแพทย์ที่สามารถให้บริการผ่าตัดทุกกลุ่มโรค ทุกหัตถการ ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง ปลอดภัยและทันเวลา เพื่อความปลอดภัยของผู้รับการผ่าตัดร่วมกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานห้องผ่าตัด

วัตถุประสงค์

ใช้สำหรับเย็บปิดและตัดเนื้อเยื่อ

๑. ตลับบรรจุลวดเย็บยาว ๔๕ มม. สีดำ (ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อขนาดความยาวของแนวลวดเย็บและตัด ๔๕ มม.)

คุณลักษณะเฉพาะ

- ๑.๑ ประกอบด้วยลวดเย็บไททาเนียม จำนวน ๖ แฉว วางตัวข้างละ ๓ แฉว สลับสับหว่าง และมีใบมีดตัดตรงกลาง
- ๑.๒ ลวดเย็บมีความสูงไล่ระดับ ขนาด ๔.๐ มม. ๔.๕ มม. และ ๕.๐ มม. ตามลำดับ ก่อนการเย็บปิด
- ๑.๓ ความยาวของตลับแนวลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อมีขนาด ๔๕ มม.
- ๑.๔ สามารถใช้ได้กับด้ามแบบควบคุมการตัดด้วยมือและด้ามเครื่องมือตัดต่อและเย็บเนื้อเยื่อแบบอัตโนมัติด้วยระบบพลังงานแบดเตอร์ได้
- ๑.๕ ฝัingtลับลวดเย็บมีหน้าตัดเป็นขั้นบันได
- ๑.๖ ตลับบรรจุสีดำ

๒. ตลับบรรจุลวดเย็บยาว ๔๕ มม. สีแทน (ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อขนาดความยาวของแนวลวดเย็บและตัด ๔๕ มม.)

คุณลักษณะเฉพาะ

- ๒.๑ ประกอบด้วยลวดเย็บไททาเนียม จำนวน ๖ แฉว วางตัวข้างละ ๓ แฉว สลับสับหว่าง และมีใบมีดตัดตรงกลาง
- ๒.๒ ลวดเย็บมีความสูงไล่ระดับ ขนาด ๒.๐ มม. ๒.๕ มม. และ ๓.๐ มม. ตามลำดับ ก่อนการเย็บปิด
- ๒.๓ ความยาวของตลับแนวลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อมีขนาด ๔๕ มม.
- ๒.๔ สามารถใช้ได้กับด้ามแบบควบคุมการตัดด้วยมือและด้ามเครื่องมือตัดต่อและเย็บเนื้อเยื่อแบบอัตโนมัติด้วยระบบพลังงานแบดเตอร์ได้
- ๒.๕ ฝัingtลับลวดเย็บมีหน้าตัดเป็นขั้นบันได
- ๒.๖ ตลับบรรจุสีแทน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายพัชร ฮอหรินทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสุมาลี ธรรมะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางมนต์เทียน นิธิธนกุล)

๓. ตลับบรรจุลวดเย็บยาว ๔๕ มม. สีม่วง (ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อขนาดความยาวของ
แนวลวดเย็บและตัด ๔๕ มม.)


คุณลักษณะเฉพาะ


- ๓.๑ ประกอบด้วยลวดเย็บไททาเนียม จำนวน ๖ แถว วางตัวข้างละ ๓ แถว สลับสับหว่าง และมี
ใบมีดตัดตรงกลาง
- ๓.๒ ลวดเย็บมีความสูงไล่ระดับ ขนาด ๓.๐ มม. ๓.๕ มม. และ ๔.๐ มม. ตามลำดับ ก่อนการเย็บปิด
- ๓.๓ ความยาวของตลับแนวลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อมีขนาด ๔๕ มม.
- ๓.๔ สามารถใช้ได้กับด้ามแบบควบคุมการตัดต่อด้วยมือและด้ามเครื่องมือตัดต่อและเย็บเนื้อเยื่อแบบ
อัตโนมัติด้วยระบบพลังงานแบตเตอรี่ได้
- ๓.๕ ฝัingtลับลวดเย็บมีหน้าตัดเป็นขั้นบันได
- ๓.๖ ตลับบรรจุสีม่วง


๔. ตลับบรรจุลวดเย็บยาว ๖๐ มม. สีดำ (ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อขนาดความยาวของแนว
ลวดเย็บและตัด ๖๐ มม.)

คุณลักษณะเฉพาะ

- ๔.๑ ประกอบด้วยลวดเย็บไททาเนียม จำนวน ๖ แถว วางตัวข้างละ ๓ แถว สลับสับหว่าง และมี
ใบมีดตัดตรงกลาง
- ๔.๒ ลวดเย็บมีความสูงไล่ระดับ ขนาด ๔.๐ มม. ๔.๕ มม. และ ๕.๐ มม. ตามลำดับ ก่อนการเย็บปิด
- ๔.๓ ความยาวของตลับแนวลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อมีขนาด ๖๐ มม.
- ๔.๔ สามารถใช้ได้กับด้ามแบบควบคุมการตัดต่อด้วยมือและด้ามเครื่องมือตัดต่อและเย็บเนื้อเยื่อแบบ
อัตโนมัติด้วยระบบพลังงานแบตเตอรี่ได้
- ๔.๕ ฝัingtลับลวดเย็บมีหน้าตัดเป็นขั้นบันได
- ๔.๖ ตลับบรรจุสีดำ


(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายพัชร ฮอทรินทร์)


(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสุมาลี ธรรมะ)


(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางมนต์เทียน นิธิธนกุล)

๕. ตลับบรรจุลวดเย็บยาว ๖๐ มม. สีแทน (ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อขนาดความยาวของ
แนวลวดเย็บและตัด ๖๐ มม.)

คุณลักษณะเฉพาะ

๕.๑ ประกอบด้วยลวดเย็บไททานเนียม จำนวน ๖ แถว วางตัวข้างละ ๓ แถว สลับสับหว่าง และมี
ใบมีดตัดตรงกลาง

๕.๒ ลวดเย็บมีความสูงไล่ระดับ ขนาด ๒.๐ มม. ๒.๕ มม. และ ๓.๐ มม. ตามลำดับ ก่อนการเย็บปิด

๕.๓ ความยาวของตลับแนวลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อมีขนาด ๖๐ มม.

๕.๔ สามารถใช้ได้กับด้ามแบบควบคุมการตัดต่อด้วยมือและด้ามเครื่องมือตัดต่อและเย็บเนื้อเยื่อแบบ
อัตโนมัติด้วยระบบพลังงานแบบเตอรีได้

๕.๕ ฝัingtลับลวดเย็บมีหน้าตัดเป็นขั้นบันได

๕.๖ ตลับบรรจุสีแทน

๖. ตลับบรรจุลวดเย็บยาว ๖๐ มม. สีม่วง (ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อขนาดความยาวของ
แนวลวดเย็บและตัด ๖๐ มม.)

คุณลักษณะเฉพาะ

๖.๑ ประกอบด้วยลวดเย็บไททานเนียม จำนวน ๖ แถว วางตัวข้างละ ๓ แถว สลับสับหว่าง และมี
ใบมีดตัดตรงกลาง

๖.๒ ลวดเย็บมีความสูงไล่ระดับ ขนาด ๓.๐ มม. ๓.๕ มม. และ ๔.๐ มม. ตามลำดับ ก่อนการเย็บปิด

๖.๓ ความยาวของตลับแนวลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อมีขนาด ๖๐ มม.

๖.๔ สามารถใช้ได้กับด้ามแบบควบคุมการตัดต่อด้วยมือและด้ามเครื่องมือตัดต่อและเย็บเนื้อเยื่อแบบ
อัตโนมัติด้วยระบบพลังงานแบบเตอรีได้

๖.๕ ฝัingtลับลวดเย็บมีหน้าตัดเป็นขั้นบันได

๖.๖ ตลับบรรจุสีม่วง

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากทวีปยุโรป อเมริกา หรือเอเชีย
๒. ได้รับใบอนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประเทศไทย
๓. มีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงของผลิตภัณฑ์หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย
๔. คุณสมบัติที่นำมาต้องตรงกับแคตตาล็อก
๕. เครื่องมือบรรจุแบบปลอดเชื้อ (Sterile pack) พร้อมใช้งานได้ทันที

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายพัชร หอรินทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสุมาลี ธรรมะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางมนต์เทียน นิธิธนกุล)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ลวดเย็บปิดลำไส้และกระเพาะอาหาร ชนิด ๓ แถว ขนาด ๖๐, ๘๐ มม. สีดำ

ความเป็นมา

งานบริการห้องผ่าตัดให้บริการผ่าตัดทั้งในและนอกเวลาราชการ ไม่จำกัดอายุ เพศ เชื้อชาติ และศาสนา จึงจำเป็นต้องมีวัสดุการแพทย์ที่สามารถให้บริการผ่าตัดทุกกลุ่มโรค ทุกหัตถการ ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง ปลอดภัยและทันเวลา เพื่อความปลอดภัยของผู้รับการผ่าตัดรวมกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานห้องผ่าตัด

วัตถุประสงค์

สำหรับใช้กับเครื่องมือตัดและเย็บลำไส้หรือกระเพาะอาหาร

๑. ลวดเย็บปิดลำไส้และกระเพาะอาหาร ขนาด ๖๐ มม.

คุณลักษณะเฉพาะ

- ๑.๑ ประกอบด้วยลวดเย็บไททาเนียมทรงเหลี่ยม จำนวน ๖ แถว วางตัวข้างละ ๓ แถว สลับสับหว่าง และมีใบมีดตัดตรงกลาง
- ๑.๒ มีความยาวแนวลวดเย็บ ๖๐ มม. ทลับบรรจุสีดำ ลวดเย็บมีความสูงไล่ระดับ ๔.๐ มม, ๔.๕ มม. และ ๕.๐ มม. ตามลำดับก่อนการเย็บปิด
- ๑.๓ ตัวลวดเย็บสามารถเย็บปิดเนื้อเยื่อความหนา ๒.๒๕-๓.๐ มม.
- ๑.๔ การเปลี่ยนทลับบรรจุทุกครั้งจะเปลี่ยนใบมีดด้วยและมีแถบสำหรับจับทลับบรรจุเพื่อความสะดวกในการบรรจุ
- ๑.๕ มีกลไกป้องกันอันตรายจากใบมีดก่อนและหลังการใช้งาน

๒. ลวดเย็บปิดลำไส้และกระเพาะอาหาร ขนาด ๘๐ มม.

คุณลักษณะเฉพาะ

- ๒.๑ ประกอบด้วยลวดเย็บไททาเนียมทรงเหลี่ยม จำนวน ๖ แถว วางตัวข้างละ ๓ แถว สลับสับหว่าง และมีใบมีดตัดตรงกลาง
- ๒.๒ มีความยาวแนวลวดเย็บ ๘๐ มม. ทลับบรรจุสีดำ ลวดเย็บมีความสูงไล่ระดับ ๔.๐ มม, ๔.๕ มม. และ ๕.๐ มม. ตามลำดับก่อนการเย็บปิด
- ๒.๓ ตัวลวดเย็บสามารถเย็บปิดเนื้อเยื่อความหนา ๒.๒๕-๓.๐ มม.
- ๒.๔ การเปลี่ยนทลับบรรจุทุกครั้งจะเปลี่ยนใบมีดด้วยและมีแถบสำหรับจับทลับบรรจุเพื่อความสะดวกในการบรรจุ
- ๒.๕ มีกลไกป้องกันอันตรายจากใบมีดก่อนและหลังการใช้งาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพัชร ฮอรินทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ


(นางสุมาลี ธรรมะ)


(ลงชื่อ).....กรรมการ


(นางมนต์เทียน นิธิธนกุล)

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากทวีปยุโรป อเมริกา หรือเอเชีย
๒. มีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ประเทศไทย
๓. มีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงของผลิตภัณฑ์หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย
๔. เครื่องมือบรรจุแบบปลอดเชื้อ (Sterile Pack) พร้อมใช้งานได้ทันทีและมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑
ปี ณ วันที่รับสินค้า
๕. คุณสมบัติที่บริษัทนำมาต้องตรงกับแคตตาล็อก


(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายพัชร ฮอหรินทร์)


(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสุมาลี ธรรมะ)


(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางมนต์เทียน นิธิธกุล)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ลวดเย็บปิดลำไส้และกระเพาะอาหาร ชนิด ๓ แถว ขนาด ๖๐, ๘๐ มม. สีม่วง

ความเป็นมา

งานบริการห้องผ่าตัดให้บริการผ่าตัดทั้งในและนอกเวลาราชการ ไม่จำกัดอายุ เพศ เชื้อชาติ และศาสนา จึงจำเป็นต้องมีวัสดุการแพทย์ที่สามารถให้บริการผ่าตัดทุกกลุ่มโรค ทุกหัตถการ ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง ปลอดภัยและทันเวลา เพื่อความปลอดภัยของผู้รับการผ่าตัดร่วมกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานห้องผ่าตัด

วัตถุประสงค์

สำหรับใช้กับเครื่องมือตัดและเย็บลำไส้หรือกระเพาะอาหาร

๑. ลวดเย็บปิดลำไส้และกระเพาะอาหาร ขนาด ๖๐ มม.

คุณลักษณะเฉพาะ

- ๑.๑ ประกอบด้วยลวดเย็บไททาเนียมทรงเหลี่ยม จำนวน ๖ แถว วางตัวข้างละ ๓ แถว สลับสับหว่าง และมีใบมีดตัดตรงกลาง
- ๑.๒ มีความยาวแนวลวดเย็บ ๖๐ มม. ตลับบรรจุสีม่วง ลวดเย็บมีความสูงไล่ระดับ ๓.๐ มม, ๓.๕ มม. และ ๔.๐ มม. ตามลำดับก่อนการเย็บปิด
- ๑.๓ ตัวลวดเย็บสามารถเย็บปิดเนื้อเยื่อความหนา ๑.๕-๒.๒๕ มม.
- ๑.๔ การเปลี่ยนตลับบรรจุทุกครั้งจะเปลี่ยนใบมีดด้วยและมีแถบสำหรับจับตลับบรรจุเพื่อความสะดวกในการบรรจุ
- ๑.๕ มีกลไกป้องกันอันตรายจากใบมีดก่อนและหลังการใช้งาน

๒. ลวดเย็บปิดลำไส้และกระเพาะอาหาร ขนาด ๘๐ มม.

คุณลักษณะเฉพาะ

- ๒.๑ ประกอบด้วยลวดเย็บไททาเนียมทรงเหลี่ยม จำนวน ๖ แถว วางตัวข้างละ ๓ แถว สลับสับหว่าง และมีใบมีดตัดตรงกลาง
- ๒.๒ มีความยาวแนวลวดเย็บ ๘๐ มม. ตลับบรรจุสีม่วง ลวดเย็บมีความสูงไล่ระดับ ๓.๐ มม, ๓.๕ มม. และ ๔.๐ มม. ตามลำดับก่อนการเย็บปิด
- ๒.๓ ตัวลวดเย็บสามารถเย็บปิดเนื้อเยื่อความหนา ๑.๕-๒.๒๕ มม.
- ๒.๔ การเปลี่ยนตลับบรรจุทุกครั้งจะเปลี่ยนใบมีดด้วยและมีแถบสำหรับจับตลับบรรจุเพื่อความสะดวกในการบรรจุ
- ๒.๕ มีกลไกป้องกันอันตรายจากใบมีดก่อนและหลังการใช้งาน


(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายพัชร ฮอรินทร์)


(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสุมาลี ธรรมะ)


(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางมนต์เทียน นิธิชนกุล)

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากทวีปยุโรป อเมริกา หรือเอเชีย
๒. มีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประเทศไทย
๓. มีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงของผลิตภัณฑ์หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย
๔. เครื่องมือบรรจุแบบปลอดเชื้อ (Sterile Pack) พร้อมใช้งานได้ทันทีและมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี ณ วันที่รับสินค้า
๕. คุณสมบัติที่บริษัทนำมาต้องตรงกับแคตตาล็อก

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายพัชร ฮอรินทร์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสุมาลี ธรรมะ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางมนต์เทียน นิธิธนกุล)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องมือตัดและต่อลำไส้ภายในช่องท้องแบบวงกลม ๒๑, ๒๕, ๒๘, ๓๑ มม.

ความเป็นมา

งานบริการหัตถ์ผ่าตัดให้บริการผ่าตัดทั้งในและนอกเวลาราชการ ไม่จำกัดอายุ เพศ เชื้อชาติ และศาสนา จึงจำเป็นต้องมีวัสดุการแพทย์ที่สามารถให้บริการผ่าตัดทุกกลุ่มโรค ทุกหัตถ์การ ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง ปลอดภัยและทันเวลา เพื่อความปลอดภัยของผู้รับการผ่าตัดร่วมกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานหัตถ์ผ่าตัด

วัตถุประสงค์

สำหรับตัดและเย็บเนื้อเยื่อภายในช่องท้องแบบวงกลม

๑. เครื่องมือตัดและต่อลำไส้ภายในช่องท้องแบบวงกลม ขนาด ๒๑ มม.

คุณลักษณะเฉพาะ

- ๑.๑ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ๒๑ มม. ประกอบด้วยลวดเย็บไททาเนียมทรงเหลี่ยม เรียงตัวเป็นแนววงกลมในลักษณะ ๒ แถว สลับสับหว่าง รอบใบมีดแบบวงกลม
- ๑.๒ ลวดเย็บมีขนาดกว้าง ๐.๒๔ มม. ยาว ๐.๓๕ มม. จำนวน ๑๘ ตัว ความสูงของตัวลวดก่อนการยิงเย็บปิด ๔.๘ มม. และสูง ๒.๐ มม. หลังการเย็บปิด
- ๑.๓ เมื่อตัดต่อเนื้อเยื่อแล้ว lumen จะมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๒.๕ มม.
- ๑.๔ เครื่องมือมีความยาวแกน ๒๒ ซม.
- ๑.๕ ปารองสามารถพลิกเข้าหาแกนปารองได้ มีเสียงและระบบรับรู้สัมผัสขณะใช้งาน

๒. เครื่องมือตัดและต่อลำไส้ภายในช่องท้องแบบวงกลม ขนาด ๒๕ มม.

คุณลักษณะเฉพาะ

- ๒.๑ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ๒๕ มม. ประกอบด้วยลวดเย็บไททาเนียมทรงเหลี่ยม เรียงตัวเป็นแนววงกลมในลักษณะ ๒ แถว สลับสับหว่าง รอบใบมีดแบบวงกลม
- ๒.๒ ลวดเย็บมีขนาดกว้าง ๐.๒๔ มม. ยาว ๐.๓๕ มม. จำนวน ๒๒ ตัว ความสูงของตัวลวดก่อนการยิงเย็บปิด ๔.๘ มม. และสูง ๒.๐ มม. หลังการเย็บปิด
- ๒.๓ เมื่อตัดต่อเนื้อเยื่อแล้ว lumen จะมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๖.๖ มม.
- ๒.๔ เครื่องมือมีความยาวแกน ๒๒ ซม.
- ๒.๕ ปารองสามารถพลิกเข้าหาแกนปารองได้ มีเสียงและระบบรับรู้สัมผัสขณะใช้งาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพัชร ฮอรินทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสมาลี ธรรมะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางมนต์เทียน นิธิธนกุล)

๓. เครื่องมือตัดและต่อลำไส้ภายในช่องท้องแบบวงกลม ขนาด ๒๘ มม.

คุณลักษณะเฉพาะ

๓.๑ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ๒๘ มม. ประกอบด้วยลวดเย็บไททาเนียมทรงเหลี่ยม เรียงตัว

เป็นแนววงกลมในลักษณะ ๒ แถว สลับสับหว่าง รอบใบมีดแบบวงกลม

๓.๒ ลวดเย็บมีขนาดกว้าง ๐.๒๔ มม. ยาว ๐.๓๕ มม. จำนวน ๒๖ ตัว ความสูงของตัวลวดก่อนการยิง

เย็บปิด ๔.๘ มม. และสูง ๒.๐ มม. หลังการเย็บปิด

๓.๓ เมื่อตัดต่อเนื้อเยื่อแล้ว lumen จะมีเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๙.๕ มม.

๓.๔ เครื่องมือมีความยาวแกน ๒๒ ซม.

๓.๕ ปารองสามารถพลิกเข้าหาแกนปารองได้ มีเสียงและระบบรับรู้สัมผัสขณะใช้งาน

๔. เครื่องมือตัดและต่อลำไส้ภายในช่องท้องแบบวงกลม ขนาด ๓๑ มม.

คุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ๓๑ มม. ประกอบด้วยลวดเย็บไททาเนียมทรงเหลี่ยม เรียงตัว

เป็นแนววงกลมในลักษณะ ๒ แถว สลับสับหว่าง รอบใบมีดแบบวงกลม

๔.๒ ลวดเย็บมีขนาดกว้าง ๐.๒๔ มม. ยาว ๐.๓๕ มม. จำนวน ๓๐ ตัว ความสูงของตัวลวดก่อนการยิง

เย็บปิด ๔.๘ มม. และสูง ๒.๐ มม. หลังการเย็บปิด

๔.๓ เมื่อตัดต่อเนื้อเยื่อแล้ว lumen จะมีเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒๒.๕ มม.

๔.๔ เครื่องมือมีความยาวแกน ๒๒ ซม.

๔.๕ ปารองสามารถพลิกเข้าหาแกนปารองได้ มีเสียงและระบบรับรู้สัมผัสขณะใช้งาน

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากทวีปยุโรป อเมริกา หรือเอเชีย
๒. มีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประเทศไทย
๓. มีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงของผลิตภัณฑ์หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย
๔. เครื่องมือบรรจุแบบปลอดเชื้อ (Sterile Pack) พร้อมใช้งานได้ทันทีและมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี ณ วันที่รับสินค้า
๕. คุณสมบัติที่บริษัทนำมาต้องตรงกับแคตตาล็อก

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายพัชร ฮอรินทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสมาลี ธรรมะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางมนต์เทียน นิธิธนกุล)

**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องมือปากคิบบ์เนื้อเยื่อชนิดเชื่อมวน**

ความเป็นมา

งานบริการห้องผ่าตัดให้บริการผ่าตัดทั้งในและนอกเวลาราชการ ไม่จำกัดอายุ เพศ เชื้อชาติ และศาสนา จึงจำเป็นต้องมีวัสดุการแพทย์ที่สามารถให้บริการผ่าตัดทุกกลุ่มโรค ทุกหัตถการ ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง ปลอดภัยและทันเวลา เพื่อความปลอดภัยของผู้รับการผ่าตัดร่วมกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานห้องผ่าตัด

วัตถุประสงค์

ใช้จับเนื้อเยื่อหรืออวัยวะต่าง ๆ ในการผ่าตัดผ่านกล้อง

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. สำหรับจับเนื้อเยื่อภายในกล้อง
๒. ปากเครื่องมือมีเชื่อมวน รอบปากเครื่องมือทั้งด้านบนและล่าง แบบ Atraumatic ไม่ทำลายเนื้อเยื่อ
๓. มีปุ่มควบคุมระบบการล็อคจับเนื้อเยื่อของเครื่องมือแบบมี RATCHET On / Off และแบบอิสระที่ด้าม
๔. สามารถหมุนปรับมุมได้ ๓๖๐ องศา ด้วยการหมุนปุ่มควบคุมที่ด้ามจับ
๕. มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางก้านเครื่องมือ ๕ มม. ปลายจับเนื้อเยื่อมีความยาวไม่เกิน ๑๙ มม. และสามารถเปิดอ้าได้กว้างไม่เกิน ๒๓ มม.
๖. มีขนาดความยาวของแกนเครื่องมือยาวไม่เกิน ๓๑ ซม. และหุ้มด้วยฉนวนป้องกันกระแสไฟฟ้า

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากทวีปยุโรป อเมริกา หรือเอเชีย
๒. มีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประเทศไทย
๓. มีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงของผลิตภัณฑ์หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย
๔. เครื่องมือบรรจุแบบปลอดเชื้อ (Sterile Pack) พร้อมใช้งานได้ทันทีและมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี ณ วันที่รับสินค้า
๕. คุณสมบัติที่บริษัทนำมาต้องตรงกับแคตตาล็อก


(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพัชร ฮอหรินทร์)


(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุมาลี ธรรมะ)


(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางมนต์เทียน นิธิธนกุล)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องมือปากคีบจับเนื้อเยื่อชนิดปลายมนขนาด ๕ มม.

ความเป็นมา

งานบริการห้องผ่าตัดให้บริการผ่าตัดทั้งในและนอกเวลาราชการ ไม่จำกัดอายุ เพศ เชื้อชาติ และศาสนา จึงจำเป็นต้องมีวัสดุการแพทย์ที่สามารถให้บริการผ่าตัดทุกกลุ่มโรค ทุกหัตถการ ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง ปลอดภัยและทันเวลา เพื่อความปลอดภัยของผู้รับการผ่าตัดร่วมกับความพึงพอใจของผู้ให้บริการงานห้องผ่าตัด

วัตถุประสงค์


ใช้จับ แหวกเนื้อเยื่อหรืออวัยวะต่าง ๆ ในการผ่าตัดผ่านกล้อง


คุณลักษณะเฉพาะ


๑. สำหรับจับเนื้อเยื่อภายในกล้อง
๒. ปากเครื่องมือแบนไม่มีเขี้ยว ไม่ทำลายเนื้อเยื่อ ปลายจับเนื้อเยื่อมีความยาวไม่เกิน ๑๙ มม.
๓. มีปุ่มควบคุมระบบการล็อคจับเนื้อเยื่อของเครื่องมือแบบมี RATCHET On / Off และแบบอิสระที่ด้าม
๔. สามารถหมุนปรับมุมได้ ๓๖๐ องศา ด้วยการหมุนปุ่มควบคุมที่ด้ามจับ
๕. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของแกนเครื่องมือ ขนาด ๕ มม.
๖. มีขนาดความยาวของแกนเครื่องมือยาวไม่เกิน ๓๑ ซม. และหุ้มด้วยฉนวนป้องกันกระแสไฟฟ้า

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากทวีปยุโรป อเมริกา หรือเอเชีย
๒. มีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประเทศไทย
๓. มีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงของผลิตภัณฑ์หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย
๔. เครื่องมือบรรจุแบบปลอดเชื้อ (Sterile Pack) พร้อมใช้งานได้ทันทีและมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี ณ วันที่รับสินค้า
๕. คุณสมบัติที่บริษัทนำมาต้องตรงกับแคตตาล็อก


(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายพัชร ฮ่อรินทร์)


(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสุมาลี ธรรมะ)


(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางมนต์เทียน นิธิกุล)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Versaport V๒ ๕-๑๒ mm. Trocar

ความเป็นมา

งานบริการห้องผ่าตัดให้บริการผ่าตัดทั้งในและนอกเวลาราชการ ไม่จำกัดอายุ เพศ เชื้อชาติ และศาสนา จึงจำเป็นต้องมีวัสดุการแพทย์ที่สามารถให้บริการผ่าตัดทุกกลุ่มโรค ทุกหัตถการ ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง ปลอดภัยและทันเวลา เพื่อความปลอดภัยของผู้รับการผ่าตัดรวมกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานห้องผ่าตัด

วัตถุประสงค์


ใช้เจาะหน้าท้องในการผ่าตัดผ่านกล้อง


คุณลักษณะเฉพาะ


๑. มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อเจาะ ขนาด ๑๒ มม.
๒. มีขนาดความยาวท่อเจาะ ๑๐๐ มม.
๓. ท่อเจาะทึบแสงและมีเกลียวรอบ ๆ ท่อเจาะเพื่อยึดติดกับผนังหน้าท้องได้ดี
๔. ปลายแทงเป็นใบมีดและมีระบบหุ้มปลายใบมีดป้องกันอันตรายต่ออวัยวะในช่องท้อง
๕. มีระบบวาล์วสามารถควบคุมการปิด-เปิดให้ก๊าซเข้าช่องท้องแบบ T-way

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากทวีปยุโรป อเมริกา หรือเอเชีย
๒. มีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประเทศไทย
๓. มีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงของผลิตภัณฑ์หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย
๔. เครื่องมือบรรจุแบบปลอดเชื้อ (Sterile Pack) พร้อมใช้งานได้ทันทีและมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี ณ วันที่รับสินค้า
๕. คุณสมบัติที่บริษัทนำมาต้องตรงกับแคตตาล็อก


(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายพัชร ฮอทรินทร์)


(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสุมาลี ธรรมะ)


(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางมนต์เทียน นิธิชนกุล)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Versaport V๒ ๕ mm. Trocar

ความเป็นมา

งานบริการห้องผ่าตัดให้บริการผ่าตัดทั้งในและนอกเวลาราชการ ไม่จำกัดอายุ เพศ เชื้อชาติ และศาสนา จึงจำเป็นต้องมีวัสดุการแพทย์ที่สามารถให้บริการผ่าตัดทุกกลุ่มโรค ทุกหัตถการ ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง ปลอดภัยและทันเวลา เพื่อความปลอดภัยของผู้รับการผ่าตัดร่วมกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานห้องผ่าตัด

วัตถุประสงค์

ใช้เจาะหน้าท้องในการผ่าตัดผ่านกล้อง

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อเจาะขนาด ๕ มม.
๒. มีขนาดความยาวท่อเจาะ ๑๐๐ มม.
๓. ท่อเจาะทึบแสงและมีเกลียวรอบ ๆ ท่อ เพื่อให้ยึดติดกับผนังหน้าท้องได้ดี
๔. ปลายท่งเป็นใบมีดและมีระบบหุ้มปลายใบมีดป้องกันอันตรายต่ออวัยวะในช่องท้อง
๕. มีระบบวาล์วสามารถควบคุมการปิด-เปิดให้ก๊าซเข้าช่องท้องแบบ T-way

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากทวีปยุโรป อเมริกา หรือเอเชีย
๒. มีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประเทศไทย
๓. มีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงของผลิตภัณฑ์หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย
๔. เครื่องมือบรรจุแบบปลอดเชื้อ (Sterile Pack) พร้อมใช้งานได้ทันทีและมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี ณ วันที่รับสินค้า
๕. คุณสมบัติที่บริษัทนำมาต้องตรงกับแคตตาล็อก

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายพัชร ฮอทรินทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสมาลี ธรรมะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางมนต์เทียน นิธิชนกุล)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
DST DIA ๓.๘ Stapler ๖๐-๑๐๐

ความเป็นมา

งานบริการห้องผ่าตัดให้บริการผ่าตัดทั้งในและนอกเวลาราชการ ไม่จำกัดอายุ เพศ เชื้อชาติ และศาสนา จึงจำเป็นต้องมีวัสดุการแพทย์ที่สามารถให้บริการผ่าตัดทุกกลุ่มโรค ทุกหัตถการ ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง ปลอดภัยและทันเวลา เพื่อความปลอดภัยของผู้รับการผ่าตัดร่วมกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานห้องผ่าตัด

วัตถุประสงค์

สำหรับใช้กับเครื่องมือตัดและเย็บลำไส้หรือกระเพาะอาหาร

๑. ลวดเย็บปิดลำไส้และกระเพาะอาหาร ขนาด ๖๐ มม.


คุณลักษณะเฉพาะ


- ๑.๑ ประกอบด้วยลวดเย็บไททาเนียมทรงเหลี่ยม จำนวน ๔ แถว วางตัวข้างละ ๒ แถว สลับสับหว่าง และมีใบมีดตัดตรงกลาง
- ๑.๒ มีความยาวแนวลวดเย็บ ๖๐ มม. ตลับบรรจุสีฟ้า มีความสูงก่อนการเย็บปิด ๓.๘ มม. และสูง ๑.๕ มม. หลังการเย็บปิด ความกว้างของลวดเย็บ ๒.๘๔ มม.
- ๑.๓ การเปลี่ยนตลับบรรจุทุกครั้งจะเปลี่ยนใบมีดด้วย และมีแถบสำหรับจับตลับบรรจุเพื่อความสะดวกในการบรรจุ
- ๑.๔ มีกลไกป้องกันอันตรายจากใบมีดก่อนและหลังการใช้งาน


๒. ลวดเย็บปิดลำไส้และกระเพาะอาหาร ขนาด ๘๐ มม.

คุณลักษณะเฉพาะ

- ๒.๑ ประกอบด้วยลวดเย็บไททาเนียมทรงเหลี่ยม จำนวน ๔ แถว วางตัวข้างละ ๒ แถว สลับสับหว่าง และมีใบมีดตัดตรงกลาง
- ๒.๒ มีความยาวแนวลวดเย็บ ๘๐ มม. ตลับบรรจุสีฟ้า มีความสูงก่อนการเย็บปิด ๓.๘ มม. และสูง ๑.๕ มม. หลังการเย็บปิด ความกว้างของลวดเย็บ ๒.๘๔ มม.
- ๒.๓ การเปลี่ยนตลับบรรจุทุกครั้งจะเปลี่ยนใบมีดด้วย และมีแถบสำหรับจับตลับบรรจุเพื่อความสะดวกในการบรรจุ
- ๒.๔ มีกลไกป้องกันอันตรายจากใบมีดก่อนและหลังการใช้งาน

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายพัชร ฮอทรินทร์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสุมาลี ธรรมะ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางมนต์เทียน นิธิชนกุล)

๓. ลวดเย็บปิดลำไส้และกระเพาะอาหาร ขนาด ๑๐๐ มม.

คุณลักษณะเฉพาะ

- ๓.๑ ประกอบด้วยลวดเย็บไททานเนียมทรงเหลี่ยม จำนวน ๔ แถว วางตัวข้างละ ๒ แถว สลับสับหว่าง และมีใบมีดตัดตรงกลาง
- ๓.๒ มีความยาวแนวลวดเย็บ ๑๐๐ มม. ตลับบรรจุสีฟ้ามีความสูงก่อนการเย็บปิด ๓.๘ มม. และสูง ๑.๕ มม. หลังการเย็บปิด ความกว้างของลวดเย็บ ๒.๘๔ มม.
- ๓.๓ การเปลี่ยนตลับบรรจุทุกครั้งจะเปลี่ยนใบมีดด้วย และมีแถบสำหรับจับตลับบรรจุเพื่อความสะดวกในการบรรจุ
- ๓.๔ มีกลไกป้องกันอันตรายจากใบมีดก่อนและหลังการใช้งาน

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากทวีปยุโรป อเมริกา หรือเอเชีย
๒. มีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประเทศไทย
๓. มีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงของผลิตภัณฑ์หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย
๔. เครื่องมือบรรจุแบบปลอดเชื้อ (Sterile Pack) พร้อมใช้งานได้ทันทีและมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี ณ วันที่รับสินค้า
๕. คุณสมบัติที่บริษัทนำมาต้องตรงกับแคตตาล็อก

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายพัชร ฮอรินทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสุมาลี ธรรมะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางมนต์เทียน นิธิธนกุล)