

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รายการถุงมือยางสำหรับตรวจโรคชนิดไม่ปราศจากเชื้อ
(Glove Disposable) เบอร์ SS , S , M , L
ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

๑.ความต้องการ

ถุงมือยางสำหรับตรวจโรคชนิดไม่ปราศจากเชื้อ (Glove Disposable) เบอร์ SS (XS) , S , M , L

๒.วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้สำหรับสวมใส่เพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรค

๓.คุณลักษณะเฉพาะ


- ๓.๑ ถุงมือตรวจโรคชนิดนี้ทำจากน้ำยางธรรมชาติ (Natural Rubber Latex)
- ๓.๒ ถุงมือเป็นชนิดไม่ปราศจากเชื้อ (Non Sterile)
- ๓.๓ เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง
- ๓.๔ ถุงมือชนิดไม่มีแป้ง ที่ไม่ทำปฏิกิริยากับผิวหนัง หรือระคายเคืองกับผิวหนัง
- ๓.๕ ถุงมือมีความหนา - บางสม่ำเสมอตลอดทุกชิ้น
- ๓.๖ ถุงมือมีผิวเรียบ หรือ ถุงมือผิวเรียบ ยกเว้นมีผิวหยาบที่ปลายนิ้ว เพื่อการสัมผัสที่มั่นคง
- ๓.๗ ถุงมือได้ผ่านการตรวจสอบรูรั่ว ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
- ๓.๘ การรั่วซึม ไม่มีการรั่วซึม
- ๓.๙ มีความเหนียว ไม่ขาดง่ายเมื่อเวลาถึง ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.๑๐๕๖-๒๕๕๖)
- ๓.๑๐ ความหนาของถุงมือ (ชั้นเดียว)
 - ๓.๑๐.๑ วัดที่ปลายนิ้วกลาง ไม่น้อยกว่า ๐.๑๑ มิลลิเมตร
 - ๓.๑๐.๒ วัดที่กึ่งกลางฝ่ามือ ไม่น้อยกว่า ๐.๐๘ มิลลิเมตร
- ๓.๑๑ แรงดึงขาด
 - ๓.๑๑.๑ ก่อนการบ่มแรง แรงดึงขาด ไม่น้อยกว่า ๗.๐ นิวตัน
 - ความยืดเมื่อขาด (ร้อยละ) ไม่น้อยกว่า ๖๕๐
 - ๓.๑๑.๒ หลังการบ่มแรง แรงดึงขาด ไม่น้อยกว่า ๖.๐ นิวตัน
 - ความยืดเมื่อขาด (ร้อยละ) ไม่น้อยกว่า ๕๐๐
- ๓.๑๒ ถุงมือขนาด SS (XS) และ S มีความยาววัดจากปลายนิ้ว นิ้วกลางถึงขบยาวไม่ต่ำกว่า ๒๒๐ mm.
และถุงมือขนาด M และ L มีความยาววัดจากปลายนิ้ว นิ้วกลางถึงขบยาวไม่ต่ำกว่า ๒๓๐ mm.
- ๓.๑๓ บรรจุภัณฑ์ ระบุเลขที่ผลิต วันที่ผลิต และวันหมดอายุ ของผลิตภัณฑ์ไว้บนกล่อง
- ๓.๑๔ ผลิตภัณฑ์มี ๔ ขนาด คือ ขนาด SS (XS) , S , M , และ L
- ๓.๑๕ บรรจุจำนวน ๑๐๐ ชิ้น ต่อหนึ่งกล่อง


๔.เงื่อนไขเฉพาะ


- ๔.๑ ผลิตภัณฑ์ประเทศไทย ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๑๐๕๖ - ๒๕๕๖ และ
ใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
- ๔.๒ มีหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย หากไม่ใช่โรงงานผู้ผลิตโดยตรง
- ๔.๓ ผู้เสนอราคา ต้องนำเวชภัณฑ์มาเป็นตัวอย่าง เบอร์ละ ๑ กล่อง
- ๔.๔ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่า สินค้า lot ใดมีปัญหา ผู้ขาย
ต้องรับแลกเปลี่ยนส่วนที่เหลือโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

๔.๕ การแลกเปลี่ยนสินค้า ต้องให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่แจ้ง หากไม่รับแลกเปลี่ยนสินค้า หรือแลกเปลี่ยนแล้วยังมีปัญหา ทาง รพ.ฯ ทำการยกเลิกสัญญาได้

๔.๖ ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบต้องมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ผลิตที่วันส่งมอบ

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายสายลักษณ์ พิมพะเกาะ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสุมาลี ธรรมะ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางกัลยา เป๊ะหมื่นไวย)