

คุณลักษณะเฉพาะ
ขอบลิ้นหัวใจเทียมชนิด Flexible

ความเป็นมา

งานบริการห้องผ่าตัดให้บริการผ่าตัดทั้งในและนอกเวลาราชการ ไม่จำกัดอายุ เพศ เชื้อชาติ และศาสนา จึงจำเป็นต้องมีวัสดุการแพทย์ที่สามารถให้บริการผ่าตัดทุกกลุ่มโรค ทุกหัตถการ ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง ปลอดภัยและทันเวลา เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการผ่าตัดร่วมกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานห้องผ่าตัด

วัตถุประสงค์

ใช้สำหรับซ่อมลิ้นหัวใจขณะผ่าตัดหัวใจแบบเปิด

คุณลักษณะเฉพาะ

เป็นขอบลิ้นหัวใจสำหรับซ่อมลิ้นหัวใจ Mitral และ Tricuspid Valve

๑. ขอบลิ้น Mitral Valve

๑.๑ ขอบลิ้นมีลักษณะเป็นชนิด Close Ring

๑.๒ แฉกในทำด้วย Elgiloy และ Plastic Strip หุ้มด้วยยาง Silicone และ Polyester Fabric

๑.๓ มีขนาดต่าง ๆ กันให้เลือก เพื่อความเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย โดยขนาด ๒๔ mm-๔๐ mm สำหรับ Mitral เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย

๒. ขอบลิ้น Tricuspid Valve

๒.๑ ขอบลิ้นมีลักษณะเป็นชนิด Rigid และ Open Ring

๒.๒ แฉกในทำด้วย Titanium Alloy หุ้มด้วยยาง Silicone และ Polyester Fabric

๒.๓ มีขนาดต่าง ๆ กันให้เลือกเพื่อความเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย โดยขนาด

๒๖ mm-๓๖ mm สำหรับ Mitral และ Tricuspid เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. ขอบลิ้นหัวใจเทียมต้องบรรจุในภาชนะที่ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อพร้อมใช้งาน

๒. ขอบลิ้นหัวใจเทียมทั้ง ๒ ประเภทสามารถแลกเปลี่ยนขนาดได้

๓. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานจากทวีปอเมริกา หรือยุโรป

๔. สินค้าตัวอย่างเมื่อนำไปทดลองใช้งานแล้วต้องผ่านการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีจึงจะได้รับการพิจารณา

๕. มีใบรับรองการนำเข้าจากคณะกรรมการอาหารและยา

๖. มีใบรับรองการเป็นผู้แทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพินัย นรินทร์รุ่งเรือง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายดำริ เศรษฐจินดา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางมนต์เทียน นิธิชนกุล)