

คุณลักษณะเฉพาะ
ขอบล้นหัวใจเทียมตำแหน่งไตรคัสปิด

ความเป็นมา

งานบริการห้องผ่าตัดให้บริการผ่าตัดทั้งในและนอกเวลาราชการ ไม่จำกัดอายุ เพศ เชื้อชาติ และศาสนา จึงจำเป็นต้องมีวัสดุการแพทย์ที่สามารถให้บริการผ่าตัดทุกกลุ่มโรค ทุกหัตถการ ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง ปลอดภัยและทันเวลา เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการผ่าตัดร่วมกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานห้องผ่าตัด

วัตถุประสงค์

ใช้สำหรับการผ่าตัดซ่อมขอบล้นหัวใจตำแหน่งไมทรัลหรือตำแหน่งไตรคัสปิด


คุณลักษณะเฉพาะ

๑. เป็นขอบล้นหัวใจเทียม ใช้สำหรับการผ่าตัดซ่อมขอบล้นหัวใจตำแหน่งไมทรัลหรือไตรคัสปิด
๒. ทำมาจากวัสดุโลหะไทเทเนียม หุ้มด้วยซิลิโคนด้านในและด้านนอกหุ้มด้วยโพลีเอสเตอร์
๓. บริเวณขอบล้นหัวใจเทียมไตรคัสปิดมีจุดบอกตำแหน่ง ๓ จุด ขอบล้นได้ถูกออกแบบมาเป็นแบบสามมิติ เพื่อให้แนบตามลักษณะกายภาพของล้นหัวใจของผู้ป่วย และเป็นแบบไม่เต็มวง (Incomplete Ring) เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนการนำไฟฟ้าของหัวใจ ส่วนแบบเต็มวงถูกออกแบบเป็นสามมิติรูปอานม้า (Saddle shape ๓D) บริเวณขอบล้นหัวใจเทียมมีจุดบอกตำแหน่ง ๓ จุด โดยที่ขอบล้นหัวใจเทียมตำแหน่งไมทรัลด้านแอนทีเรียร์มีจุดบอกตำแหน่ง ๒ จุด ที่จุด Trigonal Markers และด้านโพสทีเรียร์ที่ตำแหน่งกึ่งกลาง (Mid Posterior Marker)
๔. ขอบล้นหัวใจเทียมมีความหนา (profile) เพียง ๓.๓ มิลลิเมตร
๕. มีขนาดต่าง ๆ ให้เลือกได้ตามความเหมาะสมสำหรับคนไข้ มีขนาดดังนี้
 - แบบไม่เต็มวง (Contour ๓D)
 - แบบเต็มวง มี ๖ ขนาด ดังนี้ ๒๖ มม., ๒๘ มม., ๓๐ มม., ๓๒ มม., ๓๔ มม. และ ๓๖ มม.

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. บรรจุในภาชนะที่ผ่านการทำให้ปลอดเชื้อแล้ว มีอายุ ๓ ปี
๒. สินค้าได้ผ่านการขึ้นทะเบียนนำเข้าจากองค์การอาหารและยา
๓. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานจากทวีปอเมริกา หรือยุโรป
๔. ขอบล้นหัวใจสามารถแลกเปลี่ยนขนาดได้
๕. มีใบรับรองการเป็นผู้แทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย
๖. สินค้าตัวอย่างเมื่อนำไปทดลองใช้งานแล้วต้องผ่านการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีจึงจะได้รับการพิจารณา

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายพินัย นรินทรรุ่งเรือง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายดำริ เทรชรูจินดา)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางมนต์เทียน นิธิธนกุล)