

คุณลักษณะ

สายสวนหัวใจเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจเต้นผิดปกติ (CS Catheter)

วัตถุประสงค์

เป็นสายสวนหัวใจที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะโดยใช้อิเลคโตรดที่ปลายสายสวนจะรับข้อมูลคลื่นไฟฟ้าของหัวใจแล้วส่งผ่านไปยังเครื่องแสดงคลื่นไฟฟ้าหัวใจเพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรค

2. รายละเอียดทั่วไป

2.1 สายสวนแบบ Deflectable Diagnostic catheter ชนิด AUTO ID มีจำนวนขั้วอิเลคโตรดที่ปลายของสายสวนให้เลือกหลายแบบตามความต้องการของแพทย์โดยจำนวนขั้วอิเลคโตรดมี 10 ขั้ว

2.2 ขนาดความห่างของอิเลคโตรดมีหลายขนาด 2-8-2 มิลลิเมตร

2.3 อิเลคโตรดจะมีขนาดเล็ก ส่วนปลาย tip ยาว 2 มิลลิเมตร

2.4 ความโค้งของสายสวนมีให้เลือก ทั้งแบบ D และ F Curve

2.5 เคเบิลที่ใช้ต่อสายสวนกับอุปกรณ์ตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EP Equipment) เป็น Reverse Cable ชนิด 10 ขั้ว

3. อื่น

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์สามารถแลกเปลี่ยนความโค้งของปลายสายสวนได้ตามความต้องการ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม



(แพทย์หญิงดุจดาว สหัทธกัน)



(นางสาวอุมาพร ขานหัวโทน)



(นางจำเนียร พัฒนจักร)