

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการจัดซื้อ วัสดุการแพทย์

1. ความต้องการและจำนวน

ชุดอุปกรณ์สลายลิ่มเลือดหลอดเลือดในสมอง จำนวน 200 ชุด

2. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นช่องทางสายสวนขนาดเล็ก วัสดุอุดหรือท่อค้ำยัน และเป็นอุปกรณ์ในการดูดลิ่มเลือดของหลอดเลือดสมอง

3. คุณสมบัติเฉพาะ

- 3.1 มีการออกแบบให้ส่วนปลายมีขนาดเล็กซึ่งช่วยในการสอดใส่เข้าถึงเส้นเลือดส่วนปลายได้ดี
- 3.2 สายสวนมีความคงตัวสูง ด้านทานการหักพับงอได้ดี
- 3.3 สามารถใช้ร่วมกับ Long sheath ขนาด 6Fr. รวมถึง stent retriever
- 3.4 เป็นสายสวนหลอดเลือดที่ใช้เป็นสายนำทางเข้าสู่หลอดเลือดสมองเพื่อนำก้อนเลือดอุดตันหลอดเลือดออก โดยการดูดลิ่มเลือดออกมา
- 3.5 ส่วนปลายของสายสวน มีความกว้างอยู่ระหว่าง 10 – 11 เซนติเมตร มีความยืดหยุ่นทำมาจาก Nitinal Coil
- 3.6 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสายสวนมีขนาด 0.046 ถึง 0.074 นิ้ว
- 3.7 มีความยาวของสายสวน อยู่ระหว่าง 115 – 132 เซนติเมตร
- 3.8 ส่วนปลายของสายสวน ออกแบบมาเพื่อจับลิ่มเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 3.9 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันที่ส่งของ
- 3.10 บรรจุห่อละ 1 และทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว
- 3.11 รับประกันคุณภาพ 1 ปี

ลงชื่อ.....

(อ.นพ.วรานนท์ มั่นคง)
เป็นประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายรัฐพงศ์ การะเวก)
เป็นกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางจรรุวรรณ ชัยสงค์)
เป็นกรรมการ

4. เงื่อนไขอื่น ๆ

4.1 ได้รับอนุญาตนำเข้าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โดยให้ยื่น
ขณะเข้าเสนอราคา

4.2 โรงงานผลิตได้มาตรฐาน ISO13485 โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

4.3 ผลิตภัณฑ์ที่ยื่นเสนอต้องผ่านการประเมินซึ่งอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดีขึ้นไปจากทาง หน่วยรังสี
วินิจฉัย โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยให้ยื่นขณะเข้า
เสนอราคา

5. เงื่อนไขการเสนอราคา

5.1 คณะแพทยศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาวัสดุที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อทาง
ราชการก่อนการจัดซื้อและอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี

5.2 ผู้เสนอราคาต้องส่งตัวอย่างพัสดุที่เสนอ 1 ชุด นับถัดจากวันที่ได้ยื่นเสนอราคา

5.3 กำหนดส่งมอบ 365 วัน ทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ

5.3.1 เมื่อครบกำหนดส่งมอบสินค้าตามที่กำหนดในแต่ละงวดแล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบ
สิ่งของที่ตกลงให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือ
บางส่วนได้และผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าปรับตามเงื่อนไขสัญญา

5.3.2 หากผู้ขายส่งมอบสิ่งของก่อนถึงระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละงวด ผู้ซื้อขอสงวนสิทธิ์ที่
จะไม่รับผิดชอบหากเกิดความเสียหายใด ๆ แก่สิ่งของดังกล่าว ยกเว้นกรณีที่ผู้ขายได้รับแจ้งจากผู้ซื้อให้ส่งก่อน
ระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละงวด

5.3.3 หากสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบ ไม่มีคุณภาพและผู้ขายไม่สามารถแก้ไขได้ หรือหากสิ่งของ
นั้นล้มสต็อกผู้ซื้อขอสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกการส่งมอบบางงวด หรือทั้งหมด หรือให้ชะลอการส่งมอบบาง
งวดนั้น โดยผู้ซื้อจะแจ้งให้ผู้ขายทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน

6. เกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือก คือ เกณฑ์ราคา

7. วิธีจัดซื้อ : วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ลงชื่อ.....

(อ.นพ.วรานนท์ มั่นคง)

เป็นประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายรัฐพงศ์ การะเวก)

เป็นกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางจรรรณ ชัยสงค์)

เป็นกรรมการ