

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รายการถุงรองรับอุจจาระสำหรับผู้ป่วยมีทวารเทียมขนาด ๔๐, ๕๐, ๖๐, ๘๐ mm.
ของโรงพยาบาลราชนครราชสีมา

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นถุงที่ใช้สำหรับรองรับอุจจาระในผู้ป่วยที่มีทวารเทียม ขนาด ๔๐, ๕๐, ๖๐, ๘๐ mm.

คุณลักษณะเฉพาะ

เป็นวัสดุที่ประกอบด้วย ๒ ส่วน ดังนี้

๑. ตัวแป่น (baseplate)

๑.๑ แป่น (baseplate) เป็นส่วนที่ปิดบนผิวนังทำจากวัสดุที่ไม่ระคายเคืองผิวนัง (hydrocolloid)

๑.๒ แป่นมีระบบล็อก (locking system) ซึ่งสามารถยึดติดถุงได้แน่น ไม่ต้องกดลงบนหน้าห้องผู้ป่วย

๑.๓ มีหูลองสำหรับสายรัดที่ตัวแป่น เพื่อให้ตัวแป่นกระชับมากขึ้น

๑.๔ สามารถหมุนปรับแนวถุงได้โดยไม่ต้องดึงถุงออกจากแป่นเมื่อผู้ป่วยเปลี่ยน position

๒. ตัวถุง (pouch)

๒.๑ ทำจาก PVC มีลักษณะนุ่ม และป้องกันกลิ่นได้ ไม่ระคายเคืองผิวนังหน้าห้อง สามารถล้างเช็ดให้แห้งได้โดยไม่เก็บกลิ่น

๒.๒ ตัวถุงมีระบบบีดติดแน่นกับแป่นโดยไม่หลุดง่าย (locking system)

๒.๓ ปากถุงกว้างไม่น้อยกว่า ๕๕ mm. เพื่อสะดวกและรวดเร็วในการเทอุจจาระและล้างได้สะดวก

สะดวก

๒.๔ มีวัสดุสำหรับปิดปลายถุง ที่มีน้ำหนักเบา และสะดวกในการใช้

๒.๕ ตัวถุงด้านที่สัมผัสกับผิวนังหน้าห้องต้องมีวัสดุแบบอ่อนโยน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระคายเคืองผิวนัง สามารถล้างเช็ดให้แห้งได้ ไม่เก็บกลิ่น

๒.๖ มีตัวอักษรบอกขนาดทุกถุง

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. อายุของผลิตภัณฑ์ มีอายุไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันส่งมอบ

๒. มีใบผ่านการประเมินจากผู้ใช้งาน วัสดุมีคุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

๓. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

๔. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานจากประเทศเมริกา ยุโรป หรือประเทศไทย

Tal
(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายพัชร ยอดรินทร์)

นราธิวุฒิ กานพล
(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางสาวเรียง ขอให้ญ่ากลาง)

001001 ขด74
(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางสาวอ่อนอุมา มูลอาษา)