

โครงการจัดซื้อ ชุดผ่าตัดเลสิกด้วยวิธีเลเซอร์ สำหรับปีงบประมาณ 2568 (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์)

1. ความต้องการ

1.1 ชุดผ่าตัดเลสิกด้วยวิธีเลเซอร์ จำนวน 360 EA

2. วัตถุประสงค์ ใช้สำหรับการเปิดกระจกตาคนไข้

3. คุณสมบัติเฉพาะ

3.1 เป็นอุปกรณ์ปราศจากเชื้อ ประกอบด้วย

3.1.1 สายสำหรับดูดตาคนไข้ แบบ 2 เส้น

3.1.2 พลาสติกโคนเป็นแบบแบนราบสำหรับกดที่กระจกตา

3.2 มีสายเชื่อมต่อกับตัวกรองอากาศและตัวสร้างแรงดูด

3.3 มีช่องต่อสำหรับเชื่อมกับตัวสร้างแรงดูด

3.4 ผลิตภัณฑ์ได้รับอนุญาตในการนำเข้าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โดยต้องยื่นเอกสารไปพร้อมกับการเสนอราคา

3.5 ผลิตภัณฑ์สามารถใช้งานได้กับเครื่องเลเซอร์ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ใช้งานในปัจจุบัน

4. เงื่อนไขการเสนอราคา

4.1 คณะแพทยศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาวัสดุที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการก่อนการจัดซื้อและต้องอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี โดยต้องยื่นเอกสารผลการใช้งานจากหน่วยงานผู้ใช้และอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี ไปพร้อมกับการยื่นเสนอราคา

4.2 ผู้เสนอราคาต้องนำวัสดุตัวอย่างมาประกอบการพิจารณา จำนวน 20 EA ภายใน 1 วันทำการนับถัดจากวันที่ได้ยื่นเสนอราคา

4.3 การส่งมอบ

4.3.1 เมื่อครบกำหนดส่งมอบสินค้าตามที่กำหนดในใบสั่งซื้อแต่ละงวดแล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนได้ และผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าปรับตามเงื่อนไขสัญญา

4.3.2 หากผู้ขายส่งมอบสิ่งของก่อนถึงระยะเวลาที่กำหนดในใบสั่งซื้อแต่ละงวด ผู้ซื้อขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหากเกิดความเสียหายใดๆ แก่สิ่งของดังกล่าว ยกเว้นกรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อให้ส่งก่อนระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละงวด

4.3.3 หากสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบ ไม่มีคุณภาพและผู้ใช้ไม่สามารถแก้ไขได้ หรือหากสิ่งของนั้นล้นสต็อก ผู้ซื้อขอสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกการส่งมอบบางงวด หรือทั้งหมด หรือให้ชะลอการส่งมอบบางงวดนั้น โดยผู้ซื้อจะแจ้งให้ผู้ขายทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน

5. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก เกณฑ์ราคา

6. วิธีการจัดซื้อ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

.....
(ศ.โอฟาร สุวรรณอภิชน)

.....
(รศ.อรพิน อนุตรพงษ์พันธ์)

.....
(รศ.ธนภัทร รัตนภากร)