



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข อบจ.พิษณุโลก โทร ๐-๕๕๔๘-๗๗๑๘-๒๐ ต่อ ๗๑๘
ที่ พล ๕๑๐๐๖/ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในการจัดซื้อครุภัณฑ์ โครงการ “ศูนย์เยี่ยมอุปกรณ์และ
เครื่องช่วยความพิการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก”
ประจำปี ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ที่ ๒๘๘๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐/พฤศจิกายน
๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในการจัดซื้อครุภัณฑ์ โครงการ “ศูนย์เยี่ยม
อุปกรณ์และเครื่องช่วยความพิการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก”
ประจำปี ๒๕๖๖

บัดนี้ คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในการจัดซื้อครุภัณฑ์ โครงการ
“ศูนย์เยี่ยมอุปกรณ์และเครื่องช่วยความพิการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก”
ประจำปี ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการพิจารณากำหนดราคากลางพร้อมทั้งจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในการ
จัดซื้อครุภัณฑ์ โครงการ “ศูนย์เยี่ยมอุปกรณ์และเครื่องช่วยความพิการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก”ประจำปี ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในการจัดซื้อครุภัณฑ์ โครงการ “ศูนย์เยี่ยมอุปกรณ์และ
เครื่องช่วยความพิการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก” ประจำปี ๒๕๖๖
เพื่อใช้สำหรับจัดตั้งศูนย์เยี่ยมอุปกรณ์และเครื่องช่วยความพิการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๖ (รายละเอียดแนบท้าย)

๒. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พิจารณาดัดสินด้วยเกณฑ์ราคา

๓. ดำเนินการตรวจสอบรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ข้างต้น ปรากฏว่าเป็นพัสดุที่มีผลิต
ภายในประเทศแต่มีไม่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ จึงขออนุมัติใช้พัสดุที่ผลิตหรือนำเข้าจาก
ต่างประเทศตามแนวทางคู่มือการปฏิบัติงานแนบท้ายหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ข้อ ๑.๑.๑.๓ ให้เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา กรณีดังนี้ (๒) กรณีมีความจำเป็นจะต้องมีการใช้พัสดุที่ผลิตหรือนำเข้าจาก
ต่างประเทศซึ่งเป็นการจัดหาครั้งหนึ่งที่มีวงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท หรือราคาพัสดุนำเข้าจากต่างประเทศมีราคา
ต่อหน่วยไม่เกิน ๒ ล้านบาท

๔. แหล่งที่มาของรายละเอียดฯ/ราคา

๔.๑ เครื่องดูดเสมหะ จำนวน ๑๕ เครื่องๆ ละ ๑๑,๘๐๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๑๗๗,๐๐๐.- บาท
ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

๔.๒ เครื่องผลิตออกซิเจนแบบ ๕ ลิตร จำนวน ๓๑ เครื่องๆ ละ ๒๗,๖๔๑.- บาท
รวมเป็นเงิน ๘๕๖,๘๗๑.- บาท โดยสืบราคาจากท้องตลาด ๓ บริษัท ดังนี้

๔.๒.๑ บริษัท ไฮ ซิสเต็ม จำกัด

๔.๒.๒ บริษัท โปรเต็ค เซฟตี้โฮม จำกัด

๔.๒.๓ บริษัท ทีทีเอ ๗๗ จำกัด

๔.๓ เครื่องผลิตออกซิเจนแบบ ๑๐ ลิตร จำนวน ๓๐ เครื่องๆ ละ ๔๗,๐๘๐.- บาท
รวมเป็นเงิน ๑,๔๑๒,๔๐๐.- บาท โดยสืบราคาจากท้องตลาด ๓ บริษัท ดังนี้

๔.๓.๑ บริษัท ไฮ ซิสเต็ม จำกัด

๔.๓.๒ บริษัท โปรเต้ เซฟตี้ โฮม จำกัด

๔.๓.๓ บริษัท ทีทีเอ ๗๗ จำกัด

๔.๔ เตียง ๓ ไกรร่วนสไลด์พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน ๕๔ เตียงๆ ละ
๓๒,๔๕๖.- บาท รวมเป็นเงิน ๑,๗๕๒,๖๒๔.- บาท โดยสืบราคาจากท้องตลาด ๓ บริษัท ดังนี้


๔.๔.๑ บริษัท ไฮ ซิสเต็ม จำกัด

๔.๔.๒ บริษัท โปรเต้ เซฟตี้ โฮม จำกัด

๔.๔.๓ บริษัท ทีทีเอ ๗๗ จำกัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายนิธิพัฒน์ มีโกศล)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายงานป้องกันและควบคุมโรค

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายธนภูมิ เจสระ)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายเฉลิมเกียรติ แสงทอง)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

- อบจ.พิษณุโลก ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะตามคำสั่ง อบจ.พิษณุโลก
ที่ ๒๘๘๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

- บัดนี้ คณะกรรมการดังกล่าวได้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุเรียบร้อยแล้ว

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

อนุมัติ



(นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๖

(นายเชาวฤทธิ์ ฉายะกุล)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๖

(นางสีพร ไกรธรรม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

- ๗ ธ.ค. ๒๕๖๖

“องค์กรอัจฉริยะ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต สร้างความเป็นธรรม สู้ความยั่งยืน”

(นางสาวชนิษฐา ตุ่มแก้ว)

เจ้าหน้าที่

(นายพชรพงศ์ สร้อยเพชร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

(นายสนธยา จิตต์รำพึง)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายภัทร ใจเอน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

- 6 ธ.ค. 2566

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีในงานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ โครงการ “ศูนย์ยืมอุปกรณ์และเครื่องช่วยความพิการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก” ประจำปี ๒๕๖๖
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๖๑๐,๐๐๐.- บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖
เป็นเงิน ๔,๑๘๘,๘๘๕.- บาท
 - ๔.๑ เครื่องดูดเสมหะ จำนวน ๑๕ เครื่อง ราคา ๑๑,๘๐๐.- บาท/เครื่อง
 - ๔.๒ เครื่องผลิตออกซิเจนแบบ ๕ ลิตร จำนวน ๓๑ เครื่อง ราคา ๒๗,๖๔๑.- บาท/เครื่อง
 - ๔.๓ เครื่องผลิตออกซิเจนแบบ ๑๐ ลิตร จำนวน ๓๐ เครื่อง ราคา ๔๗,๐๘๐.- บาท/เครื่อง
 - ๔.๔ เตียงผู้ป่วยชนิด ๓ ไก่ราวสไลด์ พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ
จำนวน ๕๔ เตียง ราคา ๓๒,๔๕๖.- บาท/เตียง
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ รายการข้อ ๔.๑ เครื่องดูดเสมหะ
อ้างอิงบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕
 - ๕.๒ รายการข้อ ๔.๒ ,๔.๓ และข้อ ๔.๔ สืบราคาจากท้องตลาด ๓ บริษัท ดังนี้
 - ๕.๒.๑ บริษัท ไฮ ชิสเต็ม จำกัด
 - ๕.๒.๒ บริษัท โปรเต้ เซฟตี้โฮม จำกัด
 - ๕.๒.๓ บริษัท ทีพีเอ ๗๗ จำกัด
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๖.๑ นายนิธิพัฒน์ มีโศกสม
 - ๖.๒ นายธนภูมิ เจสระ
 - ๖.๓ นายเฉลิมเกียรติ แสงทอง

ตารางที่ ๑ ตารางเปรียบเทียบที่มาของราคากลางรายการครุภัณฑ์วิทยาการศสตร์การแพทย์
โครงการ “ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและผู้ป่วยโรคหัวใจ” ประจำปี ๒๕๖๖

รายการ		บ. ไฮ ซีส์เต็ม จำกัด/หน่วย		บ.โปรเต็ค เทคได้ โธม จำกัด/หน่วย		บ.พีทีเอ ๗๗ จำกัด/หน่วย		ราคากลาง(บาท)/หน่วย (ราคาเฉลี่ย)
		จำนวนที่ต้องการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคา/หน่วย	
๑.เครื่องผลิตออกซิเจนแบบ ๕ ลิตร	๓๑ เครื่อง	๓๑ เครื่อง	๓๑ เครื่อง	๒๖,๗๕๐.-	๒๘,๘๙๐.-	๒๗,๒๘๕.-	๒๗,๒๘๕.-	27,285.-
๒.เครื่องผลิตออกซิเจนแบบ ๑๐ ลิตร	๓๐ เครื่อง	๓๐ เครื่อง	๓๐ เครื่อง	๔๒,๘๐๐.-	๔๔,๙๔๐.-	๔๓,๕๐๐.-	๔๓,๐๘๐.-	43,080.-
๓.เตียงผู้ป่วยชนิด ๓ ไกรราสไลด์ พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ	๕๔ เตียง	๕๔ เตียง	๕๔ เตียง	๒๘,๘๙๐.-	๓๑,๐๓๐.-	๓๗,๔๕๐.-	๓๒,๔๕๖.-	32,456.-
มูลค่ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม								

* เครื่องดูดเสมหะ ราคา ๑๑,๘๐๐.- บาท/เครื่อง จำนวน ๑๕ เครื่อง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๗,๐๐๐.-บาท
 (อ้างอิง บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๕ ข้อ ๓.๑๑ หน้า ๗)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
งานจัดซื้อครุภัณฑ์ โครงการ “ศูนย์อิมูปรณ์และ เครื่องช่วยความพิการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก” ประจำปี ๒๕๖๖

(๑) ความเป็นมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ โครงการ “ศูนย์อิมูปรณ์และเครื่องช่วยความพิการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก” ประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้รับเงินจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพิษณุโลก โดยเบิกจ่ายจาก ประเภทเงินรับฝาก เงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น ชื่อเงินรับฝาก กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพิษณุโลก โครงการ “ศูนย์อิมูปรณ์และเครื่องช่วยความพิการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก” จำนวนเงิน ๓,๖๑๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านหกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการ “ศูนย์อิมูปรณ์และเครื่องช่วยความพิการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก” ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวนเงิน ๓,๖๑๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านหกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

(๒) วัตถุประสงค์

เพื่อใช้สำหรับจัดตั้งศูนย์อิมูปรณ์และเครื่องช่วยความพิการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๖

(๓) คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ

ตามมาตรา ๑๐๖ วรรคสาม

๓.๕ ไม่เป็นผู้ซึ่งถูกแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๙

๓.๖ เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายในงานดังกล่าว

๓.๗ กรณีนิติบุคคลต้องเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

(๔) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

๔.๑ เครื่องดูดเสมหะ จำนวน ๑๕ เครื่องๆ ละ ๑๑,๘๐๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๑๗๗,๐๐๐.- บาท

๔.๒ เครื่องผลิตออกซิเจนแบบ ๕ ลิตร จำนวน ๓๑ เครื่องๆ ละ ๒๗,๖๔๑.- บาท

รวมเป็นเงิน ๘๕๖,๘๗๑.- บาท

๔.๓ เครื่องผลิตออกซิเจนแบบ ๑๐ ลิตร จำนวน ๓๐ เครื่องๆ ละ ๔๗,๐๘๐.- บาท

รวมเป็นเงิน ๑,๔๑๒,๔๐๐.- บาท

๔.๔ เตียง ๓ ไกร์ รานส์สไลด์พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน ๕๔ เตียงๆ ละ

๓๒,๔๕๖.- บาท รวมเป็นเงิน ๑,๗๕๒,๖๒๔.- บาท

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๔,๑๘๘,๘๙๕.- บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน)

(รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตามเอกสารแนบท้าย)

(๕) กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

(๖) หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

(๗) วงเงินงบประมาณ

๓,๖๑๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านหกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

(๘) งานและการจ่ายเงิน

งวดงาน จำนวน ๑ งวด (งวดเดียว) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกจะจ่ายเงินเมื่อผู้ขาย ได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

(๙) อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

(๑๐) การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)

๑ ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบสิ่งของและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายนิติพัฒน์ มีโคกสม)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่าย ป้องกันและควบคุมโรค

(ลงชื่อ)



(นายชนภูมิ เจสระ)

กรรมการ

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



(นายเฉลิมเกียรติ แสงทอง)

กรรมการ

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

รายละเอียดแนบท้ายรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

งานจัดซื้อครุภัณฑ์ โครงการ “ศูนย์อิมูปลูกและ เครื่องช่วยความพิการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก” ประจำปี ๒๕๖๖
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

ลำดับ ที่	รายละเอียดของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	หน่วย นับ	ราคา/ หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
๑	<p>เครื่องดูดเสมหะ</p> <p>๑.๑ เป็นเครื่องดูดเสมหะด้วยระบบไฟฟ้า มีที่จับสำหรับยก หรือหัวสวดกต่อการเคลื่อนย้าย</p> <p>๑.๒ น้ำหนักตัวเครื่องไม่เกิน ๙ กิโลกรัม (kg.) และมีขนาดไม่เกิน ๕๐ x ๕๐ x ๕๐ เซนติเมตร (cm.)</p> <p>๑.๓ มีCompressor เป็นชนิด Diaphragm Rotary หรือ ระบบลูกสูบ(Piston)</p> <p>๑.๔ มีมาตรวัดแสดงที่ หน้าเครื่องได้ตั้งแต่ ๐ - ๐.๘ บาร์หรือ ๐ - ๕๖๐ มิลลิเมตรปรอท (mmHg) และมีปุ่มปรับแรงดูด สามารถปรับแรงดูดได้สูงสุด ๕๖๐ ± ๒ มิลลิเมตรปรอท (mmHg)</p> <p>๑.๕ มีขีดสำหรับบรรจุของเหลวขนาด ๑๐๐๐ cc.</p> <p>๑.๖ มีอุปกรณ์ป้องกันการล้นของของเหลวเข้าสู่ตัวปั๊ม</p> <p>๑.๗ มีอัตราการไหลสูงสุดไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑๘ ลิตร/นาที (Liter per minute)</p> <p>๑.๘ ขณะใช้งานเครื่องมีความดังของเสียงไม่เกิน ๖๕ เดซิเบล (Decibel)</p> <p>๑.๙ สามารถใช้ได้กับไฟฟ้า AC ๒๒๐V ± ๒๐ V / DC ๑๒V และแบตเตอรี่สำรองในตัวเครื่องใช้งานได้อย่างน้อย ๓๐ นาที โดยมีระบบฟิวส์ในการป้องกันระบบไฟฟ้าขัดข้องภายในเครื่อง</p> <p>๑.๑๐ มีสวิตช์เปิด - ปิด เพื่อแสดงสถานะการทำงานที่ด้านหน้าของเครื่อง โดยสังเกตเห็นได้โดยง่าย และสะดวกต่อการใช้งาน</p> <p>๑.๑๑ มีสายซิลิโคนใช้ร่วมกับตัวเครื่อง มีความยาวไม่น้อยกว่า ๒ เมตร</p> <p>๑.๑๒ มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ หรือทั้ง ๒ แบบ</p>	๑๕	เครื่อง	๑๑,๘๐๐.-	๑๗๗,๐๐๐.-	

ลำดับ ที่	รายละเอียดของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	หน่วย นับ	ราคา/ หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	<p>เงื่อนไขเพิ่มเติม</p> <p>๑. เป็นสินค้าใหม่ไม่เคยถูกใช้งานหรือสาธิตมาก่อน</p> <p>๒. รับประกันคุณภาพเครื่อง ๑ ปี จากการใช้งานปกติ นับจากวันส่งมอบ</p> <p>๓. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ถูกแต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง หรือถูกแต่งตั้งโดยตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยมีเอกสารรับรองมาแสดง</p> <p>๔. ผู้เสนอราคาจะต้องมีเอกสารรับรองการนำเข้าจากองค์การอาหารและยา โดยมีเอกสารมาแสดง</p> <p>๕. ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าจะต้องผ่านมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ โดยมีเอกสารรับรองมาแสดง</p> <p>๖. การส่งมอบครุภัณฑ์รายการนี้ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก</p>					
๒	<p>เครื่องผลิตออกซิเจนแบบ ๕ ลิตร</p> <p>๒.๑ เครื่องผลิตออกซิเจนแบบ ๕ ลิตรต่อนาที</p> <p>๒.๑.๑ เป็นเครื่องผลิตออกซิเจนจากอากาศสำหรับใช้กับผู้ป่วยที่ต้องการออกซิเจนเข้มข้น เช่น ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) หรือผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด (COVID-๑๙)</p> <p>๒.๑.๒ สามารถผลิตออกซิเจนเข้มข้นได้ไม่น้อยกว่า ๙๐ เปอร์เซ็นต์ มีอัตราการไหลของออกซิเจน (Flow Rate) ได้ในช่วง ๐ - ๕ ลิตรต่อนาที</p> <p>๒.๑.๓ สามารถใช้พ่นยาได้</p> <p>๒.๑.๔ มีสัญญาณเตือนเมื่อเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของออกซิเจนลดต่ำลงน้อยกว่า ๘๒ เปอร์เซ็นต์</p> <p>๒.๑.๕ Molecular Sieves หรือชุดดักจับไนโตรเจน มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ ชั่วโมง</p> <p>๒.๑.๖ ตัวเครื่องมีเสียงดังไม่มากกว่า ๕๐ เดซิเบล</p> <p>๒.๑.๗ มี Output Pressure ในช่วง ๐.๐๔ – ๐.๐๘ Mpa</p> <p>๒.๑.๘ สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง</p> <p>๒.๑.๙ มีระบบสัญญาณเตือนในกรณีที่เครื่องขัดข้องไม่พร้อมใช้งาน โดยแสดงข้อความหรือ Error Code บนหน้าจอ LCD เช่น Over heat alarm,</p>	๓๑ ✓	เครื่อง ✓	๒๗,๖๔๑ ✓	๘๕๖,๘๗๑.- ✓	

ลำดับ ที่	รายละเอียดของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	หน่วย นับ	ราคา/ หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	<p>Power failure alarm และ Pressure failure alarm ฯลฯ</p> <p>๒.๑.๑๐ สามารถแสดงชั่วโมงในการใช้งานทั้งหมด และชั่วโมงในการเปิดใช้งานครั้งล่าสุด ได้บนหน้าจอ LCD ของเครื่อง</p> <p>๒.๑.๑๑ ตัวเครื่องมีขนาดกระทัดรัดน้ำหนัก ไม่มากกว่า ๒๗ กิโลกรัม สามารถเคลื่อนย้ายไปใช้งาน ในสถานที่ต่างๆ โดยสะดวก</p> <p>๒.๑.๑๒ สามารถใช้งานได้กับไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐ Volt</p> <p>๒.๒ เครื่องเฝ้าติดตามปริมาณความอิ่มตัวของ ออกซิเจนในเลือด</p> <p>๒.๒.๑. ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัดน้ำหนักไม่ มากกว่า ๑๕ กรัม</p> <p>๒.๒.๒. สามารถสวมไว้ที่นิ้วเช่น นิ้วโป้ง หรือ นิ้วชี้ ขณะใช้งาน</p> <p>๒.๒.๓. ตัวเครื่องมี Sensor แบบ Auto Power Sensor เครื่องสามารถเปิดได้เองอัตโนมัติภายใน ๓ วินาทีหลังจากสวมที่นิ้ว หลังจากนั้นเครื่องจะเริ่ม วัดค่าได้ทันที และวัดค่าได้อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒.๒.๔. มีจอภาพแสดงตัวเลขผลการวัดพร้อม ด้วยบาร์กราฟแสดงความแรงของสัญญาณชีพจร</p> <p>๒.๒.๕. จอแสดงผลการตรวจวัดที่สามารถแสดง ค่าต่างๆ ได้ดังนี้ ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO₂), อัตราการเต้นของชีพจร (Pulse Rate), และ กราฟ แสดง ความ แรง ของ ส ัญ ญาณ ชี พ จร (Pulse strength)</p> <p>๒.๒.๖. สามารถตรวจวัดความอิ่มตัวของ ออกซิเจนในเลือด (SpO₂) ได้ตั้งแต่ ๘๐ - ๙๙% มีค่าความแม่นยำในการวัดไม่มากกว่า $\pm 2\%$</p> <p>๒.๒.๗. สามารถวัดอัตราการเต้นของชีพจรได้ ตั้งแต่ ๓๐ - ๒๕๐ ครั้งต่อนาที มีค่าความแม่นยำในการ วัดไม่มากกว่า ± 2 ครั้งต่อนาที</p> <p>๒.๒.๘. สามารถตั้งค่าแจ้งเตือนระดับออกซิเจน ในเลือดหากมีระดับต่ำ และอัตราการเต้นของชีพจร สูง หรือต่ำได้ตามที่กำหนด</p>					


ลำดับ ที่	รายละเอียดของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	หน่วย นับ	ราคา/ หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	<p>๒.๒.๙. สามารถบันทึกข้อมูลได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ชั่วโมง โดยบันทึกข้อมูลของระดับออกซิเจนในเลือด, ชีพจร และ การเคลื่อนไหว</p> <p>๒.๒.๑๐. ตัวเครื่องมีระบบ Dust and waterproof rating โดยผ่านมาตรฐาน IP ๒๔</p> <p>๒.๒.๑๑. ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดชาร์จไฟได้แบบ Lithium battery สามารถใช้งานวัดออกซิเจนในเลือด และอัตราการเต้นของชีพจร ได้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง และสามารถเชื่อมต่อข้อมูลผ่าน Mobile application ได้ทั้งระบบ iOS และ Android</p> <p>๒.๓ มีอุปกรณ์ประกอบการใช้งานดังนี้</p> <p>๑. Nasal oxygen cannula ๑ ชุด</p> <p>๒. Humidifier bottle ๑ ชุด</p> <p>๓. คู่มือการใช้งานเครื่องผลิตออกซิเจน ๑ ชุด</p> <p>๔. Charging Cable ๑ เส้น</p> <p>๕. ชุดใส่กรองอากาศ ๑ ชุด</p> <p>๒.๔ เงื่อนไขเพิ่มเติม</p> <p>๑. รับประกันคุณภาพเครื่อง ๑ ปี จากการใช้งานปกติ นับจากวันส่งมอบ</p> <p>๒. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ถูกแต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง หรือถูกแต่งตั้งโดยตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยโดยมีเอกสารรับรองมาแสดง</p> <p>๓. การส่งมอบครุภัณฑ์รายการนี้ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก</p> <p>๔. เป็นสินค้าใหม่ไม่เคยถูกใช้งานหรือสาธิตมาก่อน</p>					
๓	<p>เครื่องผลิตออกซิเจนแบบ ๑๐ ลิตร</p> <p>๓.๑ เครื่องผลิตออกซิเจนแบบ ๑๐ ลิตรต่อนาที</p> <p>๓.๑.๑ เป็นเครื่องผลิตออกซิเจนจากอากาศสำหรับใช้กับผู้ป่วยที่ต้องการออกซิเจนเข้มข้น เช่น ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) หรือ ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)</p> <p>๓.๑.๒ สามารถผลิตออกซิเจนเข้มข้นได้ไม่น้อยกว่า ๙๐ เปอร์เซ็นต์ มีอัตราการไหลของออกซิเจน (Flow Rate) ได้ในช่วง ๐ - ๑๐ ลิตรต่อนาที</p> <p>๓.๑.๓ สามารถใช้พ่นยาได้</p>	๓๐	เครื่อง	๔๗,๐๘๐.-	๑,๔๑๒,๔๐๐.-	

ลำดับ ที่	รายละเอียดของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	หน่วย นับ	ราคา/ หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	<p>๓.๑.๔ มีสัญญาณเตือนเมื่อเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของออกซิเจนลดต่ำลงน้อยกว่า ๘๒ เปอร์เซ็นต์</p> <p>๓.๑.๕ Molecular Sieves หรือชุดดักจับไนโตรเจน มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ ชั่วโมง</p> <p>๓.๑.๖ ตัวเครื่องมีเสียงดังไม่มากกว่า ๕๕ เดซิเบล</p> <p>๓.๑.๗ มี Output Pressure ในช่วง ๐.๐๔ – ๐.๐๘ Mpa</p> <p>๓.๑.๘ สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง</p> <p>๓.๑.๙ มีระบบสัญญาณเตือนในกรณีที่เครื่องขัดข้องไม่พร้อมใช้งาน โดยแสดงข้อความหรือ Error Code บน หน้าจอ LCD เช่น Over heat alarm, Power failure alarm , Timing function , Working hours display</p> <p>๓.๑.๑๐ ตัวเครื่องมีขนาดกระทัดรัดน้ำหนักไม่เกิน ๓๕ กิโลกรัม สามารถเคลื่อนย้ายไปใช้งานในสถานที่ต่างๆ โดยสะดวก</p> <p>๓.๑.๑๑ สามารถใช้งานได้กับไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐ Volt</p> <p>๓.๒ เครื่องเฝ้าติดตามปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด</p> <p>๓.๒.๑ ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัดน้ำหนักไม่มากกว่า ๑๕ กรัม</p> <p>๓.๒.๒ สามารถสวมไว้ที่นิ้วเช่น นิ้วโป้ง หรือ นิ้วชี้ ขณะใช้งาน</p> <p>๓.๒.๓ ตัวเครื่องมี Sensor แบบ Auto Power Sensor เครื่องสามารถเปิดได้เองอัตโนมัติภายใน ๓ วินาทีหลังจากสวมที่นิ้ว หลังจากนั้นเครื่องจะเริ่มวัดค่าได้ทันที และวัดค่าได้อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๓.๒.๔ มีจอภาพแสดงตัวเลขผลการวัดพร้อมด้วยบาร์กราฟแสดงแรงของสัญญาณชีพจร</p> <p>๓.๒.๕ จอแสดงผลการตรวจวัดที่สามารถแสดงค่าต่างๆ ได้ดังนี้ ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO₂), อัตราการเต้นของชีพจร (Pulse Rate),</p>					


ลำดับ ที่	รายละเอียดของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	หน่วย นับ	ราคา/ หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	<p>และกราฟแสดงความแรงของสัญญาณชีพจร (Pulse strength)</p> <p>๓.๒.๖ สามารถตรวจวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO₂) ได้ตั้งแต่ ๘๐ - ๙๙% มีค่าความแม่นยำในการวัดไม่มากกว่า ± 2 %</p> <p>๓.๒.๗ สามารถวัดอัตราการเต้นของชีพจรได้ตั้งแต่ ๓๐ - ๒๕๐ ครั้งต่อนาที มีค่าความแม่นยำในการวัดไม่มากกว่า ± 2 ครั้งต่อนาที</p> <p>๓.๒.๘ สามารถตั้งค่าแจ้งเตือนระดับออกซิเจนในเลือดหากมีระดับต่ำ และอัตราการเต้นของชีพจรสูง หรือต่ำได้ตามที่กำหนด</p> <p>๓.๒.๙ สามารถบันทึกข้อมูลได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ชั่วโมง โดยบันทึกข้อมูลของระดับออกซิเจนในเลือด, ชีพจร และ การเคลื่อนไหว</p> <p>๓.๒.๑๐ ตัวเครื่องมีระบบ Dust and waterproof rating โดยผ่านมาตรฐาน IP ๒๔</p> <p>๓.๒.๑๑ ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดชาร์จไฟได้แบบ Lithium battery สามารถใช้งานวัดออกซิเจนในเลือด และอัตราการเต้นของชีพจรได้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง และสามารถเชื่อมต่อข้อมูล ผ่าน Mobile application ได้ทั้งระบบ iOS และ Android</p> <p>๓.๓ มีอุปกรณ์ประกอบการใช้งานดังนี้</p> <p>๑. Nasal oxygen cannula ๑ ชุด</p> <p>๒. Humidifier bottle ๑ ชุด</p> <p>๓. คู่มือการใช้งานเครื่องผลิตออกซิเจน ๑ ชุด</p> <p>๔. Charging Cable ๑ เส้น</p> <p>๕. ชุดใส่กรองอากาศ ๑ ชุด</p> <p>๒.๔ เงื่อนไขเพิ่มเติม</p> <p>๑. รับประกันคุณภาพเครื่อง ๑ ปี จากการใช้งานปกตินับจากวันส่งมอบ</p> <p>๒. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ถูกแต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง หรือถูกแต่งตั้งโดยตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยโดยมีเอกสารรับรองมาแสดง</p> <p>๓. การส่งมอบครุภัณฑ์รายการนี้ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก</p> <p>๔. เป็นสินค้าใหม่ไม่เคยถูกใช้งานหรือสาธิตมาก่อน</p>					

ลำดับ ที่	รายละเอียดของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	หน่วย นับ	ราคา/ หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
๔	<p>เตียงผู้ป่วยชนิด ๓ ไกร์ราวสไลด์ พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ</p> <p>๔.๑ ขนาดเตียงผู้ป่วยไม่น้อยกว่า (กว้างxยาวxสูง) ๙๐ x ๒๐๐ x ระหว่าง ๓๕-๗๐ เซนติเมตร</p> <p>๔.๒ โครงสร้างเตียงทำจากเหล็ก พ่นเคลือบสีอย่างดีเพื่อป้องกันสนิม</p> <p>๔.๓ พื้นเตียงแบ่งเป็น ๔ ตอน ทำจากเหล็กอย่างดี วางเรียงกัน หรือเจาะรูระบาย สะดวกต่อการทำความสะอาด และมีความแข็งแรง คงทน รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ กิโลกรัม</p> <p>๔.๔ ส่วนหัว-ท้ายของเตียง ทำจากวัสดุพาดิเกิ้ล หรือวัสดุอื่นที่ดีกว่า มีความแข็งแรงสามารถถอดเข้า - ออก ได้ง่าย</p> <p>๔.๕ มือหมุนสำหรับปรับระดับเตียงทำจากเหล็กชุบโครเมียม หรือดีกว่า สามารถพับเก็บได้ไม่เกะกะเวลาใช้งาน</p> <p>๔.๕.๑ ปรับระดับศีรษะและด้านหลังด้วยมือหมุน โดยปรับได้ไม่น้อยกว่า ๐ - ๖๕ องศา กับแนวราบ หรือดีกว่า</p> <p>๔.๕.๒ ปรับองศาเข้าด้วยมือหมุน โดยปรับระดับได้ไม่น้อยกว่า ๐ - ๒๕ องศา กับแนวราบ หรือดีกว่า</p> <p>๔.๕.๓ ปรับระดับต่ำสุด - สูงสุด จากพื้นด้วยมือหมุน โดยปรับระดับได้ระหว่าง ๓๕ - ๗๐ เซนติเมตร หรือดีกว่า(ไม่รวมเบาะนอน)</p> <p>๔.๖ ราวกันเตียงทำจากวัสดุไม่เป็นสนิม เพื่อป้องกันผู้ป่วยตกจากเตียงได้ พร้อมชุดขาราว สามารถสไลด์ขึ้น - ลง สลับกันได้โดยไม่ติดขัด</p> <p>๔.๗ ใส่ล้อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๕ นิ้ว หุ้มด้วยพลาสติก ABS และมีเบรก/ระบบห้ามล้อ ทั้ง ๒ ล้อ หรือดีกว่า</p> <p>๔.๘ เบาะนอนทำจากโพลีเอทิลีนหุ้มหนังเทียม (PVC) แบ่งเป็น ๔ ตอน หนาไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว มีขนาดเหมาะสมและสามารถใช้ร่วมกับเตียงได้ ไม่ใหญ่หรือเล็กจนเกินไป</p> <p>เงื่อนไขเพิ่มเติม</p> <p>๑. รับประกันคุณภาพ ๑ ปี หลังจากวันส่งมอบ</p> <p>๒. เป็นสินค้าใหม่ไม่เคยถูกใช้งานหรือสาธิตมาก่อน</p>	๕๔ ✓	เตียง ✓	๓๒,๔๕๖.-	๑,๗๕๒,๖๒๔.-	

ลำดับ ที่	รายละเอียดของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	หน่วย นับ	ราคา/ หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	๓. ผู้ผลิตมีใบรับรองผ่านการอบรมด้านเทคนิค และการดูแลหลังการขายของช่าง ๔. ผู้ผลิตได้รับใบอนุญาตสถานประกอบการผลิต เครื่องมือแพทย์ของ สำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา ๕. ผลิตยIRNได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือ ISO ๑๓๔๘๕ ๖. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ถูก แต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง หรือถูกแต่งตั้ง โดยตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยโดยมีเอกสาร รับรองมาแสดง ๗. ต้องดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์รายการนี้ ณ สถานที่ ตามรายละเอียดแนบท้ายเอกสารนี้					
ราคากลางที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง					๔,๑๙๘,๘๙๕/-	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายนิธิพัฒน์ มีโกศลสม)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายธนภูมิ เจสระ)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายเฉลิมเกียรติ แสงทอง)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

รายละเอียดแนบท้ายคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ/ครุภัณฑ์
งานจัดซื้อครุภัณฑ์ โครงการ "ศูนย์เฝ้าระวังภัย และเครื่องช่วยความพิการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๖

สถานที่ส่งมอบครุภัณฑ์

- ๑.เครื่องดูดเสมหะ จำนวน ๑๕ เครื่อง ส่งมอบที่ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก/
- ๒.เครื่องผลิตออกซิเจนแบบ ๕ ลิตร จำนวน ๓๑ เครื่อง ส่งมอบที่ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก/
- ๓.เครื่องผลิตออกซิเจนแบบ ๑๐ ลิตรจำนวน ๓๐ เครื่อง ส่งมอบที่ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก/
- ๔.เตียงผู้ป่วยชนิด ๓ ไกร์ราวสไลด์ พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน ๕๔ เตียง ส่งมอบ ดังนี้

ลำดับ	อำเภอ	หน่วยงานที่ส่งมอบ	จำนวน (เตียง)
๑	พรหมพิราม	รพ.สต. ศรีภิรมย์	๔
๒		รพ.สต. ตลุกเทียม	๒
๓		รพ.สต. บ้านหนองสะแก	๑
๔		รพ.สต. ดงประคำ	๒
๕		รพ.สต. บ้านท้องโพล่ง	๔
๖	บางระกำ	รพ.สต. หนองกุลา	๑
๗		รพ.สต. บ้านชุมแสง	๑
๘		รพ.สต. บ่อทอง	๒
๙		รพ.สต. ท่านางงาม	๒
๑๐		รพ.สต. บ้านดง ต.คุยม่วง	๒
๑๑	เมือง	รพ.สต. ดอนทอง	๒
๑๒		รพ.สต. จ้างาม	๒
๑๓		รพ.สต. วัดพริก	๑
๑๔		รพ.สต. บ้านเสาหิน	๑
๑๕		รพ.สต. ท่าทอง	๒
๑๖		รพ.สต. ท่าโพธิ์	๑
๑๗		รพ.สต. บ้านร้องยั้งข้าว	๒
๑๘	ชาติตระการ	รพ.สต. ชาติตระการ	๒
๑๙		รพ.สต.สวนเมี่ยง	๒
๒๐		รพ.สต.บ้านโคกใหญ่	๑
๒๑		รพ.สต.บ้านดง	๓
๒๒		รพ.สต. บ้านนาตาจุม	๒
๒๓		รพ.สต.บ่อภาค	๒
๒๔		รพ.สต.ท่าสะแก	๒
๒๕		รพ.สต. บ้านนุขเทียน	๑
๒๖		รพ.สต. บ้านนาจาน	๒
๒๗	เนินมะปราง	รพ.สต. ชมพู	๓
๒๘		รพ.สต. บ้านหนองขมิ้น	๒
รวม			๕๔