ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิผู้ป่วยด้วยแรงลมร้อน ตำบลตลาด อำเภอเมือง มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 10 เครื่อง

1. ความเป็นมา

เนื่องด้วยหน่วยวิสัญญี โรงพยาบาลสุทธาเวช ได้เปิดให้บริการอาคารผู้ป่วยหลังใหม่ เพื่อขยายศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้ป่วยและการให้บริการทางการแพทย์ ซึ่งรวมถึงการขยายขอบเขตการดูแลรักษาด้านวิสัญญีวิทยาและการผ่าตัด โดยหน่วยวิสัญญีมีภารกิจสำคัญในการดูแลผู้ป่วยทั้งในระหว่างการระงับความรู้สึกและหลังได้รับการระงับความรู้สึกภายในห้องพักฟื้น ดังนั้น เพื่อรองรับการเปิดให้บริการของอาคารผู้ป่วยหลังใหม่ ให้สอดคล้องกับปริมาณผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หน่วยวิสัญญีจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดซื้อ เครื่องควบคุมอุณหภูมิผู้ป่วยด้วยแรงลมร้อน เพื่อให้มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เพียงพอ พร้อมใช้งาน และเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ อันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ได้รับความปลอดภัยสูงสุดอย่างต่อเนื่องและทันท่วงที

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อใช้สำหรับควบคุมและรักษาอุณหภูมิร่างกายของผู้ป่วยให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ป้องกันและรักษาภาวะอุณหภูมิกายต่ำ ทั้งในระหว่างการผ่าตัดและระยะพักฟื้นหลังผ่าตัด

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

3.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน เว้นแต่ในกรณีกิจการร่วมค้าที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่ง

เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตาม สัญญามากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(1) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า 1 ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก 1 ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(2) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ **ไม่ต่ำกว่า...-....ล้านบาท**

(3) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน 90 วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(4) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอนับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน 90 วัน

(5) กรณีตาม (1) - (4) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(5.1) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(5.1) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561

4. คุณลักษณะและรายละเอียด

1. คุณลักษณะทั่วไป

ชุดเครื่องควบคุมอุณหภูมิผู้ป่วยแรงลมร้อน ด้วยระบบ Forced – air warming ที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์โดยใช้ระบบแบบลมเป่า(Convective) โดยอาศัยแรงลมร้อนอัดเข้าสู่ผ้าห่มชนิดพิเศษที่ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับความอบอุ่นอย่างสม่ำเสมอและทั่วถึงจึงปลอดภัยต่อผู้ป่วย เพื่อป้องกันและลดภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำ (Hypothermia) ออกแบบมาให้มีน้ำหนักเบา ขนาดเล็ก ใช้งานง่ายและมีเสียงเบาจึงไม่รบกวนผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ขณะใช้งาน

2. คุณลักษณะเฉพาะ

2.1 ชุดให้ความอบอุ่นผู้ป่วยประกอบด้วยตัวเครื่องให้ความอบอุ่นด้วยลมร้อน (Forced-Air Warming Unit) สามารถใช้งานร่วมกับชุดผ้าห่มให้ความอบอุ่นผู้ป่วยแบบพิเศษ ซึ่งออกแบบให้มีการกระจายและหมุนเวียนลมอุ่นอย่างทั่วถึง เพื่อให้ความอบอุ่นแก่ผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด ระหว่างการผ่าตัด และหลังการผ่าตัด ตามความเหมาะสม

2.2 มีขนาดตัวเครื่องไม่เกิน 13 นิ้ว (สูง) × 14 นิ้ว (กว้าง) × 13 นิ้ว (ลึก) หรือมีขนาดใกล้เคียงกัน โดยมีรูปทรงกะทัดรัด เหมาะสำหรับการใช้งานในบริเวณห้องผ่าตัดและพื้นที่ทางการแพทย์

2.3 มีน้ำหนักไม่เกิน 7.5 กิโลกรัม เพื่อให้สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย สามารถติดตั้งบนรถรองรับอุปกรณ์ หรือสามารถยึดติดกับเสาน้ำเกลือ

2.4 สามารถเลือกตั้งอุณหภูมิการทำงานได้ ไม่น้อยกว่า 4 ระดับ โดยมีสัญลักษณ์หรือไฟแสดงสถานะการทำงานอย่างชัดเจน ประกอบด้วย

High: อุณหภูมิ 43 ± 1.5 องศาเซลเซียส

Medium: อุณหภูมิ 38 ± 1.5 องศาเซลเซียส

Low: อุณหภูมิ 32 ± 1.5 องศาเซลเซียส

Ambient : อุณหภูมิห้อง

2.5 สามารถปรับระดับความแรงของพัดลมได้ ไม่น้อยกว่า 2 ระดับ

2.6 มีระบบความปลอดภัย (Safety System) สำหรับควบคุมและป้องกันอุณหภูมิสูงเกินกำหนด โดยมี ระบบ Over-temperature protection ที่อุณหภูมิไม่เกิน 56 °C และมีระบบควบคุมอุณหภูมิประมาณ 53 °C ± 3 °C พร้อมระบบแจ้งเตือนเมื่อเกิดความผิดปกติ

2.7 เมื่อเกิดภาวะอุณหภูมิสูงเกินกำหนดหรือความผิดปกติของระบบ สามารถแจ้งเตือนผู้ใช้งานทั้งในรูปแบบ สัญญาณไฟ (Visual Alarm) และเสียง (Audible Alarm)

2.8 มีแผ่นกรองอากาศ (Air Filter) ชนิด MERV 14 หรือมีประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า สำหรับกรองอนุภาคและสิ่งปนเปื้อนในอากาศ และสามารถตรวจสอบระยะเวลาหรือสถานะการใช้งานของ แผ่นกรองผ่านหน้าจอหรือระบบแสดงผลของตัวเครื่องได้

2.9 ใช้กับระบบไฟฟ้ากระแสสลับ 220–240 โวลต์, 50–60 เฮิรตซ์

2.10 สามารถใช้งานร่วมกับผ้าห่มให้ความอบอุ่นผู้ป่วยแบบวางบนตัวผู้ป่วย (Upper Body Blanket) และแบบรองใต้ตัวผู้ป่วย (Under Body Blanket) ได้หลากหลายรูปแบบ

2.11 มีระบบ Temperature Sensor สำหรับตรวจสอบอุณหภูมิของลมบริเวณปลายท่อลม เพื่อช่วยควบคุมอุณหภูมิของลมที่ส่งไปยังผู้ป่วยและความปลอดภัยของผู้ป่วย

2.12 ผ่านการทดสอบและเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าและความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ IEC 60601-1 และ EN 60601-1-2 หรือมาตรฐานฉบับที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันหรือเทียบเท่า

2.13 ผู้ผลิตมีระบบบริหารจัดการคุณภาพสำหรับเครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐาน ISO 13485:2016 หรือมาตรฐานฉบับที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

2.14 มีระบบและมาตรฐานในการจัดเก็บและการจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม เพื่อคงไว้ซึ่งคุณภาพและความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ เช่น GMP (Good Manufacturing Practices) และ GSDP (Good Storage and Distribution Practices) หรือมาตรฐานที่เทียบเท่า

3. เงื่อนไขทั่วไป

3.1 เป็นสินค้าใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งาน การทดลองใช้ หรือการสาธิตมาก่อน อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังอยู่ในสายการผลิตหรือมีการรับรองจากผู้ผลิต

3.2 ผู้ขายต้องจัดส่งคู่มือการใช้งานผลิตภัณฑ์ ภาษาไทย จำนวน 1 ฉบับ และภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ

3.3 ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพตัวเครื่องเป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่หน่วยงานตรวจรับและรับมอบสินค้าเรียบร้อยแล้ว

3.4 ขนาดบรรจุ 1 เครื่องต่อ 1 กล่อง โดยบรรจุภัณฑ์ต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย แข็งแรง และเหมาะสมสำหรับการขนส่ง

3.5 ผู้ขายต้องสามารถให้บริการติดตั้ง สาธิตวิธีการใช้งาน และให้คำแนะนำแก่บุคลากรผู้ใช้งานโดยไม่มี ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ฯลฯ

5. ข้อกำหนดเพิ่มเติม

5.1 ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

5.2 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารแสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และรายละเอียดสินค้า (แค็ตตาล็อก) เพื่อประกอบการพิจารณา โดยจะต้องเขียนลำดับ**เลขหน้า** และ **เลขข้อ พร้อมขีดเส้นใต้ข้อความ** ลงในเอกสารแสดงคุณลักษณะและรายละเอียดสินค้า (แค็ตตาล็อก) ของผู้ยื่นข้อเสนอ ให้ตรงตามเลขข้อในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และรายละเอียดสินค้าที่กำหนดไว้ในร่างขอบเขตงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งจะต้องจัดทำลงในแบบตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะที่แนบให้ครั้งนี้

5.3 เมื่อการติดตั้งแล้วเสร็จ ผู้ส่งมอบจะต้องทำความสะอาด และปรับปรุงสภาพพื้นที่ โครงสร้างต่าง ๆ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งที่ประกอบกับอาคาร ที่ได้รับผลกระทบจากการติดตั้งครั้งนี้ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีดังเดิม

5.4 เพื่อความสะดวกในการติดต่อบริการหลังการขาย กรณีที่เป็นสินค้าคงทนถาวร ผู้ส่งมอบต้องติดชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ไว้บนสินค้าด้วยวัสดุชนิดติดแน่นไม่ลอกง่าย

ฯลฯ

6. กำหนดเวลาส่งมอบ

ต้องส่งมอบและติดตั้งพร้อมทดสอบจนสามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน .....90.....วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

7. กำหนดยืนราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคา**ไม่น้อยกว่า**.....365.....**วัน นับแต่วันยืนราคาสุดท้าย** โดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

8. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (เลือกเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง)

8.1 (/) ใช้หลักเกณฑ์ ราคา โดยจะพิจารณาจากราคารวม

8.2 ( ) ใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น โดยมีน้ำหนักคะแนน ดังนี้

8.2.1 ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งาน	น้ำหนัก.....
8.2.2 มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ	น้ำหนัก.....
8.2.3 บริการหลังการขาย	น้ำหนัก.....
8.2.4 พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน	น้ำหนัก.....
8.2.5 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ	น้ำหนัก.....
8.2.6 ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น	น้ำหนัก.....

9. วงเงินงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง

9.1 วงเงินงบประมาณ เป็นเงิน 900,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)

9.2 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,062,166.67 บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นสองพันหนึ่งร้อยหกสิบหกบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)

10. เงื่อนไขการส่งมอบ

(/) ส่งมอบครบถ้วนทั้งหมดครั้งเดียว ตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา

( ) ส่งมอบเป็นงวด ตามที่กำหนดในสัญญา

( ) ส่งมอบตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา

11. สถานที่ส่งมอบหรือติดตั้ง

ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

12. การจ่ายเงิน

มหาวิทยาลัย จะจ่ายเงินให้กับคู่สัญญาเมื่อได้รับมอบสิ่งของถูกต้อง ครบถ้วนตามที่กำหนดในสัญญา

13. อัตราค่าปรับ

ผู้ขายหรือผู้รับจ้างหรือผู้ให้เช่า จะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้างหรือผู้เช่า เป็นรายวันในอัตรา ร้อยละ ....0.20.... บาท ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างหรือผู้ให้เช่า ได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้างหรือผู้เช่า ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

14. กำหนดระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)

ต้องรับประกันคุณภาพสินค้า พร้อมอะไหล่และการบริการต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า.....2.....ปี นับจากวันที่ตรวจรับไว้ครบถ้วนถูกต้อง

15. การตรวจสอบ การบำรุงรักษา ระหว่างการรับประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)

ผู้ขายจะต้องเข้าดำเนินการทุก ๆ .....6..เดือน....ตลอดระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่อง

16. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ชื่อผู้ติดต่อ : นางสาวลัดดาวัลย์ ขูลิลัง

โทรศัพท์ : 0 4302 1021 ต่อ 6803

ที่อยู่เจ้าของงาน/โครงการ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

งานพัสดุ โทรศัพท์ : 0 4302 1021

หากต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานจัดซื้อโครงการนี้ โปรดให้ความคิดเห็นผ่านหน้าเว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) www.gprocurement.go.th ภายในระยะเวลาตามที่กำหนดในประกาศการจัดซื้อโครงการนี้ โดยหน่วยงานของรัฐจะแจ้งตอบให้ทราบผ่านหน้าเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวลัดดาวัลย์ ขูลิลัง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวปิยธิดา ภูขมศรี

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(นางวิไลลักษณ์ ปัดสาแก้ว)