

รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑

งานจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๘ รายการ

สำหรับใช้ในโครงการจัดตั้งศูนย์ยืม - คืน อุปกรณ์และเครื่องช่วยความพิการ

ที่จำเป็นสำหรับผู้มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดลำพูน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗


๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดลำพูน มีความประสงค์จะดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๘ รายการ สำหรับใช้ในโครงการจัดตั้งศูนย์ยืม - คืน อุปกรณ์และเครื่องช่วยความพิการที่จำเป็นสำหรับผู้มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายละเอียด ดังนี้

๑.๑ เก้าอี้นั่งถ่ายแบบมีราวจับและมีล้อ	จำนวน ๑ ตัว
๑.๒ เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด ๕ ลิตร	จำนวน ๘ เครื่อง
๑.๓ เตียงผู้ป่วย ๓ ไก่ ชนิดมือหมุน	จำนวน ๑ เตียง
๑.๔ เตียงเฟวเลอร์ ชนิดมือหมุน (แบบ ก)	จำนวน ๑๔ เตียง
๑.๕ ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ	จำนวน ๑๙ ชุด
๑.๖ รถนั่งคนพิการแบบมาตรฐานขนาดใหญ่ ปรับได้ตามสภาพความพิการ	จำนวน ๓๗ คัน
๑.๗ รถนั่งคนพิการแบบมาตรฐานขนาดใหญ่ ปรับไม่ได้	จำนวน ๒ คัน
๑.๘ รถสามล้อมือโยกสำหรับคนพิการ	จำนวน ๒ คัน


ซึ่งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของกองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๖ และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยเบิกจ่ายตามงบประมาณของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ แผน ข. แผนงาน สนับสนุนการให้บริการยืมอุปกรณ์ในชุมชนและที่บ้าน และการปรับสภาพแวดล้อม ๙(๒) ผลผลิตที่ ๑ ผู้มีสิทธิฯ เข้าถึงบริการยืมอุปกรณ์การแพทย์และเครื่องช่วยความพิการ (๑) สนับสนุนการจัดหา รับบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ซ่อมแซม บำรุงรักษา และเคลื่อนย้าย วงเงินงบประมาณ ๑,๔๕๐,๔๖๑.๓๘ บาท



(นางสุธิตา บุญตัน)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการฯ



(นายจิณณัฐรัตน์ ใจพงษ์)

นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ
กรรมการ

งพพผา ทธ.วรณ

(นางสาวรวงคณา ทธะวรณ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
กรรมการและเลขานุการ

/๒. วัตถุประสงค์...

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้บริการและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการกับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่อยู่ในกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ที่มีฐานะยากจน ด้อยโอกาสและแพทย์วินิจฉัยว่าจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ให้สามารถใช้ฟื้นฟูสมรรถภาพต่อเนื่องที่บ้านได้

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา


- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมายกำหนด
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว ✓
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ณ วันเสนองาน หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้
- ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๘ รายการ ตามเอกสารแนบท้าย



(นางสุธิดา บุนตัน)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการฯ



(นายจินตณัฐวัฒน์ ใจพงษ์)
นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ
กรรมการ

ภก.ดร. ทวีวรรณ
(นางสาววรางคณา ทาระวรรณ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
กรรมการและเลขานุการ

/๕. เดือนไข...

๕. เงื่อนไขอื่นๆ

๕.๑ ในการเสนอราคา กำหนดยื่นราคาภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันยื่นเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๕.๒ กรณีพัสดุที่จะซื้อจัดจ้างหรือส่งมอบในการจัดจ้างครั้งนี้ หากแม่ผู้ขาย/คู่สัญญาเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SMEs) ให้ผู้ขาย-คู่สัญญาแสดงการขึ้นทะเบียนฯ ด้วย (ถ้ามี)

๖. ระยะเวลาส่งมอบงาน

ภายในระยะเวลา ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขายกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

๗. เกณฑ์ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาต่ำสุดและพิจารณารวมทุกรายการเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสิน

๘. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

งานจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๘ รายการ สำหรับใช้ในโครงการจัดตั้งศูนย์ยืม - คืนอุปกรณ์และเครื่องช่วยความพิการ ที่จำเป็นสำหรับผู้มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตั้งไว้ ๘๒๕,๖๐๐ บาท (แปดแสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) รายละเอียด ดังนี้

๑. เก้าอี้นั่งถ่ายแบบมีราวจับและมีล้อ จำนวน ๑ ตัว วงเงิน ๒,๖๐๐ บาท
๒. ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ จำนวน ๑๙ ชุด วงเงิน ๑๑๔,๐๐๐ บาท
๓. เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด ๕ ลิตร จำนวน ๘ เครื่อง วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๔. เตียงผู้ป่วย ๓ ไก่ ชนิดมือหมุน จำนวน ๑ เตียง วงเงิน ๒๗,๐๐๐ บาท
๕. เตียงเฟวเลอร์ ชนิดมือหมุน (แบบ ก) จำนวน ๑๔ เตียง วงเงิน ๒๑๗,๐๐๐ บาท
๖. รถนั่งคนพิการแบบมาตรฐานขนาดใหญ่ ปรับได้ตามสภาพความพิการ จำนวน ๓๗ คัน

วงเงิน ๒๔๔,๒๐๐ บาท

๗. รถนั่งคนพิการแบบมาตรฐานขนาดใหญ่ ปรับไม่ได้ จำนวน ๒ คัน วงเงิน ๘,๘๐๐ บาท

๘. รถสามล้อมือโยกสำหรับคนพิการ จำนวน ๒ คัน วงเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท

๙. ราคาากลางและแหล่งที่มาของราคากลาง

วงเงินราคากลาง จำนวน ๘๒๕,๖๐๐ บาท (แปดแสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) รายละเอียด ดังนี้


๙.๑ อ้างอิงเกณฑ์ราคากลางที่ได้มาจากการสืบราคาท้องตลาด จำนวน ๒ รายการ

๙.๑.๑ เก้าอี้นั่งถ่ายแบบมีราวจับและมีล้อ จำนวน ๑ ตัว ราคาตัวละ ๒,๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๒,๖๐๐ บาท

๑. บริษัท ป่าช่างเมดิคอล จำกัด (สำนักงานใหญ่)

๒. ร้าน CK อุปกรณ์การแพทย์


๓. บริษัท ซี.เอ็น.เฮลท์ ซัพพลาย จำกัด



(นางสุธิดา บุญตัน)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ประธานกรรมการฯ



(นายจิรพันธุ์ ใจพงษ์)

นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ

กรรมการ

นางศุภา พงษ์วรรณ

(นางสาววรารัตนา ทาราวรรณ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

กรรมการและเลขานุการ

/๙.๑.๒ ที่นอนลม...

๙.๑.๒ ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ จำนวน ๑๙ ชุด ราคาชุดละ ๖,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๑๔,๐๐๐ บาท โดยอ้างอิงเกณฑ์ราคากลางที่ได้มาจากการสืบราคาท้องตลาด

๑. บริษัท ปาซางเมดิคอล จำกัด (สำนักงานใหญ่)

๒. ร้าน CK อุปกรณ์การแพทย์

๓. บริษัท ซี.เอ็น.เฮลท์ ซัพพลาย จำกัด

๙.๒ อ้างอิงเกณฑ์ราคากลางตามบัญชีรายการครุภัณฑ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ

๙.๒.๑ เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด ๕ ลิตร จำนวน ๘ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๙.๒.๒ เตียงผู้ป่วย ๓ ไก่ ชนิดมือหมุน จำนวน ๑ เตียง ราคาเตียงละ ๒๗,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๗,๐๐๐ บาท

๙.๓ อ้างอิงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ รายการ

๙.๓.๑ เตียงเฟิร์ลเลอร์ ชนิดมือหมุน (แบบ ก) จำนวน ๑๔ เตียง ราคาเตียงละ ๑๕,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๑๗,๐๐๐ บาท

๙.๔ อ้างอิงเกณฑ์ราคากลางตามประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๓ รายการ

๙.๔.๑ รถนั่งคนพิการแบบมาตรฐานขนาดใหญ่ ปรับได้ตามสภาพความพิการ จำนวน ๓๗ คัน ราคาคันละ ๖,๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๔๔,๒๐๐ บาท

๙.๔.๒ รถนั่งคนพิการแบบมาตรฐานขนาดใหญ่ ปรับไม่ได้ จำนวน ๒ คัน ราคาคันละ ๔,๔๐๐ บาท เป็นเงิน ๘,๘๐๐ บาท


๙.๔.๓ รถสามล้อมือโยกสำหรับคนพิการ จำนวน ๒ คัน ราคาคันละ ๖,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท

๑๐. เงื่อนไขการชำระเงิน


ผู้ซื้อตกลงชำระเงินให้แก่ผู้ขาย จำนวน ๑ งวด เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว

๑๑. อัตราค่าปรับ

อัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ


(นางสุจิตา บุญตัน)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการฯ


(นายจิณณัฐวัฒน์ ใจพงษ์)
นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ
กรรมการ

จางคณา ฤทธิวรรณ
(นางสาวจางคณา ทาระวรรณ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
กรรมการและเลขานุการ
/๑๒. การกำหนด...

๑๒. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของครุภัณฑ์การแพทย์ที่เกิดขึ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้รับมอบ โดยผู้ขายต้องดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิม ในกรณีครุภัณฑ์ที่อยู่ในระยะรับประกัน ๑ ปี เกิดชำรุด และไม่สามารถซ่อมแซมได้ ผู้ขายจะต้องนำเครื่องใหม่ที่ไม่ผ่านการใช้งานมาทดแทน และมีคุณลักษณะเทียบเท่าหรือดีกว่าครุภัณฑ์เดิม รวมทั้งระยะเวลารับประกันจากโรงงานผู้ผลิตด้วย

๑๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำพูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ๑๒๕ หมู่ ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ๕๑๐๐๐

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสุจิตา บุญตัน)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายจิณณัฐวัฒน์ ใจพงษ์)
นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาววรางคณา ทาระวรรณ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

.....
(นายวิชัย บุญอุดมพร)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

เอกสารแนบท้าย
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เก้าอี้นั่งถ่ายแบบมีราวจับและมีล้อ

๑. ความต้องการ

เพื่อใช้นั่งขับถ่าย สามารถถอดออกทำความสะอาดได้ เคลื่อนที่ได้

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อใช้ในการขับถ่าย โดยมีราวจับเพื่อเพิ่มความมั่นคง เคลื่อนย้ายไปห้องน้ำได้

๓. รายละเอียดคุณสมบัติทั่วไป

เป็นเก้าอี้ที่มีช่องสำหรับนั่งถ่าย และถังรองรับที่สามารถถอดออกไปทำความสะอาดได้

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ โครงสร้างทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์ กันน้ำและกันสนิม

๔.๒ มีที่รองนั่งสำหรับนั่งถ่ายและฝาปิดได้เวลาไม่ใช้งาน มีถังรองรับที่สามารถถอดไปทำความสะอาดได้

๔.๓ มีพนักพิง ที่ปลอดภัย


๔.๔ มี ๔ ล้อ หมุนได้รอบ และสามารถล็อกล้อได้ เพื่อความปลอดภัย

๔.๓ สามารถพับได้

๔.๔ รับน้ำหนักได้ ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ กิโลกรัม


๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานหรือผ่านการสาธิตมาก่อน



(นางสุธิดา บุญตัน)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการฯ



(นายจิณณัฐวัฒน์ ใจพงษ์)

นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ
กรรมการ

จกตณ ทรรณน

(นางสาววรางคณา ทาระวรรณ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
กรรมการและเลขานุการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด ๕ ลิตร

๑. ความต้องการ

เครื่องผลิตออกซิเจน

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน

สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการได้รับออกซิเจนอย่างต่อเนื่อง

๓. รายละเอียดคุณสมบัติทั่วไป

สามารถผลิตออกซิเจนบริสุทธิ์ได้อย่างต่อเนื่อง

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ สามารถผลิตออกซิเจนบริสุทธิ์ที่ความเข้มข้น ๘๗ - ๙๕ %

๔.๒ สามารถปรับอัตราการไหลได้ที่ ๑ - ๕ ลิตรต่อนาที

๔.๓ ระดับเสียงในการทำงานของเครื่อง ไม่เกิน ๔๕ เดซิเบล

๔.๔ สามารถต่อกับอุปกรณ์ฟั่นละอองยาได้

๔.๕ มี ๔ ล้อ เพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้าย

๔.๖ มีไส้กรองอากาศ ที่สามารถทำความสะอาดได้ หรือเปลี่ยนใหม่ได้


๔.๗ ใช้ไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ Hz

๔.๘ มีเสียงเตือนเมื่อไฟฟ้าขัดข้อง

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานหรือผ่านการสาธิตมาก่อน


๕.๒ รับประกันคุณภาพเป็นเวลา ๑ ปี พร้อมบริการอะไหล่โดยไม่คิดมูลค่า โดยความเสียหายนั้นเกิดจากสภาพการใช้งานตามปกติ และมีใบรับประกันสินค้าที่ระบุชื่อ-ที่อยู่ของผู้ผลิต เพื่อให้ผู้ใช้ติดต่อผู้จัดจำหน่ายได้สะดวก หากสินค้ามีปัญหา โดยติดมาพร้อมกับสินค้าทุกเครื่องๆ ละ ๑ ชุด



(นางสุธิดา บุญตัน)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ประธานกรรมการฯ



(นายจินตนา จิตวงศ์)

นักรายอุปกรณ์ปฏิบัติการ

กรรมการ

วราภรณ์ ทวีวรรณ

(นางสาววราภรณ์ ทวีวรรณ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

กรรมการและเลขานุการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เตียงเพาเวอร์ ชนิดมือหมุน (แบบ ก.)

๑. ความต้องการ

สำหรับผู้ป่วยไข้นอนพักเพื่อรับการรักษายาบาลหรือฟื้นฟูสมรรถภาพ

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วย โดยมีราวกันก้นตกเตียง สามารถปรับได้

๓. รายละเอียดคุณลักษณะทั่วไป

เป็นเตียงทำจากโลหะที่มีความแข็งแรง

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

คุณลักษณะของครุภัณฑ์อ้างอิงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

๔.๑ โครงเตียงทำด้วยโลหะที่มีความแข็งแรงรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ปอนด์ หรือ ๒๐๐ กิโลกรัม เคลือบสีป้องกันสนิมและพ่นสีทับ

๔.๒ พนักหัวท้ายเตียงทำด้วยปาร์ติเคิลบอร์ด

๔.๓ พื้นเตียงทำด้วยโลหะ

๔.๔ มีมือหมุนยกพื้นเตียงได้ ๒ ชุด สำหรับหมุนยกพื้นด้านหลังให้สูงขึ้นและหมุนยกเข้าให้อยู่ในลักษณะงอขาได้ มือหมุนเป็นชนิดไม่มีส่วนประกอบของพลาสติก และไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่น

๔.๕ มีล้อยางชนิดมีลูกปืนหมุนได้รอบตัว จำนวน ๔ ล้อ และมีล้อล็อกได้ไม่น้อยกว่า ๑ คู่

๔.๖ ขนาดเตียงไม่น้อยกว่า ๙๐ x ๒๐๐ x ๖๐ เซนติเมตร (รวมที่นอน)

๔.๗ ราวกันเตียง ทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม เลื่อนขึ้น - ลงได้

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานหรือผ่านการสาธิตมาก่อน

๕.๒ รับประกันคุณภาพเป็นเวลา ๑ ปี พร้อมบริการอะไหล่โดยไม่คิดมูลค่า โดยความเสียหายนั้นเกิดจากสภาพการใช้งานตามปกติ และมีใบแสดงชื่อ-ที่อยู่ ของผู้ขาย ติดไว้กับตัวสินค้า เพื่อให้ผู้ใช้ติดต่อผู้ขายได้สะดวก หากสินค้ามีปัญหา

(นางสุธิดา บุญตัน)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการฯ

(นายจินณัฐรัตน์ ใจพงษ์)

นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ
กรรมการ

จรทณดา ทนวรรณ

(นางสาวจรทณดา ทนวรรณ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
กรรมการและเลขานุการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เตียงผู้ป่วย ๓ ไก่ ชนิดมือหมุน

๑. ความต้องการ

เตียงนอนสำหรับผู้ป่วย สามารถปรับพนักพิงหลังและหัวเข้าได้ โดยใช้มือหมุน

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพังกัง ที่มีความจำเป็นต้องใช้เตียงสามารถนำไปใช้นอนพักฟื้นหรือฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้านได้

๓. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๓.๑ เป็นเตียงผู้ป่วยแบบเฟรลเลอร์

๓.๒ โครงเตียงทำด้วยเหล็กที่มีความแข็งแรง เคลือบสีป้องกันสนิมและพ่นสีทับหรือวัสดุที่ดีกว่ารับน้ำหนักได้ ๑๐๐ กิโลกรัมขึ้นไป โดยไม่งอ

๓.๓ พนักหัว-ท้ายเตียง ทำด้วยท่อสแตนเลสกลมหรือวัสดุที่ดีกว่า ขนาด ๑.๑/๔" x ๑.๒ มิลลิเมตร ตัดโค้งงอโดยไม่มีรอยเชื่อมและบุด้วยแผ่นปาร์ติเกิ้ลและปิดแผ่นฟอรั่มก้ำสีขาวยาวทั้ง ๒ ด้าน พนักเตียง สามารถถอดและพับได้

๓.๔ พื้นเตียงทำด้วยเหล็กสปริงหรือวัสดุที่ดีกว่า

๓.๕ มีมือหมุนยกพื้นเตียงได้ ๓ ชุด สำหรับหมุนยกพนักพิงหลังให้สูงขึ้น และหมุนยกเข้าให้อยู่ในลักษณะงอขาได้ มือหมุนทำด้วยสแตนเลสหรือวัสดุที่ดีกว่าและไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่น

๓.๖ มีล้อยางชนิดมีลูกปืนหมุนได้รอบตัวขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวน ๔ ล้อ และมีล้อล็อกอย่างน้อย ๑ คู่

๓.๗ ขนาดเตียงไม่น้อยกว่า ๙๐ x ๒๐๐ x ๖๐ เซนติเมตร


๓.๘ ปรับเตียงสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๗๐ เซนติเมตร พร้อมระบบโช๊ค (Gas Spring) ช่วยดันเตียงยกขึ้นจำนวน ๒ ตัว

๓.๙ ปรับเตียงต่ำสุดได้ไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร โดยเมื่อปรับต่ำสุดจะมีขา ๔ ขา ค้ำยกเตียงให้ล้อลอยพ้นพื้นได้

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๑ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานหรือผ่านการสาธิตมาก่อน


๔.๒ รับประกันคุณภาพเป็นเวลา ๑ ปี พร้อมบริการอะไหล่โดยไม่คิดมูลค่า โดยความเสียหายนั้นเกิดจากสภาพการใช้งานตามปกติ และมีใบแสดงชื่อ-ที่อยู่ ของผู้ขาย ติดไว้กับตัวสินค้า เพื่อให้ผู้ใช้ติดต่อผู้ขายได้สะดวก หากสินค้ามีปัญหา



(นางสุธิดา บุญตัน)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ประธานกรรมการฯ



(นายจันทนา จิตพงษ์)

นักรายอุปกรณ์ปฏิบัติการ

กรรมการ

อรพาดก ทนวรรณ

(นางสาวอรพาดก ทนวรรณ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

กรรมการและเลขานุการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ

๑. ความต้องการ

ที่นอนลมสำหรับป้องกันการเกิดแผลกดทับ

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อให้คนพิการที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ใช้รองนอนเพื่อป้องกันแผลกดทับ

๓. รายละเอียดคุณลักษณะทั่วไป

ช่วยลดแรงกดทับและกระจายแรงกดทับไปทั่วร่างกาย และลดแรงเสียดทานระหว่างที่นอนและผิวหนังผู้ป่วย

๔. รายละเอียดคุณลักษณะทั่วไป

๔.๑ ทำจากวัสดุไนลอนเคลือบพีวีซี

๔.๒ เป็นรุ่นลอนแบบ ๒ จังหวะ ประกอบด้วยลูกลมวางเรียงติดต่อกันเป็นแถวตามขวาง

๔.๓ มีเครื่องควบคุมความดันลูกลม เป็นจังหวะสลับต่อเนื่องกัน โดยที่ลูกลมจะพองขึ้น ขณะที่อีกลูกลมยุบตัวลง โดยปรับความดัน ทุก ๕ - ๑๕ นาที สลับต่อเนื่องกัน

๔.๔ ขนาดที่นอน กว้างไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๐ เซนติเมตร

๔.๕ รับน้ำหนักผู้ป่วยได้ ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ กิโลกรัม


๔.๖ สามารถถอดเปลี่ยนลูกลมได้ เมื่อลูกลมรั่ว

๔.๗ มีลอนสำรองและผ้าคลุมให้ด้วย

๕. เงื่อนไขเฉพาะ


๕.๑ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานหรือผ่านการสาธิตมาก่อน

๕.๒ รับประกันคุณภาพเป็นเวลา ๑ ปี พร้อมบริการอะไหล่โดยไม่คิดมูลค่า โดยความเสียหายนั้นเกิดจากสภาพการใช้งานตามปกติ และมีใบรับประกันสินค้าที่ระบุชื่อ-ที่อยู่ของผู้ผลิต เพื่อให้ผู้ใช้ติดต่อผู้จัดจำหน่ายได้สะดวก หากสินค้ามีปัญหา โดยติดมาพร้อมกับสินค้าทุกๆชิ้น ๆ ละ ๑ ชุด



(นางสุธิดา บุญตัน)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการฯ



(นายจิณณัฐวัฒน์ ใจพงษ์)

นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ
กรรมการ

วราภรณ์ ทารวรรณ

(นางสาววราภรณ์ ทารวรรณ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
กรรมการและเลขานุการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รถนั่งคนพิการแบบมาตรฐานขนาดใหญ่ ปรับได้ตามสภาพความพิการ

๑. ความต้องการ

รถนั่งคนพิการแบบมาตรฐานขนาดใหญ่ ปรับได้ตามสภาพความพิการ

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อให้คนพิการสามารถนำไปใช้เคลื่อนที่ไปมาที่บ้านได้

๓. รายละเอียดคุณลักษณะทั่วไป

สามารถพับได้ เปิดด้านข้างได้ มีความแข็งแรงทนทาน

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ โครงสร้างหลัก ทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์ น้ำหนักเบา สามารถพับได้

๔.๒ ผ้าเบาะที่นั่ง พนักพิง และสายรองรับน่อง ทำด้วยผ้าใบสังเคราะห์ เคลือบด้วย PU หรือ PVC

๔.๓ มีแผ่นกันที่บิดด้านข้างของเบาะนั่งทำด้วยสแตนเลสหรืออลูมิเนียมอัลลอยด์หรือพลาสติก เพื่อกัน
ขยี้ของผู้นั่งเข้าวงล้อขณะขับเคลื่อนและกันของตก

๔.๔ ที่วางแขน ทำจากอลูมิเนียมและพลาสติก สามารถเปิดไปด้านหลังได้

๔.๕ ที่วางเท้า ทำจากอลูมิเนียมหรือพลาสติก ขอบเรียบไม่คม สามารถพับได้ แขนที่วางเท้าทำจาก
อลูมิเนียมอัลลอยด์ สามารถปรับระดับสูงต่ำได้

๔.๖ ล้อหน้า เป็นยางตัน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๖ นิ้ว

๔.๗ ล้อหลัง เป็นล้อแม็ค ยางตัน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๒ นิ้ว

๔.๘ มีวงป้อนสำหรับใช้ขับเคลื่อนที่ได้ด้วยตนเอง ทำจากพลาสติกหรือสแตนเลสหรืออลูมิเนียมอัลลอยด์


๔.๙ ห้ามล้อ (Wheel brake) มีทั้งสองข้าง ทำด้วยวัสดุ Steel Brake (ซูปกันสนิม)

๔.๑๐ สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ กิโลกรัม


๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานหรือผ่านการสาธิตมาก่อน

๕.๒ รับประกันคุณภาพเป็นเวลา ๑ ปี พร้อมบริการอะไหล่โดยไม่คิดมูลค่า โดยความเสียหายนั้นเกิด
จากสภาพการใช้งานตามปกติ และมีใบแสดงชื่อ-ที่อยู่ ของผู้ขาย ติดไว้กับตัวสินค้า เพื่อให้ผู้ใช้ติดต่อผู้ขายได้
สะดวก หากสินค้ามีปัญหา



(นางสุจิตา บุญตัน)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการฯ



(นายจิณณ์ฐวัฒน์ ใจพงษ์)
นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ
กรรมการ

วรารณ ทารวรรณ

(นางสาววรารณ ทารวรรณ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
กรรมการและเลขานุการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รถนั่งคนพิการแบบมาตรฐานขนาดใหญ่ ปรับไม่ได้

๑. ความต้องการ

รถนั่งคนพิการแบบมาตรฐานขนาดใหญ่ ปรับไม่ได้

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อเป็นเครื่องช่วยในการเคลื่อนที่ของผู้ป่วยหรือคนพิการ

๓. รายละเอียดคุณลักษณะทั่วไป

รถนั่งชนิดพับได้ทำด้วยโลหะ แบบปรับไม่ได้

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ โครงสร้างหลักเป็นเหล็ก ชูด้วยโครเมียม

๔.๒ พนักพิงและที่วางแขนทำด้วยหนังเทียมบุฟองน้ำ โดยที่วางแขนยึดอย่างแน่นหนาแข็งแรง ไม่โยกคลอน

๔.๓ เบาะนั่งเป็นหนังเทียม สามารถพับได้ ขนาดกว้าง ๑๘ - ๒๐ นิ้ว ลึก ๑๕ - ๑๘ นิ้ว เบาะพิงมีขนาดกว้าง ๑๗ - ๑๙ นิ้ว

๔.๔ ที่พักเท้าเป็นอูมิเนียมพับงอและปรับสูงต่ำได้ บริเวณขอบโดยรอบเรียบ ไม่คม

๔.๕ สายรองรับนั่ง ทำจากหนังเทียม ถอดออกได้

๔.๖ ใต้ที่เท้าแขนมีแผ่นสแตนเลส ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๕ นิ้ว ติดไว้กันของหล่น หรือเสื้อผ้าติดเข้าไปในล้อ

๔.๗ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล้อหน้า ไม่น้อยกว่า ๕ นิ้ว หมุนได้รอบตัว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล้อหลัง ไม่น้อยกว่า ๒๒ นิ้ว ล้อซี่ลวด ยางล้อชนิดตัน

๔.๘ มีวงปั่นสำหรับช่วยเข็นเคลื่อนที่ด้วยตัวเอง

๔.๙ มีที่ห้ามล้อแบบใช้มือผลัก ปลายคันโยกต้องไม่สูงกว่าแนวโครงที่นั่งเพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่มือผู้ใช้งานเคลื่อนรถ

๔.๑๐ มีมือจับช่วยเข็น แกนทำจากพลาสติกหรือยางสังเคราะห์


๔.๑๑ สามารถพับเข้าหากันได้เพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้าย

๔.๑๒ สามารถรับน้ำหนักผู้ป่วยได้อย่างน้อย ๑๐๐ กิโลกรัม

๕. เงื่อนไขเฉพาะ


๕.๑ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานหรือผ่านการสาธิตมาก่อน

๕.๒ รับประกันคุณภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี พร้อมบริการอะไหล่โดยไม่คิดมูลค่าในระยะเวลาประกัน



(นางสุธิดา บุญตัน)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการฯ



(นายจิรวัฒน์ ใจพงษ์)

นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ
กรรมการ

จรรยาพร อภิธรรม

(นางสาวจรรยาพร อภิธรรม)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
กรรมการและเลขานุการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รถสามล้อมือโยกสำหรับคนพิการ

๑. ความต้องการ

รถสามล้อมือโยกสำหรับคนพิการ

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อให้คนพิการใช้เดินทางออกนอกบ้าน เพื่อประกอบอาชีพหรือเข้าสังคม

๓. รายละเอียดคุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถสามล้อโยกสำหรับคนพิการชนิดเหล็กพ่นสี

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ โครงสร้างสามล้อทำด้วยเหล็กพ่นสี

๔.๒ เบาะนั่ง เบาะพิงทำจากฟองน้ำอัดหนา หุ้มด้วยหนังเทียมหรือ พี.วี.ซี. กันน้ำ

๔.๓ ที่เท้าแขน ๒ ข้างแข็งแรงทนทาน หุ้มด้วยหนังเทียม พร้อมแผ่นอลูมิเนียมป้องกันขยี้เข้าไปในซี่ล้อ พื้นรถทำจากแผ่นอลูมิเนียม ทนทานไม่เป็นสนิม

๔.๔ ล้อของรถสามล้อโยก เป็นล้อของจักรยาน มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๐ นิ้ว

๔.๕ ชุดคันโยกประกอบด้วยลูกปิ่น พร้อมปลอกมือจับแข็งแรงทนทาน เบาลงในการโยกและสามารถถอดเก็บได้เพื่อความสะดวกในการขึ้น - ลง

๔.๖ ระบบขับเคลื่อนล้อหลังใช้งานขับเคลื่อนด้วยลูกปิ่นทั้ง ๒ ข้าง สะดวกในการขับเคลื่อน

๔.๗ อุปกรณ์บังคับเลี้ยวทำจากแฮนด์จักรยาน

๔.๘ มี ห้ามล้อหน้าแบบก้ามปู ๑ ชุด และห้ามล้อติดอยู่โครงรถอย่างน้อย ๑ ข้าง

๔.๙ มีตะกร้าสำหรับใส่ของ, กระดิ่ง, กระจกมองหลัง, ไฟพับทึบสะท้อนแสงหน้า - หลัง, บังโคลน

๔.๑๐ สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ กิโลกรัม

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานหรือผ่านการสาธิตมาก่อน

๕.๒ รับประกันคุณภาพ โครงสร้างรถ พร้อมบริการอะไหล่โดยไม่คิดมูลค่า เป็นเวลา ๑ ปี (จากการใช้งานปกติ)


๕.๓ สามารถซ่อมแซมได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้เทคนิคหรือเครื่องมือพิเศษ

๕.๔ ชิ้นส่วนสามารถถอดประกอบหรือน็อคตัวได้ง่าย



(นางสุจิตา บุญตัน)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการฯ



(นายจิณณ์ฐวัฒน์ ใจพงษ์)

นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ
กรรมการ

จรารัตนา ทารวรรณ

(นางสาวจรารัตนา ทารวรรณ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
กรรมการและเลขานุการ