

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการจัดซื้อ วัสดุการแพทย์

1. ความต้องการ และจำนวน

Minimum Volume Extension with T connector

จำนวน 100,000 EA

2. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้สำหรับต่อสายให้สารละลายต่าง ๆ หรือ Three ways

3. คุณสมบัติเฉพาะ

3.1 เป็นสายสำหรับใช้ต่อกับชุดให้สารละลายทางเลือดหรือ Threeway

3.2 ผลิตจาก Poly Vinyt Chloride (Medical grade) ชนิด DEHP FREE ทางการแพทย์ ซึ่งต้องแสดงไว้ให้เห็นโดย

ชัดเจนบนฉลากของผลิตภัณฑ์ โดยยื่นเอกสารไปพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ

3.3 ประกอบด้วย

3.3.1 สายสำหรับให้สารละลาย มีความยาว 10 - 15 เซนติเมตร โดยมีปริมาตรภายในสายน้อยกว่า 0.3 มล.

ผลิตจาก DHPC

3.3.2 จุกยางสำหรับฉีดยา ผลิตจากยางชนิด Latex Free ไม่มีโปรตีนก่อการะคายเคืองและความยืดหยุ่นสูง

3.3.3 จุกปิดปลายสายทั้ง 2 ด้าน ป้องกันการปนเปื้อน

3.3.4 ตัวควบคุมการไหล (clamp) สามารถเลื่อนเปิด-ปิดได้ง่าย ไม่สามารถหลุดจากตัวสายได้และต้องหยุดการไหลได้สนิท

3.4 มี Luer connector ที่ปลายด้านหนึ่ง ซึ่งสามารถต่อเข้ากับ IV Catheter ได้ทุกขนาดโดยไม่รั่วซึม

3.5 มีหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ว่าปราศจากเชื้อและไพโรเจน (Certificate of Sterility and Pyrogen-free) หรือปราศจากสารที่ทำให้ก่อไข้ด้วยวิธีทดสอบ (Bacterial endotoxins test) จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวง สาธารณะสุข โดยยื่นเอกสารไปพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ

3.6 บรรจุในซอง 1 ชิ้นต่อซอง ซองเป็นวัสดุใส สามารถมองเห็นวัสดุภายในได้ชัดเจน

3.7 บรรจุในภาชนะปิดสนิท ปราศจากเชื้อด้วยวิธีการ Ethylene Oxide

3.8 ฉลากระบุชื่อผลิตภัณฑ์ วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขที่ผลิต ไว้อย่างชัดเจนบนบรรจุภัณฑ์และมีแถบบาร์โค้ดสินค้าที่ของบรรจุภัณฑ์หรือกล่องบรรจุภัณฑ์

3.9 วัสดุที่ส่งมอบจะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ส่งมอบ

3.10 ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 13485 โดยยื่นเอกสารไปพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ

ลงชื่อ.....

( นางสาวสิทธารัตน์ สมัครสมาน )

เป็นประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

( นางรัชชนีย์ น่วมันจิตติย )

เป็นกรรมการ

ลงชื่อ.....

( นางสาวกรรณิการ์ พงศ์ธณณพ )

เป็นกรรมการ

#### 4. เงื่อนไขการเสนอราคา

4.1 ได้รับอนุญาตนำเข้าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โดยต้องแสดงเอกสารไปพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ

4.2 ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยต้องแสดงเอกสารไปพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ

4.3 ผลิตภัณฑ์ที่ยื่นเสนอต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำมาให้ทดลองใช้งาน และผ่านการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จากทางโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารในวันยื่นเสนอราคา ( ผู้สนใจสามารถส่งตัวอย่างสำหรับประเมินผลการใช้งาน จำนวน 100 EA ก่อนเข้ายื่นข้อเสนอไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ )

4.4 ผู้เสนอราคาต้องนำวัสดุตัวอย่างมาประกอบการพิจารณา จำนวน 20 EA นับถัดจากวันที่ได้ยื่นเสนอราคา

4.5 กำหนดยื่นราคา 365 วัน

4.6 กำหนดส่งมอบ 365 วัน ทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ

4.6.1 เมื่อครบกำหนดส่งมอบสินค้าตามที่กำหนดในแต่ละงวดแล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงให้แก่ผู้ซื้อ หรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนได้และผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าปรับตามเงื่อนไขสัญญา

4.6.2 หากผู้ขายส่งมอบสิ่งของก่อนถึงระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละงวด ผู้ซื้อขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบหากเกิดความเสียหายใดๆ แก่สิ่งของดังกล่าว ยกเว้นกรณีที่ผู้ขายได้รับแจ้งจากผู้ซื้อให้ส่งก่อนระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละงวด

4.6.3 หากสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบ ไม่มีคุณภาพและผู้ขายไม่สามารถแก้ไขได้ หรือหากสิ่งของนั้นล้นสต็อก ผู้ซื้อขอสงวนสิทธิในการบอกเลิกการส่งมอบบางงวด หรือทั้งหมด หรือให้ชะลอการส่งมอบบางงวดนั้น โดยผู้ซื้อจะแจ้งให้ผู้ขายทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน

#### 5. เงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แคตตาล็อก

5.1 แคตตาล็อกต้องเป็นเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ที่จัดทำขึ้นโดยผู้ผลิตสินค้าหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิต ซึ่งแสดงรูปภาพสินค้า และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของสินค้า หากเป็นเอกสารที่ผู้ยื่นข้อเสนอจัดทำขึ้นเองโดยคัดลอกรูปภาพ อันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตและคัดลอกรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่หน่วยงานของรัฐจัดทำขึ้น จะถือว่าไม่ใช่แคตตาล็อก โดยไม่พิจารณาผ่อนปรน

5.2 กรณีแคตตาล็อกที่ยื่น มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะน้อยกว่าที่หน่วยงานของรัฐกำหนด ให้ผู้ยื่นข้อเสนอจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเพิ่มเติม โดยให้ผู้ผลิตหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิตรับรอง หากผู้ยื่นเสนอรายใดสำเนารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของหน่วยงานของรัฐ แล้วนำมายื่น จะไม่พิจารณาผ่อนปรน

#### 6. เงื่อนไขการพิจารณาคัดเลือก เกณฑ์ราคา

#### 7. วิธีการจัดซื้อ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

ลงชื่อ.....

( นางสาวลิดารัตน์ สมัครสมาน )

เป็นประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

( นางรัชสมัย น้าบัณฑิตย์ )

เป็นกรรมการ

ลงชื่อ.....

( นางสาวกรรณิการ์ พงศ์ธณณพ )

เป็นกรรมการ