

คุณลักษณะเฉพาะ Disposable Set, Gown Aid

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

๑. คุณลักษณะทั่วไป

Surgical Gown ที่ทำจากวัสดุสังเคราะห์ (non woven material) ที่ผ่านการปลอดเชื้อ เพื่อใช้ในการสวมใส่และปกคลุมร่างกายขณะทำการหัตถการทางการแพทย์ เพื่อลดการปนเปื้อนเชื้อโรคบริเวณที่ทำหัตถการทางการแพทย์และลดอัตราเสี่ยงต่อการติดเชื้อในผู้ป่วย รวมถึงโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อในบุคลากรทางการแพทย์จากเลือดและสิ่งคัดหลั่ง

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๒.๑ ผลิตจากวัสดุ SMMS ไม่น้อยกว่า ๕๐ g/m²

๒.๒ Surgical Gown มีไม่น้อยกว่า ๔ ขนาดให้เหมาะสมในการใช้งาน (M, L, XL, XXL)

๒.๒.๑ ขนาด M มีความยาวไม่น้อยกว่า ๑๑๓ cm.

๒.๒.๒ ขนาด L มีความยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๔ cm.

๒.๒.๓ ขนาด XL มีความยาวไม่น้อยกว่า ๑๓๕ cm.

๒.๒.๔ ขนาด XXL มีความยาวไม่น้อยกว่า ๑๔๖ cm.

๒.๓ Surgical Gown มี Reinforce บริเวณด้านหน้าตัวเสื้อและแขน (Body and Arm) ทั้ง ๔ ขนาด (M, L, XL, XXL) ลดโอกาสเสี่ยงต่อการปนเปื้อนและติดเชื้อในบุคลากรทางการแพทย์จากเลือดและสารคัดหลั่ง

๒.๔ Surgical Gown เป็นแบบที่มีเชือกผูกด้านหลังบริเวณเอวที่ประกอบด้วย card belt ช่วยป้องกันการปนเปื้อนระหว่างการใส่เสื้อ surgical gown บริเวณคอมีแผ่นติดเทปที่สามารถปรับขนาดได้และมีเชือกผูกที่คอเสื้อ

๒.๕ Knitted cuff length มีความยาวไม่น้อยกว่า ๘ cm ในทุกขนาด (M, L, XL, XXL) เป็นแผ่นยางยืดที่ข้อมือ มีความยืดหยุ่นสูง จะต้องกระชับและเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้สวมใส่ขณะใช้งาน

๒.๖ ผ้าเช็ดมือต้องมีในห่อไม่น้อยกว่า ๒ ผืน มีประสิทธิภาพซับน้ำได้ดีและมีความนุ่มนวล

๒.๗ พื้นผิวของวัสดุไม่สะท้อนแสงและไม่ก่อให้เกิดไฟฟ้าสถิต (Anti-static)

๒.๘ วัสดุผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน AAMI PB ๗๐:๒๐๐๓ Test Method

๒.๙ Latex free เป็นวัสดุสังเคราะห์ที่มีความแข็งแรงไม่ฉีกขาดได้ง่ายและมีพื้นผิวสัมผัสที่ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผู้สวมใส่ มีฝุ่นผงน้อย (lint) เพื่อลดสิ่งแปลกปลอมไม่ให้ตกลงบริเวณที่ทำหัตถการทางการแพทย์

๒.๑๐ Surgical Gown ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยระบบ Ethylene Oxide Method มีระบบการประกันคุณภาพและความปลอดภัยทุก Lot. การผลิต

๒.๑๑ ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) (มีเอกสารรับรอง)

๒.๑๒ โรงงานผู้ผลิตได้รับมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ (มีเอกสารรับรอง)

๒.๑๓ ต้องเป็น....

- ๒.๑๓ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot. กรณีพบว่า สินค้า Lot. ใดมีปัญหา ผู้ขายต้องรับแลกเปลี่ยนทั้ง Lot. โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งปัญหา
- ๒.๑๔ ผู้จัดจำหน่ายต้องส่งตัวอย่างวัสดุอย่างน้อยขนาดละ ๑๐ ชุดให้คณะกรรมการพิจารณา
- ๒.๑๕ หากเป็นสินค้าที่ไม่เคยจำหน่ายให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจะต้องผ่านการประเมินคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้งานไม่น้อยกว่า ๘๐%
- ๒.๑๖ วัสดุการแพทย์ที่ส่งมอบมีการผลิตไม่เกิน ๑ ปี นับจากวันที่ผลิตที่วันส่งมอบ และอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับจากวันที่ส่งมอบวันสิ้นอายุของวัสดุ

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายทวี ยิ่งสง่า)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวประจักษ์ตร วัฒนพานิช)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวดุจฤดี ไชยมงคล)