

สายรัดข้อมือสำหรับกดห้ามเลือดที่เรเดียลอาเทอร์รี่

1. คุณสมบัติทั่วไป

เป็นอุปกรณ์สายรัดข้อมือสำหรับกดห้ามเลือดเฉพาะที่ที่ตำแหน่งของ Radial artery เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการกดห้ามเลือดที่ง่ายและตรงตำแหน่ง ลดภาวะแทรกซ้อนจากการกดห้ามเลือดไม่ตรงตำแหน่ง เพิ่มความสบายสำหรับการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยให้ได้สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย

2. คุณสมบัติเฉพาะของ TR Band

โครงสร้างประกอบไปด้วย

- Balloon 2 ลูก large,small compression balloon สำหรับการกดรัดให้ตรงกับตำแหน่ง puncture site โดยมี Green Marker (จุดสีเขียว) ซึ่งเป็นตัวบอกตำแหน่งของ Small Balloon ต้องกดทับบนตำแหน่ง Radial artery puncture site
- Support plate ซึ่งมีลักษณะเป็นแผ่นพลาสติกมกมกลม สำหรับช่วยพยุง และค้ำยัน Balloon ให้คงที่กับตำแหน่งที่กดและใส่ทำให้มองเห็นการหยุดไหลของเลือดได้ชัดเจน
- Adjustable fastener belt ซึ่งเป็นสายรัดพลาสติกที่สามารถปรับรัดไปตามขนาดของข้อมือแต่ละบุคคลได้
- Air bag ซึ่งเป็นตัวยืนยัน pressure ในตัว balloon ว่ายังคงอยู่ และไม่ได้รั่วไหลออกไป
- Air injection port with valve ซึ่งเป็นตัวลิ้นสำหรับทางเปิดให้อากาศเข้าไปในบอลูน และการกักไม่ให้อากาศไหลออกจากตัวบอลูน
- Ventilation cap ซึ่งเป็นตัวต่อกับ Syringe สำหรับการฉีดอากาศ

3. บรรจุและทำให้ปราศจากเชื้อโดยก๊าซเอธิลีนออกไซด์พร้อมใช้งานได้ทันที

4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีหนังสือรับรองคุณภาพและความปลอดภัยการใช้ตามมาตรฐานสากล

5. มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี

.....
(นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ อินทรเพชร)

.....
(แพทย์หญิงจิตรดา อึ้งประเสริฐ)

.....
(นางจำเนียร พัฒนจักร)