

รายละเอียดคุณลักษณะ

ชุดเก็บสิ่งส่งตรวจด้วยตัวเองทางช่องคลอด เพื่อใช้ตรวจหาเชื้อไวรัสเอชพีวี

๑. คุณสมบัติทั่วไป

๑.๑ เป็นชุดเก็บสิ่งส่งตรวจ ด้วยตัวเองทางช่องคลอดเพื่อใช้ตรวจหาเชื้อไวรัสเอชพีวี

คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๑.๑.มีความสามารถตามกฎหมาย

๑.๒.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๑.๓.ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๑.๔.ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๑.๕.ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๑.๖.มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๑.๗.เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๑.๘.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๑.๙.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑.๑๐.ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการฯ

(นางสาวดุริยา พองมูล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวกฤติยา แยมเนียม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสุมิตรา วันละยา)

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๒.๑ ชุดอุปกรณ์ประกอบด้วย

๒.๑.๑ ไม้ป้ายสิ่งส่งตรวจขนาดเล็กคล้าย cotton bud ความยาวจากปลายถึงบริเวณขีดด้ามจับประมาณ ๗ ซม.

๒.๑.๒ หลอดน้ำยารักษาสิ่งส่งตรวจ ปริมาตรไม่น้อยกว่า ๒.๙ มล. สามารถคงสภาพสิ่งส่งตรวจได้นานไม่น้อยกว่า

๖๐ วัน ที่อุณหภูมิ ๑๕-๓๐ องศาเซลเซียส

๒.๑.๓ คู่มือการใช้งานภาษาไทยและอังกฤษ มีภาพประกอบเข้าใจง่าย

๒.๒ มีหลักฐานยืนยันด้านประสิทธิภาพการตรวจหาเชื้อไวรัสเอชพีวี

๒.๒.๑ ต่อเชื้อไวรัสเอชพีวีชนิดความเสี่ยงสูง ๑๔ สายพันธุ์

๒.๒.๒ สามารถใช้ได้กับน้ำยาตรวจหาเชื้อไวรัสเอชพีวีได้มากกว่า ๔ ยี่ห้อ

๒.๓ มีหลักฐานการผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยา

๒.๓.๑ ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกา (US-FDA)

๒.๓.๑ ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยาประเทศไทย

๓. เงื่อนไขเฉพาะ

๓.๑ มีผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ ที่สามารถสาธิตการใช้ชุดตรวจ และวิธีการใช้งานกับเครื่องตรวจวิเคราะห์หาเชื้อไวรัสเอชพีวี

๓.๒ มีสื่อสิ่งพิมพ์หรือวิดีโอ ที่สามารถใช้สื่อสารขั้นตอนการเก็บสิ่งส่งตรวจได้อย่างชัดเจน

๓.๓ ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกา (US-FDA) ได้รับการประทับตรารับรองการออกแบบและการผลิตที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย ตามข้อกำหนดในระเบียบข้อบังคับด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสหภาพยุโรป (CE-Mark)

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการฯ
(นางสาวดุริยา พองมูล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวกฤติยา แยมเนียม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวสุมิตรา วันละยา)