

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ : วัสดุการแพทย์ จำนวน ๘ รายการ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๓๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๕ มิ.ค. ๒๕๖๘

เป็นเงิน ๓,๓๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสามแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

รายการที่ ๑.๑.๕-๑๖ HOLE REG.Straight	จำนวน ๒๕๐ ชิ้น	ราคาชิ้นละ ๒,๗๐๐.๐๐ บาท
รายการที่ ๒.๑.๕-๑๗ HT SD.X-DR ๔-๕mm SCR	จำนวน ๑,๕๐๐ ชิ้น	ราคาชิ้นละ ๓๖๕.๐๐ บาท
รายการที่ ๓.๑.๕-๑๗ HT SD.X-DR ๖-๗mm SCR	จำนวน ๗๐๐ ชิ้น	ราคาชิ้นละ ๓๖๕.๐๐ บาท
รายการที่ ๔.๑.๕๔-๗ X-DR HT SCREW	จำนวน ๑,๒๐๐ ชิ้น	ราคาชิ้นละ ๔๘๐.๐๐ บาท
รายการที่ ๕ Mini Bone Plate Straight ๑๖ Holes Regular	จำนวน ๑๕๐ ชิ้น	ราคาชิ้นละ ๒,๐๐๐.๐๐ บาท
รายการที่ ๖ Mini Bone Screw ๖.๐x๕-๗mm	จำนวน ๑,๐๐๐ ชิ้น	ราคาชิ้นละ ๓๑๐.๐๐ บาท
รายการที่ ๗ Mini Bone Screw ๖.๐x๔-๑๑mm	จำนวน ๑,๐๐๐ ชิ้น	ราคาชิ้นละ ๓๑๐.๐๐ บาท
รายการที่ ๘ Straight Plate ๓๐ Hole	จำนวน ๑๕๐ ชิ้น	ราคาชิ้นละ ๒,๘๐๐.๐๐ บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ สืบราคาจากท้องตลาด ๓ ราย ดังนี้

๕.๑.๑ บริษัท สุวรรณ เมติคอล ซัพพลาย จำกัด

๕.๑.๒ บริษัท นิว นอมอล เมติคอล จำกัด

๕.๑.๓ บริษัท เอทีเค เมติกา จำกัด

๕.๒ ราคาที่เคยซื้อหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

๕.๒.๑ ใบสั่งซื้อเลขที่ PO-๑๖๘๑๐๐๔๓๗ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑ นายกฤษศักดิ์ จิตวัฒนกุล ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ

๖.๒ นางสมาลี ธรรมะ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ

๖.๓ นางมนต์เทียน นิธิธนกุล ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑.๕ ๑๖ HOLE REG Straight และ ๑.๕x๔-๗ X-DR HT SCREW

(ชุดแผ่นโลหะตามกระดูกใบหน้าขนาด ๑.๕ มิลลิเมตร และสกรูยึดกระดูกบริเวณใบหน้า
ขนาด ๑.๕ มิลลิเมตร)

๑. ความเป็นมา

งานบริการห้องผ่าตัด ให้บริการผ่าตัดทั้งในและนอกเวลาราชการ ไม่จำกัดอายุ เพศ เชื้อชาติและศาสนา จึงจำเป็นต้องมีวัสดุการแพทย์ ที่สามารถให้บริการผ่าตัดทุกกลุ่มโรค ทุกหัตถการ ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง ปลอดภัยและทันเวลา เพื่อความปลอดภัยของผู้รับการผ่าตัด ร่วมกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานห้องผ่าตัด

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เป็นโลหะตามกระดูกและสกรูยึดกระดูก (Mini Plate, Mini Screw) ใช้สำหรับผ่าตัดยึดตรึงแก้ไขความผิดปกติของกระดูกบริเวณใบหน้าและกราม

๓. คุณลักษณะเฉพาะ

ทำมาจากโลหะปลอดสนิมชนิดไททาเนียม (Titanium) ประกอบด้วย

๓.๑ แผ่นโลหะสำหรับตามกระดูกแบบตรงขนาด ๑.๕ มิลลิเมตร จำนวน ๑๖ รู และมีความหนาขนาด ๐.๖ มิลลิเมตร

๓.๒ สกรูสำหรับยึดแผ่นโลหะตามกระดูก ขนาด ๑.๕ มิลลิเมตร แบบ HT X-DRIVE SELF DRILL มีขนาดความยาวขนาด ๔, ๕, ๖, ๗ มิลลิเมตร

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๑ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากทวีปยุโรป อเมริกา หรือเอเชีย

๔.๒ ได้รับใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๔.๓ มีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย

๔.๔ เมื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์แล้ว หากมีความจำเป็น บริษัทต้องยินยอมให้แลกเปลี่ยนวัสดุที่มีขนาดต่างกัน แต่มีราคาเดียวกัน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายกฤษศักดิ์ จิตวัฒนกุล)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสุมาลี ธรรมะ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางมนต์เทียน นิธิธนกุล)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Straight Plate, ๓๐ Hole, ๑.๕-๑.๗ HT SD X-DR ๔-๗ mm. SCR
วัสดุตามกระดูกและใบหน้าขนาดเล็ก (TITANIUM MAXILLO FACIAL)

๑. ความเป็นมา

งานบริการห้องผ่าตัด ให้บริการผ่าตัดทั้งในและนอกเวลาราชการ ไม่จำกัดอายุ เพศ เชื้อชาติและศาสนา จึงจำเป็นต้องมีวัสดุการแพทย์ ที่สามารถให้บริการผ่าตัดทุกกลุ่มโรค ทุกหัตถการ ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง ปลอดภัยและทันเวลา เพื่อความปลอดภัยของผู้รับการผ่าตัด ร่วมกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานห้องผ่าตัด

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้ในการตามกระดูกและใบหน้า

๓. คุณลักษณะเฉพาะ

ทำจากวัสดุไททาเนียม สามารถนำไปนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยแรงดันไอน้ำ (Autoclave) ได้โดยไม่ทำให้เสื่อมคุณภาพ ประกอบด้วย

๓.๑ แผ่นโลหะตามกระดูกชนิดตรง หน้า ๐.๖ มิลลิเมตร ขนาด ๓๐ รู

๓.๒ สกรูยึดแผ่นโลหะตามกระดูก ขนาดประมาณ ๑.๗x๔ มิลลิเมตร

๓.๓ สกรูยึดแผ่นโลหะตามกระดูก ขนาดประมาณ ๑.๗x๕ มิลลิเมตร

๓.๔ สกรูยึดแผ่นโลหะตามกระดูก ขนาดประมาณ ๑.๗x๖ มิลลิเมตร

๓.๕ สกรูยึดแผ่นโลหะตามกระดูก ขนาดประมาณ ๑.๗x๗ มิลลิเมตร

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๑ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากทวีปยุโรป อเมริกา หรือเอเชีย

๔.๒ ได้รับใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๔.๓ ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO ๑๓๔๘๕ : ๒๐๑๖

๔.๔ มีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย

๔.๕ คุณสมบัติที่บริษัทนำมาเสนอต้องตรงกับแคตตาล็อก

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายกฤษศักดิ์ จิตวัฒนกุล)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสมาลี ธรรมะ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางมนต์เทียน นิธิธนกุล)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Mini Bone Plate Straight ๑๖ Holes Regular และ Mini Bone Screw ๒.๐x ๕-๑๑ mm.

(แผ่นตามกระดูกและสกรูยึดกระดูกใบหน้าและขากรรไกร)

๑. ความเป็นมา

งานบริการห้องผ่าตัด ให้บริการผ่าตัดทั้งในและนอกเวลาราชการ ไม่จำกัดอายุ เพศ เชื้อชาติและศาสนาจึงจำเป็นต้องมีวัสดุการแพทย์ ที่สามารถให้บริการผ่าตัดทุกกลุ่มโรค ทุกหัตถการ ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง ปลอดภัยและทันเวลา เพื่อความปลอดภัยของผู้รับการผ่าตัด ร่วมกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานห้องผ่าตัด

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน

แผ่นโลหะไททาเนียมสกรูสำหรับใช้ตามกระดูกใบหน้าและขากรรไกร สามารถใช้ร่วมกับสกรูยึดกระดูกขนาดต่างๆ เพื่อใช้ในการรักษาการแตกหักของกระดูกในส่วนต่างๆ บนใบหน้า และยังสามารถแก้ไขความผิดปกติของกระดูกใบหน้า ขากรรไกรและกะโหลกศีรษะ

๓. คุณลักษณะเฉพาะ

๓.๑ สกรูสำหรับยึดกระดูก ผลิตจากวัสดุ Titanium Material in conformity with ASTM F๖

๓.๒ แผ่นโลหะตามกระดูกใบหน้าและขากรรไกร ผลิตจากวัสดุ Titanium Alloy in conformity with ASTM F๑๓๖ สามารถอยู่ในร่างกายของผู้ป่วยได้โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือผลข้างเคียงใดๆ ประกอบด้วย

- แผ่นโลหะตามกระดูกใบหน้าและขากรรไกร ขนาด ๑๖ รู มีความหนา ๑.๐ มิลลิเมตร
- สกรู สำหรับใช้ยึดกระดูกใบหน้าและขากรรไกร มีขนาด ๒.๐x๕ มิลลิเมตร
- สกรู สำหรับใช้ยึดกระดูกใบหน้าและขากรรไกร มีขนาด ๒.๐x๗ มิลลิเมตร
- สกรู สำหรับใช้ยึดกระดูกใบหน้าและขากรรไกร มีขนาด ๒.๐x๙ มิลลิเมตร
- สกรู สำหรับใช้ยึดกระดูกใบหน้าและขากรรไกร มีขนาด ๒.๐x๑๑ มิลลิเมตร

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๑ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากทวีปยุโรป อเมริกา หรือเอเชีย

๔.๒ ได้รับใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๔.๓ ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO ๑๓๘๔๕-๒๐๑๖ หรือ CE Mark หรือ FDA

๔.๔ มีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย

๔.๕ คุณสมบัติที่บริษัทนำมาเสนอต้องตรงกับแคตตาล็อก

๔.๖ เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานหรือสาธิตมาก่อน

๔.๗ สามารถใช้งานได้กับชุดเครื่องมือผ่าตัดตามกระดูกใบหน้าและขากรรไกรที่โรงพยาบาลมีอยู่

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายกীরศักดิ์ จิตวัฒนกุล)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสุมาลี ธรรมะ)

ลงชื่อ.....กรรมการ