

คุณลักษณะเฉพาะ
ขอบล้นหัวใจเทียมตำแหน่งไตรคัสปิด

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นขอบล้นหัวใจเทียม ใช้สำหรับการผ่าตัดซ่อมขอบล้นหัวใจตำแหน่งไตรคัสปิด

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ทำมาจากวัสดุโลหะไทเทเนียม หุ้มด้วยซิลิโคนด้านในและด้านนอกหุ้มด้วยโพลีเอสเตอร์
๒. บริเวณขอบล้นหัวใจเทียมมีจุดบอกตำแหน่ง ๓ จุด
๓. ขอบล้นได้ถูกออกแบบมาเป็นแบบสามมิติ เพื่อให้แนบตามลักษณะกายภาพของล้นหัวใจของผู้ป่วย และเป็นแบบไม่เต็มวง(Incomplete Ring) เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนการนำไฟฟ้าของหัวใจ
๔. ขอบล้นหัวใจเทียมมีความหนา (profile) เพียง ๓.๓ มิลลิเมตร
๕. มีขนาดต่างๆให้เลือกได้ตามความเหมาะสมสำหรับคนไข้มีขนาด ดังนี้
๒๖ มม , ๒๘ มม , ๓๐ มม, ๓๒ มม, ๓๔ มม, และ ๓๖ มม.
๖. บรรจุอยู่ในภาชนะที่ปลอดเชื้อโรคผ่านการฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วสามารถเปิดออกใช้งานได้ทันที

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากทวีปยุโรป หรือ อเมริกา หรือไทย
๒. มีหนังสือรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา
๓. มีหนังสือรับรองการเป็นผู้แทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย
๔. สามารถแลกเปลี่ยนขนาดได้

ผู้กำหนดคุณลักษณะ.....

(นางมนต์เขียน นิธิธกุล)

ผู้รับรองคุณลักษณะ.....

(นายดำริ เสรษฐจินดา)

ผู้รับรองคุณลักษณะ.....

(นายพนัย นีรันดร์รุ่งเรือง)