

## คุณลักษณะเฉพาะ Non Sterile Isolation Gown

### โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

#### ๑. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นเสื้อคลุมพลาสติก Non Sterile disposable แบบครึ่งตัว เปิดด้านหลัง ปิดด้านหน้า เพื่อใช้ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากผู้ป่วยสู่บุคลากรทางการแพทย์ และจากบุคลากรทางการแพทย์สู่ผู้ป่วย

#### ๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๒.๑ ผลิตภัณฑ์ผลิตจากCPE (Chlorinated Polyethylene) ซึ่งเป็นพลาสติกสังเคราะห์ น้ำหนักเบา ระบายอากาศได้ดี มีความเหนียว และยืดหยุ่นสูง จากโครงสร้าง สามารถป้องกันเชื้อโรค ความสกปรก เลือดและสารคัดหลั่ง ตลอดจนน้ำ รวมไปถึงยาเคมีบำบัดได้ และไม่เป็นสื่อนำไฟฟ้า

๒.๒ น้ำหนักไม่น้อยกว่า ๓๒ grams

๒.๓ ตัวเสื้อสวมเข้าทางศีรษะ ช่องสวมกว้างไม่น้อยกว่า ๒๖ เซนติเมตร

๒.๔ บริเวณช่องสวม และปิดด้านหลังมีรอยบาก ทำให้สามารถกระตุกเพื่อให้เสื้อฉีกขาดหลังการใช้งานได้โดยทำให้ลดการปนเปื้อนเชื้อสู่บุคลากรทางการแพทย์ภายหลังการใช้งาน

๒.๕ มีความยาวคลุมเข่า ความยาวตัวไม่น้อยกว่า ๑๑๐ เซนติเมตร เพื่อความสะดวกในการใช้งาน ด้านหลังเปิด สายยาวพิเศษ ไม่น้อยกว่า ๗๐ เซนติเมตร สามารถอ้อมเอวมาผูกด้านหน้าได้เพื่อลดการปนเปื้อนหลังใช้งาน

๒.๖ ส่วนแขนมีลักษณะสวมนิ้วโป้งของบุคลากรทางการแพทย์ และมีการออกแบบที่พอดีกับข้อมือ เมื่อสวมถุงมือสามารถปิดทับได้เลย โดยที่น้ำไม่เข้าขณะทำหัตถการ

๒.๗ ส่วนท้องแขนทำให้ติดกันด้วยความร้อน ไม่มีรูเข็มที่เชื้อโรคหรือน้ำสามารถเข้าไปสู่บุคลากรทางการแพทย์ได้

๒.๘ บรรจุในถุงลีนซึ่งเป็นของพลาสติกใสและสะอาด เพื่อป้องกันการล่อของผลิตภัณฑ์เมื่อหยิบใช้ และสามารถเห็นลักษณะของผลิตภัณฑ์ก่อนใช้งาน

๒.๙ ผลิตภัณฑ์ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานเสื้อกาวน์ทางการแพทย์ ANSI/AAMI ๗๐:๒๐๑๒ "Liquid Barrier Performance And Classification of Protective Apparel And Drapes In Health Care Facilities โดยมีเอกสารมาแสดงหลักฐานผ่านการทดสอบและรับรองคุณภาพ

๒.๑๐ ผลิตภัณฑ์ได้รับหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ สำนักคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข

๒.๑๑ ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานการรับรองคุณภาพการผลิตเครื่องมือแพทย์ทั้งระบบการผลิตตามมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ โดยหน่วยงานรับรองมาตรฐานสากล และมีการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยสาขาในประเทศไทย(Certified True Copy)

๒.๑๒ หากเป็นสินค้าที่ไม่เคยจำหน่ายให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จะต้องผ่านการประเมินคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้งานไม่น้อยกว่า ๘๐%

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพัชร ฮอหรินทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุมาลี ธรรมะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวจุฑาธิ์ ไชยมงคล)