


เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติชนิดห้องเดียว
(Implantable Cardioverter – Defibrillator)

คุณลักษณะเฉพาะ

1. สามารถต่อกับสายลีดที่มีขั้วต่อ DF-4
2. มีขนาดประมาณ 5.37 x 7.36 x 0.99 เซนติเมตร
3. มีน้ำหนักประมาณ 68.9 กรัม และมีปริมาตรประมาณ 29.5 ลูกบาศก์เซนติเมตร
4. สามารถปรับ Zone ในการตรวจจับและรักษาได้ 3 Zones (VT-1, VT, and VF Zone) และปรับการรักษาได้ทั้งการใช้ Antitachycardia Pacing (ATP) และ การ Shock
5. สามารถปรับ Shock lead vector ได้ 6 แบบคือ RV Coil to RA Coil and Can, RV Coil to Can, RV Coil to RA Coil, RA Coil and Can to RV Coil, Can to RV Coil, และ RA Coil to RV Coil
6. สามารถปรับพลังงานในการ Shock ตั้งแต่ 0.1-41 Joules มีฟังก์ชันในการตรวจจับชนิดของการเต้นผิด จังหวะ (Arrhythmias) โดยใช้ AcuShock, Onset, Stability และ Rhythm ID ร่วมกับ Sustained Rate Duration (SRD)
7. สามารถโปรแกรม 1-2 ชุด ของ Antitachycardia Pacing (ATP) ใน VT Zone.
8. มีระบบ Redetection หลังจากที่เราเครื่องส่งพลังงานในการรักษา
9. มีระบบ Electrophysiology Testing
10. สามารถเก็บ Intracardiac Electrogram ได้ เมื่อเกิด Arrhythmias เช่น VT และ VF ทั้งก่อนและหลังการรักษาพร้อมทั้งรายละเอียดที่เกิดขึ้น เช่น วันเวลา, ระยะเวลาที่เกิด เป็นต้น
11. สามารถบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับภาวะหัวใจล้มเหลว Activity Level, Respiratory Rate, AP Scan, Heart Rate, SDANN, HRV Footprint, Thoracic Impedance, Night Heart Rate, Sleep Incline.
12. มีระบบ Post-Shock Brady Pacing แยกกับ Normal Brady Pacing
13. สามารถปรับให้เครื่องทำงานใน mode ต่างๆ ของ Brady Pacing ได้ไม่น้อยกว่าดังนี้ VDD(R), VVI(R), AAI(R) และ OFF
14. สามารถปรับอัตราการเต้นได้ตั้งแต่ 30-185 bpm
15. สามารถปรับความกว้างของพัลส์ (Pulse width) ได้ตั้งแต่ 0.1-2.0 ms
16. สามารถปรับความสูงของพัลส์ (Pulse amplitude) ได้ตั้งแต่ 0.1-7.5 Volts และแบบอัตโนมัติ
17. สามารถปรับค่า Rate responsive ได้ โดยใช้ Accelerometer sensor
18. มีฟังก์ชัน Ventricular Rate Regulation
19. สามารถ ATP ได้ในทุก Zone
20. สามารถปรับ Sensitivity โดยปรับ AGC, Dynamic Noise Algorithm (DNA) ได้
21. สามารถผ่านเครื่อง MRI ที่ความเข้ม 1.5 เทสลาได้ทั้งร่างกาย โดยไม่จำกัดระยะเวลาในการเข้า Scan



(แพทย์หญิงจุฑา ดาว สหทัศน์)




(นางสาวอุมพร ขานหัวโทน)



(นางจำเนียร พัฒนจักร)

ข้อกำหนดอื่นๆ

1. เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน
2. เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีหนังสือรับรองคุณภาพในด้านการผลิต และความปลอดภัยในการใช้งานได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล
3. มีเอกสารรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่าย
4. มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเมื่อมีความต้องการตรวจสอบและใส่เครื่องในพื้นที่ในภาวะเร่งด่วน
5. สินค้าที่ส่งมอบให้กับศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ แล้วนั้น หากหมดอายุสามารถแลกเปลี่ยนสินค้าได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม



(แพทย์หญิงดุจดาว สหัทธิน)



(นางสาวอุมาพร ขานหัวโทน)



(นางจำเนียร พัฒนจักร)