

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

หลอดเก็บเสมหะ

1. คุณสมบัติทั่วไป

เป็นภาชนะหลอดพลาสติกปราศจากเชื้อพร้อมสายยางดูดเสมหะ

2. คุณลักษณะเฉพาะ

2.1 หลอดพลาสติกสำหรับใส่เสมหะ

2.1.1 เป็นหลอดพลาสติก ลักษณะใส สามารถมองเห็นเสมหะภายในได้ ขนาดบรรจุ 25 มิลลิลิตร

2.1.2 มีฝาเกลียวปิดสนิททั้งด้านบนและล่าง

2.1.3 มีขีดบอกปริมาตรของเสมหะ เริ่มตั้งแต่ 5 มิลลิลิตร ไปจนถึง 25 มิลลิลิตร

2.2 สายดูดเสมหะและข้อต่อควบคุมการดูดเสมหะ

2.2.1 สายดูดเสมหะและข้อต่อควบคุม ใช้ต่อกับเครื่องดูดเสมหะ ความยาวสายไม่น้อยกว่า 35 เซนติเมตร

2.2.2 สายดูดเสมหะ ความยาวสายไม่น้อยกว่า 45 เซนติเมตร

2.2.3 สายดูดเสมหะมีลักษณะโปร่งแสง สามารถมองเห็นเสมหะภายในสายได้ ผิวภายนอกเรียบ สม่ำเสมอ

2.2.4 ปลาสายดูดเสมหะมีรูเปิดอย่างน้อย 1 รู สำหรับใช้ดูดเสมหะ และมีรูด้านข้าง เพื่อช่วยระบาย เสมหะ และป้องกันการอุดตันของเสมหะภายในสาย

2.3 ผลิตภัณฑ์บรรจุ 1 ชิ้น ต่อ 1 ซอง เพื่อป้องกันการปนเปื้อนขณะหยิบใช้งาน

2.4 ผลิตภัณฑ์บรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ทนทานต่อการเจาะขาด เพื่อรักษาความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

3. เงื่อนไขเฉพาะ


3.1 เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และมีอายุการใช้งานในวันส่งมอบไม่น้อยกว่า 2 ปี

3.2 มีการระบุวันผลิต วันหมดอายุ และ Lot Number ที่ชัดเจน ไว้ที่บรรจุภัณฑ์ หรือที่ตัวผลิตภัณฑ์

3.3 ผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองการจดแจ้งผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา หรือมาตรฐาน มอก. อย่างใดอย่างหนึ่ง

3.4 ผลิตภัณฑ์ผ่านกรรมวิธีทำให้สะอาดปราศจากเชื้อ โดยต้องมีเอกสารรับรองการทดสอบความ ปราศจากเชื้อจากห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง มาตรฐาน ISO

3.5 สามารถแลกเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับการใช้งาน ในกรณีสินค้าใกล้หมดอายุ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายพิชัยสิริ นวลมณี)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายศักรนันท์ คารอริย์ธัช)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวภัสกรณ วรธงไชย)