

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ อุปกรณ์คลิบห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหาร จำนวน 4,500 EA
สำหรับปีงบประมาณ 2568 (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์)

1. รายการวัสดุและจำนวน

อุปกรณ์คลิบห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหาร จำนวน 4,500 EA

2. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ลักษณะปลายเปิดปิดได้ มีขนาดเล็ก ใช้สำหรับปิดปากแผล และห้ามเลือดในหัตถการส่องกล้องตรวจระบบทางเดินอาหาร

3. คุณสมบัติเฉพาะ

3.1 เป็นชนิดที่ออกแบบให้พร้อมใช้งาน โดยไม่ต้องประกอบด้ามคลิปกับลูกคลิป ทำให้สะดวกและรวดเร็วในการใช้งาน

3.2 ส่วนปลายลูกคลิป สามารถหมุนได้ 360 องศา โดยหมุนได้ ทั้ง 2 ทิศทาง ทั้งไปทางซ้ายหรือขวา ตามที่ผู้ใช้งานต้องการ และสามารถบังคับเปิด และปิดได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

3.3 ลูกคลิบห้ามเลือดมีมุมมองแบบ 135 องศา และภายในลูกคลิบชิ้นเดียวกันสามารถทำให้ปากเปิดกว้างได้ ขนาดไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร

3.4 ส่วนของลูกคลิบห้ามเลือดหลังจากยิงปิดแล้ว มีความยาวไม่มากกว่า 12.5 มิลลิเมตร เพื่อประโยชน์ในการยิงลูกคลิบห้ามเลือดในพื้นที่แคบ

3.5 ลูกคลิบห้ามเลือดทำจากวัสดุที่สามารถใช้งานร่วมกับการตรวจด้วย MRI ได้

3.6 สายนำส่งลูกคลิบห้ามเลือดสามารถใช้ได้กับกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหาร และกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ของโรงพยาบาลได้

3.7 สายมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่มากกว่า 2.6 มิลลิเมตร มีความยาวไม่น้อยกว่า 2,300 มิลลิเมตร

3.8 ตัวสายนำส่ง (Sheath) ไม่รวมด้ามจับทำจากวัสดุปลอดสนิมมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าตลอดความยาวของสายนำส่ง เพื่อความมั่นคง และแข็งแรง ป้องกันการลื่นหรือหลุดออกจากรั้วมือในเวลาจับสายนำส่ง (Sheath)


3.9 บรรจุอยู่ในซองปราศจากเชื้อโรคมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี

3.10 มีใบรับจดแจ้ง หรือใบแจ้งรายละเอียด เพื่อแสดงว่าได้รับอนุญาตให้นำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

ลงชื่อ.....

(นายวิศรุต มานะศิริสุข)

เป็นประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวไชยภัก โอนไธสง)

เป็นกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางจิตราดร์น พรศรีเมตต์)

เป็นกรรมการ

4. เงื่อนไขอื่น ๆ

4.1 ได้รับอนุญาตนำเข้าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โดยต้องแสดงเอกสารไปพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ

4.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพ จาก CE Mark หรือมาตรฐานเทียบเท่า โดยต้องแสดงเอกสารไปพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ

4.3 โรงงานผลิตได้มาตรฐาน ISO13485 โดยต้องแสดงเอกสารไปพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ

4.4 ผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำมาให้ทดลองใช้งาน และผ่านการประเมินซึ่งอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดีขึ้นไปจากทาง หน่วยผ่าตัด 4 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นที่เรียบร้อย โดยต้องแสดงเอกสารไปพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ

5. เงื่อนไขการเสนอราคา

5.1 คณะแพทยศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาวัสดุที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการก่อนการจัดซื้อและอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี

5.2 ผู้เสนอราคาต้องส่งตัวอย่างพัสดุที่เสนอ จำนวน 1 ชุด นับถัดจากวันที่ได้ยื่นเสนอราคา

5.3 กำหนดส่งมอบ 365 วัน ทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ

5.3.1 เมื่อครบกำหนดส่งมอบสินค้าตามที่กำหนดในแต่ละงวดแล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนได้ และผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าปรับตามเงื่อนไขสัญญา

5.3.2 หากผู้ขายส่งมอบสิ่งของก่อนถึงระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละงวด ผู้ซื้อขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหากเกิดความเสียหายใด ๆ แก่สิ่งของดังกล่าว ยกเว้นกรณีที่ผู้ขายได้รับแจ้งจากผู้ซื้อให้ส่งก่อนระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละงวด

5.3.3 หากสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบ ไม่มีคุณภาพและผู้ขายไม่สามารถแก้ไขได้ หรือหากสิ่งของนั้นล้มสต็อกผู้ซื้อขอสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกการส่งมอบบางงวด หรือทั้งหมด หรือให้ชะลอการส่งมอบบางงวดนั้น โดยผู้ซื้อจะแจ้งให้ผู้ขายทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน

6. เกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือก คือ เกณฑ์ราคา

7. วิธีจัดซื้อ : วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ลงชื่อ.....

(นายวิศรุต มานะศิริสุข)

เป็นประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวไข่มุก โอนไธสง)

เป็นกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางธิดารัตน์ พรศรีเมตตา)

เป็นกรรมการ