

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุการแพทย์
รายการ Urine meter ของโรงพยาบาลมหาราชานครราชสีมา

๑. ความต้องการ

Urine meter ๒๐๐๐ มล. (กระบอกตวงปัสสาวะ)

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับวัดตวงปริมาณปัสสาวะ และควบคุมการกระจายของเชื้อโรค

๓. คุณลักษณะเฉพาะ

๓.๑ กระบอกตวงปัสสาวะเป็นชนิด Top-Mount System

๓.๒ กระบอกตวงปัสสาวะทำจาก PVC medical grade

๓.๓ มี Universal port สามารถเชื่อมต่อกับ Cath Foley ได้ทุกยี่ห้อ

๓.๔ มี Sample Port สามารถเก็บปัสสาวะโดยไม่ต้องใช้เข็มแทงสาย มีลักษณะพอดีกับขนาดของ Syringe ลดโอกาสเกิดการรั่วซึม มีลักษณะใสมองเห็นปัสสาวะได้ชัดเจน

๓.๕ สายต่อทำจาก PVC Medical grade ชนิดนิ่มพิเศษ มีความยาวสายไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ซม.

๓.๖ มี Anti-Kink Spiral บริเวณข้อต่อระหว่างท่อกับกระบอกตวง ป้องกันการหักพังของท่อสามารถเคลื่อนไปได้ตลอดความยาวสาย

๓.๗ มี Valve เปิด-ปิดด้านบนเพื่อเทปัสสาวะจากกระบอกตวงลงสู่ถุงบรรจุปัสสาวะ

๓.๘ มี Non-Return Valve เพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับของปัสสาวะ

๓.๙ มี Filter (Bacteria-proof hydrophobic air vents) สามารถป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค จำนวน ๒ ตำแหน่ง บริเวณกระบอกตวงปัสสาวะและบริเวณถุงบรรจุปัสสาวะ

๓.๑๐ กระบอกตวงสามารถบอกปริมาณได้ละเอียดแม่นยำ ตั้งแต่ ๑ มล. จนถึง ๕๐๐ มล.

๓.๑๑ ถุงบรรจุปัสสาวะมีปริมาณ ๒,๐๐๐ มล.

๓.๑๒ ตัวอักษรบอกปริมาณชัดเจน ง่ายต่อการมองเห็น

๓.๑๓ กระบอกตวงและถุงบรรจุปัสสาวะถูกออกแบบให้กะทัดรัด (Compact Design) ป้องกันไม่ให้สัมผัสถึงพื้น

๓.๑๔ ถุงบรรจุปัสสาวะสามารถเทออกด้านล่างผ่านทาง Bottom Outlet โดยมีระบบป้องกันการติดเชื้อ

๓.๑๕ มีที่ยึดกระบอกกับขอบเตียง ๓ แบบ ตะขอแขวน, เชือกแขวน, และ Handy fixing strap เพื่อให้กระบอกอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม

๓.๑๖ ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี ๖ เดือน นับแต่วันส่งมอบ

๒. บรรจุภัณฑ์ต้องระบุวันที่/Lot. การผลิต/วันหมดอายุ กรณีพบว่าสินค้า Lot. ใดมีปัญหา ผู้ขายต้องรับแลกเปลี่ยนทั้ง Lot. โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งปัญหา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ จิตวัฒนกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวประจักษ์ตร วัฒนพานิช)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวดุจดุจดี ไชยมงคล)