

คุณลักษณะเฉพาะ

วัสดุเย็บแผลไหม้ที่ทำมาจากเส้นใยของไหมจากธรรมชาติ

ความเป็นมา

งานบริการห้องผ่าตัดให้บริการผ่าตัดทั้งในและนอกเวลาราชการ ไม่จำกัดอายุ เพศ เชื้อชาติ และศาสนา จึงจำเป็นต้องมีวัสดุการแพทย์ที่สามารถให้บริการผ่าตัดทุกกลุ่มโรค ทุกหัตถการ ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง ปลอดภัยและทันเวลา เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการผ่าตัดร่วมกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานห้องผ่าตัด

วัตถุประสงค์

เป็นไหมที่ใช้เย็บหรือผูกเส้นเลือด เย็บเส้นเลือด ชนิดไม่ละลาย

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นวัสดุเย็บแผล(Suture Material) ชนิดไม่ละลายที่ทำมาจากเส้นใยของไหมจากธรรมชาติใช้ในการเย็บTissue ทั่วไป การผูกหลอดเลือดรวมถึงการใช้ใน Ophthalmic surgery และใช้ในการผ่าตัดเนื้อเยื่อทางระบบหัวใจและหลอดเลือด(Cardiovascular surgery)และระบบประสาทและสมอง(Neurological surgery)

คุณลักษณะเฉพาะ


๑. ทำจากเส้นใยไหมธรรมชาติย้อมด้วยสีดำธรรมชาติจากพืช ลักษณะเป็นเส้นเรียบไม่มีรูพรุน
๒. เส้นไหมเคลือบด้วยWax หรือ Silicone เพื่อทำให้เส้นไหมนุ่มลื่น และป้องกันการซึมผ่านของเหลว
๓. ชนิดไม่ติดเข็ม มีความยาวเส้นไม่น้อยกว่า ๖๐เซนติเมตรและบรรจุในซองๆละไม่น้อยกว่า ๑๐ เส้น
๔. ชนิดติดเข็มมีลักษณะของเข็มแบบ easy-slide ทำจาก Stainless Steel ๓๐๐ มีการเคลือบเข็มด้วย Silicone เพื่อให้ลื่นขณะที่เข็มผ่านบริเวณเนื้อเยื่อ
๕. มีขนาดเข็มและเส้นไหมได้มาตรฐานดังนี้
 - ๕.๑ NO. ๓/๐ round ๒๖ mm
 - ๕.๒ NO. ๒/๐ เข็มราวด์ขนาด๒๖มม.
๖. บรรจุภัณฑ์ระบุวันที่หมดอายุบนซองและบนกล่องชัดเจน
๗. ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อพร้อมใช้งาน
๘. มีคุณภาพได้มาตรฐานที่กำหนดไว้ใน USP และ EP

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. กำหนดวันหมดอายุในขณะรับ-ส่งไม่ต่ำกว่า ๓ ปี
๒. บรรจุในซอง๒ชั้นสามารถมองเห็นภายในแต่ละซองที่บรรจุซองชั้นในระบุขนาด ความยาวลักษณะ
เข็มLot Number, วันหมดอายุไว้ด้วย
๓. ผ่านการรับรองมาตรฐานจากคณะกรรมการอาหารและยา
๔. มีใบรับรองคุณภาพมาตรฐานจากทวีปยุโรป อเมริกา หรือ เอเชีย
๕. มีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย
๖. หากสินค้ามีปัญหาต้องเปลี่ยนให้ใหม่ทันที


.....ประธานกรรมการ
(นายธนา เอกวงศ์วิริยะ)


.....กรรมการ
(นายกีรศักดิ์ จิตวัฒนกุล)


.....กรรมการ
(นางสุมาลี ธรรมะ)

คุณลักษณะเฉพาะ
ไหมเย็บใยสังเคราะห์ชนิดเส้นเดี่ยวโพลีเอไมด์(Polyamide)

ความเป็นมา

งานบริการห้องผ่าตัดให้บริการผ่าตัดทั้งในและนอกเวลาราชการ ไม่จำกัดอายุ เพศ เชื้อชาติ และศาสนา จึงจำเป็นต้องมีวัสดุการแพทย์ที่สามารถให้บริการผ่าตัดทุกกลุ่มโรค ทุกหัตถการ ได้อย่างเหมาะสมถูกต้องปลอดภัยและทันเวลา เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการผ่าตัดร่วมกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานห้องผ่าตัด

วัตถุประสงค์

เป็นวัสดุใช้ในการเย็บบาดแผล หรือตามวัตถุประสงค์ของศัลยแพทย์

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. เป็นไหมเย็บที่สังเคราะห์จาก Polyamide-๖&๖๖
๒. เป็นไหมเย็บชนิดเส้นเดี่ยว(Monofilament)ไม่ละลาย (Non-Absorbable)
๓. ลักษณะของเข็มแบบ easy-slide ทำจาก Stainless Steel ๓๐๐ คุณภาพดี มีการเคลือบเข็มด้วย Silicone เพื่อให้ลื่นขณะที่เข็มผ่านบริเวณเนื้อเยื่อ
๔. มีขนาดเข็มและเส้นไหมได้มาตรฐานดังนี้
 - ๔.๑ NO. ๒/๐ เข็มcutting ๓๙mm.
 - ๔.๒ NO. ๓/๐ เข็มcutting ๒๔mm.
 - ๔.๓ NO. ๓/๐ เข็มcutting ๓๙mm.
 - ๔.๔ NO. ๔/๐ เข็มcutting ๑๙mm.
 - ๔.๕ NO. ๕/๐ เข็มcutting ๑๖mm.
 - ๔.๖ NO. ๖/๐ เข็มcutting ๑๒mm.
๕. บรรจุภัณฑ์ระบุวันที่หมดอายุบนซองและบนกล่องชัดเจน
๖. ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีการฉายรังสี (Gamma radiation)


เงื่อนไขเฉพาะ

๑. กำหนดวันหมดอายุในขณะรับ-ส่งไม่ต่ำกว่า ๓ปี
๒. บรรจุในซอง ๒ ชั้น ซองชั้นนอกเป็นพลาสติกใสด้านหนึ่ง และเป็นกระดาษขาวทึบด้านหนึ่ง ซองชั้นในเป็นอลูมิเนียม สามารถป้องกันความชื้นและอากาศเข้าได้ ระบุวันที่ผลิต และวันหมดอายุไว้ทุกซองและบนกล่องบรรจุภัณฑ์
๓. หากสินค้ามีปัญหาต้องเปลี่ยนสินค้าให้ทันที

๔. ได้รับใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๕. มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนดไว้ใน USP หรือ EP
๖. มีใบรับรองการเป็นผู้แทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย


.....ประธานกรรมการ
(นายธนา เอกวงศ์วิริยะ)


.....กรรมการ
(นายกิร์ศักดิ์ จิตวัฒนกุล)


.....กรรมการ
(นางสุมาลี ธรรมะ)