

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : วัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๘

เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

รายการที่ ๑ Medium Clips จำนวน ๘๐ กล่อง ราคากล่องละ ๕,๐๐๐.๐๐ บาท

รายการที่ ๒ Small Clips จำนวน ๑๒๐ กล่อง ราคากล่องละ ๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ สืบราคาจากท้องตลาด ๓ ราย ดังนี้

๕.๑.๑ บริษัท ชัมมิท เฮลท์แคร์ จำกัด

๕.๑.๒ บริษัท เวิลด์ เฟรนด์ลี้ เฮลท์แคร์ จำกัด

๕.๑.๓ บริษัท เอ็มไพร์ เมดิคอล จำกัด

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑ นายกฤษศักดิ์ จิตวัฒนกุล

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

ประธานกรรมการ

๖.๒ นางสุมาลี ธรรมะ

พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ

กรรมการ

๖.๓ นางมนต์เทียน นิธิธนกุล

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Medium Clips

๑. ความเป็นมา

งานบริการห้องผ่าตัด ให้บริการผ่าตัดทั้งในและนอกเวลาราชการ ไม่จำกัดอายุ เพศ เชื้อชาติและศาสนา จึงจำเป็นต้องมีวัสดุการแพทย์ ที่สามารถให้บริการผ่าตัดทุกกลุ่มโรค ทุกหัตถการ ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง ปลอดภัยและทันเวลา เพื่อความปลอดภัยของผู้รับการผ่าตัด ร่วมกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานห้องผ่าตัด

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้สำหรับหนีบเส้นเลือด ท่อถุงน้ำดีและอวัยวะอื่นๆในการผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมระบบทางเดินอาหาร ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ สูติ-นรีเวชกรรม หรือการผ่าตัดช่องทรวงอกแบบเปิด

๓. คุณลักษณะเฉพาะ

- ๓.๑ ตัวคลิป (Clip) ผลิตจาก Titanium มีความแข็งแรง ไม่แตกหักเสียหายขณะใช้งาน
- ๓.๒ เป็นคลิปชนิดใช้ในร่างกายนได้ (Invasive) ไม่ทำให้เกิดการตอบสนองปฏิกิริยาต่อเนื้อเยื่อ (Bio-Logically Insert) และสามารถผ่าน CT scan และ MRI ได้ (Radiolucent and nonmagnetic For MRI)
- ๓.๓ คลิปมีรูปแบบ Chevron shape เพื่อประสิทธิภาพในการหนีบจับเส้นเลือด
- ๓.๔ เส้นลวดของไทเทเนียมมีรูปร่างเป็นสามเหลี่ยม (Triangular shape wire) ทำให้ยึดได้ดีกับร่องของด้ามที่ใช้หนีบ (Applier) ทำให้ไม่เลื่อนหลุดและหนีบกระชับ
- ๓.๕ คลิปขนาดกลาง (Medium Clips) บรรจุในตลับคลิปสีฟ้า โดยตลับคลิปมีขนาดเท่ากันทุกขนาด แตกต่างกันที่ตัวสีและขนาดของคลิป
- ๓.๖ ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีอบด้วยก๊าซเอทิลีนออกไซด์
- ๓.๗ บนบรรจุภัณฑ์ระบุรายละเอียด ชนิด, ขนาด, ครั้งที่ผลิต (Lot No.) และวันหมดอายุอย่างชัดเจน

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๔.๑ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากทวีปยุโรป อเมริกา หรือเอเชีย
- ๔.๒ ได้รับใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- ๔.๓ มีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย
- ๔.๔ คุณสมบัติที่บริษัทนำมาเสนอต้องตรงกับแคตตาล็อก
- ๔.๕ ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการผลิตของ ISO ๑๓๔๘๕ : ๒๐๑๖

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายกฤษศักดิ์ จิตวัฒนกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวมาลี ธรรมะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางมนต์เทียน นิธิธนกุล)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Small Clips

๑. ความเป็นมา

งานบริการห้องผ่าตัด ให้บริการผ่าตัดทั้งในและนอกเวลาราชการ ไม่จำกัดอายุ เพศ เชื้อชาติและศาสนา จึงจำเป็นต้องมีวัสดุการแพทย์ ที่สามารถให้บริการผ่าตัดทุกกลุ่มโรค ทุกหัตถการ ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง ปลอดภัยและทันเวลา เพื่อความปลอดภัยของผู้รับการผ่าตัด ร่วมกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานห้องผ่าตัด

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้สำหรับหนีบเส้นเลือด ท่อน้ำดีและอวัยวะอื่นๆในการผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมระบบทางเดินอาหาร ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ สูติ-นรีเวชกรรม หรือการผ่าตัดช่องทรวงอกแบบเปิด

๓. คุณลักษณะเฉพาะ

- ๓.๑ ตัวคลิป (Clip) ผลิตจาก Titanium มีความแข็งแรง ไม่แตกหักเสียหายขณะใช้งาน
- ๓.๒ เป็นคลิปชนิดใช้ในร่างกายได้ (Invasive) ไม่ทำให้เกิดการตอบสนองปฏิกิริยาต่อเนื้อเยื่อ (Biologically Insert) และสามารถผ่าน CT scan และ MRI ได้ (Radiolucent and nonmagnetic For MRI)
- ๓.๓ คลิปมีรูปแบบ Chevron shape เพื่อประสิทธิภาพในการหนีบจับเส้นเลือด
- ๓.๔ เส้นลวดของไทเทเนียมมีรูปร่างเป็นสามเหลี่ยม (Triangular shape wire) ทำให้ยึดได้ดีกับร่องของด้ามที่ใช้หนีบ (Applier) ทำให้ไม่เลื่อนหลุดและหนีบกระชับ
- ๓.๕ คลิปขนาดเล็ก (Small Clips) บรรจุในตลับคลิปสี่เหลี่ยม โดยตลับคลิปมีขนาดเท่ากันทุกขนาด แตกต่างกันที่ตัวสีและขนาดของคลิป
- ๓.๖ ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีอบด้วยก๊าซเอทิลีนออกไซด์
- ๓.๗ บนบรรจุภัณฑ์ระบุรายละเอียด ชนิด, ขนาด, ครั้งที่ผลิต (Lot No.) และวันหมดอายุอย่างชัดเจน

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๔.๑ เป็นผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากทวีปยุโรป อเมริกา หรือเอเชีย
- ๔.๒ ได้รับใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- ๔.๓ มีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย
- ๔.๔ คุณสมบัติที่บริษัทนำมาเสนอต้องตรงกับแคตตาล็อก
- ๔.๕ ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการผลิตของ ISO ๑๓๔๘๕ : ๒๐๑๖

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายกীরศักดิ์ จิตวัฒนกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวลลิตา ธรรมะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางมนต์เทียน นิธิชนกล)