

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รายการ Tube Extention ประกอบด้วย เบอร์ ๖, ๑๘, ๓๖
ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

คุณสมบัติ เป็นสายอเนกประสงค์ ใช้ต่อกับชุดให้สารน้ำทางหลอดเลือด ใช้ครั้งเดียวทิ้ง

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ทำจากพลาสติกใส ทำด้วย PVC medical grade ไม่มีสาร DEHP (Di-(๒-Ethylhexyl) phthalate) หรือสารอื่นๆ ที่ไม่มีพิษต่อร่างกาย
๒. ขนาดมาตรฐาน ตั้งแต่ ๖ นิ้ว ๑๘ นิ้ว ๓๖ นิ้ว
๓. สามารถต่อเข้ากับเข็มหรือ Set น้ำเกลือได้ทุกชนิดในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
๔. ขณะยังไม่ได้ใช้งาน มีท่อพลาสติกปลายปิดครอบปลายสายไว้ ๑ ด้าน ส่วนปลายอีกด้านมีฝาจุกเพื่อป้องกันการปนเปื้อนขณะเปิดใช้งาน
๕. มีข้อความระบุความจุและความยาวไว้ให้เห็นอย่างชัดเจนที่ช่องบรรจุภัณฑ์
๖. สินค้าผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๓๔๘๕
๗. ผลิตภัณฑ์บรรจุ ๑ ชิ้น ต่อ ๑ ช่อง บรรจุในซองใสสามารถมองเห็นผลิตภัณฑ์ได้ชัดเจน ถูกหลัก Sterile technique ผ่านการฆ่าเชื้อด้วย Ethylene oxide พร้อมระบุ Lot การผลิตและวันหมดอายุ
๘. ช่องบรรจุผลิตจากพลาสติกซึ่งมีความเหนียว ไม่ฉีกขาดง่าย ป้องกันความชื้นได้ดี ทนความร้อนสูง มีสัญลักษณ์บ่งบอกตำแหน่งที่เปิดอย่างชัดเจน สะดวกต่อการใช้งาน
๙. ผลิตภัณฑ์ผ่านการรับจดแจ้งผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. อายุของผลิตภัณฑ์ มีอายุไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับจากวันที่ผลิต และไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบ
๒. กรณีพบว่าสินค้า Lot. ใดมีปัญหา ผู้ขายต้องรับแลกเปลี่ยนทั้ง Lot. โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งปัญหา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายคมกฤษณ์ โกมุทรินทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวรุ่งอรุณ เนตรพุดซา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวปราณี วิสัยจิตร)