รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา

รายการชุด Syringe Injector สำหรับเครื่อง SINOMED, ชุด Syringe Injector สำหรับเครื่อง Optiventage, สายExtension coil รูปตัว Y พร้อม ๒ check valve และสาย Extension coil รูปตัว I

๑. ความเป็นมา

แผนกรังสีวิทยาโรงพยาบาลนครพิงค์ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) ซึ่งในปัจจุบันมีจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการตรวจเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นต้องใช้ชุดกระบอกฉีดสารทึบรังสี (Syringe Injector) ซึ่งเป็นวัสดุสิ้นเปลืองหลักในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความพร้อมในการให้บริการทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ให้เกิดผลกระทบต่อกระบวนการรักษาพยาบาลผู้ป่วย จึงเห็นควรดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างชุด Syringe Injector สำหรับเครื่อง SINOMED, ชุด Syringe Injector สำหรับเครื่อง Optiventage, สายExtension coil รูปตัว Y พร้อม ๒ check valve และสาย Extension coil รูปตัว I เพื่อสำรองไว้ให้เพียงพอต่อการใช้งานในรอบปีงบประมาณนี้

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ได้เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำหัตถการรักษาผู้ป่วย และสำรองไว้เพียงพอต่อการให้บริการผู้ป่วยในโรงพยาบาลนครพิงค์

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ กรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุ

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย

1. นางสาวเมลิสสา พันธุ์เมธิศร์	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ.....
2. นางสาวนิศา อ้นโสภา	นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ.....
3. นายอรรถพล จันทร์เสาร์	นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ.....

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ รายการชุดกระบอกฉีดสารทึบรังสีสำหรับเครื่องฉีดสารทึบรังสี (Syringe Injector) สำหรับเครื่อง SINOMED

๔.๑.๑ ข้อบ่งใช้

ใช้สำหรับบรรจุสารทึบรังสีสำหรับฉีดด้วยเครื่องฉีดสารทึบรังสีเข้าไปในร่างกายเพื่อวินิจฉัยร่วมกับเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

๔.๑.๒ คุณสมบัติทั่วไป

๔.๑.๒.๑ Syringe Injector ใน ๑ ชุด ประกอบด้วย

(๑) กระบอกฉีดสารทึบรังสี ขนาด ๒๐๐ ml. จำนวน ๑ ชิ้น

(๒) ข้องอมีรูปร่างลักษณะรูปตัว J หรือ Spike สำหรับดูดสารทึบรังสี จำนวน ๑ ชิ้น

(๓) สายสำหรับเชื่อมต่อกระบอกฉีดสารทึบรังสีความยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๐cm. จำนวน ๑ เส้น

๔.๑.๒.๒ กระบอกฉีดสารทึบรังสีทำจากพลาสติก ชนิด โพลีโพรพิลีน (Polypropylene) เป็น Disposable syringe ใช้บรรจุสารทึบรังสีเพื่อฉีดเข้าร่างกาย ชนิดโปร่งใส ทำให้สามารถมองเห็นระดับสารทึบรังสีและตรวจหาสิ่งแปลกปลอมในกระบอกฉีดได้ง่าย ไม่เป็นพิษ และไม่ทำปฏิกิริยากับสารทึบรังสีหรือยาทุกชนิด

๔.๑.๒.๓ กระบอกฉีดสารทึบรังสี ปราศจากรอยแตก รอยขีดข่วน

๔.๑.๒.๔ ปลายกระบอกฉีดสารทึบรังสีมีปลอกลักษณะเป็นเกลียวสวมอยู่ ช่วยให้ต่อเข้ากับสายเชื่อมต่อกระบอกได้แน่นสนิท

๔.๑.๒.๕ กระบอกฉีดสารทึบรังสีมีความลื่น สามารถดูดหรือดันสารทึบรังสีได้ง่าย ไม่หก และรั่วไหล

๔.๑.๒.๖ Syringe Injector แต่ละชุด บรรจุรวมในถาดพลาสติกที่ไม่โปร่งแสง ปิดสนิทมิดชิดไม่มีรอยฉีกขาดหรือชำรุดและผ่านการฆ่าเชื้อ (Sterilized)

๔.๑.๓ การบรรจุและการทำให้ปราศจากเชื้อ

๔.๑.๓.๑ ในชุด Syringe Injector แต่ละชิ้น บรรจุรวมในถาดพลาสติกที่ทึบไม่โปร่งแสง ปิดสนิทมิดชิด ไม่มีรอยฉีกขาดหรือชำรุด

๔.๑.๓.๒ เป็นกระบอกฉีดสารทึบรังสีที่ปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว

๔.๑.๓.๓ มีใบเอกสารหนังสือรับรองซึ่งออกโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณะสุข หรือหนังสือรับรองจากประเทศผู้ผลิต

1. นางสาวเมลิสสา พันธุ์เมธิศร์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ.....
2. นางสาวนิศา อ้นโสภา นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ กรรมการ.....
3. นายอรรถพล จันทร์เสาร์ นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ กรรมการ.....

๔.๑.๓.๔ ฉลากบนภาชนะซึ่งรวมบรรจุภัณฑ์กระบอกฉีดสารทึบรังสีมีข้อความหรือสัญลักษณ์แสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้

(๔.๑.๓.๔.๑) กระบอกฉีดสารทึบรังสี มีความจุเป็นมิลลิลิตร

(๔.๑.๓.๔.๒) ชื่อ เครื่องหมายการค้าหรือชื่อการค้าของผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์

(๔.๑.๓.๔.๓) ชื่อ สถานที่ตั้งของผู้ผลิตและข้อมูลผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายบนฉลากบรรจุภัณฑ์

(๔.๑.๓.๔.๔) กรอบเครื่องหมาย อย.หรือเครื่องหมายรับรองจากประเทศผู้ผลิตและเลขใบจดแจ้งรายการละเอียดบนฉลากบรรจุภัณฑ์ทั้งฉลากชั้นนอกและชั้นใน

(๔.๑.๓.๔.๕) เลขที่หรืออักษรหรือเครื่องหมายแสดงคำเตือน เช่น ห้ามนำไปใช้ซ้ำ

(๔.๑.๓.๔.๖) ข้อความหรือสัญลักษณ์ วิธีการฆ่าเชื้อ

(๔.๑.๓.๔.๗) ข้อความหรือสัญลักษณ์ที่มีความหมายว่า ปราศจากเชื้อ

(๔.๑.๓.๔.๘) ข้อความหรือสัญลักษณ์ที่มีความหมายว่า ใช้ได้ครั้งเดียว

(๔.๑.๓.๔.๙) เลขที่หรือเครื่องหมายแสดง Lot ผลิต วันเดือนปีที่หมดอายุ Exp Date.

๔.๒ รายการชุดกระบอกฉีดสารทึบรังสีสำหรับเครื่องฉีดสารทึบรังสี (Syringe Injector) สำหรับเครื่อง Optiventage

๔.๒.๑ ข้อบ่งใช้

ใช้สำหรับบรรจุสารทึบรังสีสำหรับฉีดด้วยเครื่องฉีดสารทึบรังสีเข้าไปในร่างกายเพื่อวินิจฉัยร่วมกับเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

๔.๒.๒ คุณสมบัติทั่วไป

๔.๒.๒.๑ Syringe Injector ใน ๑ ชุด ประกอบด้วย

(๑) กระบอกฉีดสารทึบรังสี ขนาด ๒๐๐ ml. จำนวน ๑ ชิ้น

(๒) ข้องอมีรูปร่างลักษณะรูปตัว J หรือ Spike สำหรับดูดสารทึบรังสี จำนวน ๑ ชิ้น

(๓) สายสำหรับเชื่อมต่อกระบอกฉีดสารทึบรังสีความยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๐ cm. จำนวน ๑ เส้น

๔.๒.๒.๒ กระบอกฉีดสารทึบรังสีทำจากพลาสติก ชนิด โพลีโพรพิลีน (Polypropylene) เป็น Disposable syringe ใช้บรรจุสารทึบรังสีเพื่อฉีดเข้าร่างกาย ชนิดโปร่งใส ทำให้สามารถมองเห็นระดับสารทึบรังสีและตรวจหาสิ่งแปลกปลอมในกระบอกฉีดได้ง่าย ไม่เป็นพิษ และไม่ทำปฏิกิริยากับสารทึบรังสีหรือยาทุกชนิด

๔.๒.๒.๓ กระบอกฉีดสารทึบรังสี ปราศจากรอยแตก รอยขีดข่วน

๔.๒.๒.๔ ปลายกระบอกฉีดสารทึบรังสีมีปลอกลักษณะเป็นเกลียวสวมอยู่ ช่วยให้ต่อเข้ากับสายเชื่อมต่อกระบอกได้แน่นสนิท

๔.๒.๒.๕ กระบอกฉีดสารทึบรังสีมีความลื่น สามารถดูดหรือดันสารทึบรังสีได้ง่าย ไม่หก และรั่วไหล

๔.๒.๒.๖ Syringe Injector แต่ละชุด บรรจุรวมในถาดพลาสติกที่ไม่โปร่งแสง ปิดสนิทมิดชิดไม่มีรอยฉีกขาดหรือชำรุดและผ่านการฆ่าเชื้อ (Sterilized)

๔.๒.๓ การบรรจุและการทำให้ปราศจากเชื้อ

1. นางสาวเมลิสสา พันธุ์เมธิศร์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ.....
2. นางสาวนิศา อ้นโสภา นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ กรรมการ.....
3. นายอรรถพล จันทร์เสาร์ นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ กรรมการ.....

๔.๒.๓.๑ ในชุด Syringe Injector แต่ละชิ้น บรรจุรวมในถาดพลาสติกที่ทึบไม่โปร่งแสง ปิดสนิทมิดชิด ไม่มีรอยฉีกขาดหรือชำรุด

๔.๒.๓.๒ เป็นกระบอกฉีดสารทึบรังสีที่ปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว

๔.๒.๓.๓ มีใบเอกสารหนังสือรับรองซึ่งออกโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณะสุข หรือหนังสือรับรองจากประเทศผู้ผลิต

๔.๒.๓.๔ ฉลากบนภาชนะซึ่งรวมบรรจุภัณฑ์กระบอกฉีดสารทึบรังสีมีข้อความหรือสัญลักษณ์แสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้

(๔.๒.๓.๔.๑) กระบอกฉีดสารทึบรังสี มีความจุเป็นมิลลิลิตร

(๔.๒.๓.๔.๒) ชื่อ เครื่องหมายการค้าหรือชื่อการค้าของผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์

(๔.๒.๓.๔.๓) ชื่อ สถานที่ตั้งของผู้ผลิตและข้อมูลผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายบนฉลากบรรจุภัณฑ์

(๔.๒.๓.๔.๔) กรอบเครื่องหมาย อย.หรือเครื่องหมายรับรองจากประเทศผู้ผลิตและเลขใบจดแจ้งรายการละเอียดบนฉลากบรรจุภัณฑ์ทั้งฉลากชั้นนอกและชั้นใน

(๔.๒.๓.๔.๕) เลขที่หรืออักษรหรือเครื่องหมายแสดงคำเตือน เช่น ห้ามนำไปใช้ซ้ำ

(๔.๒.๓.๔.๖) ข้อความหรือสัญลักษณ์ วิธีการฆ่าเชื้อ

(๔.๒.๓.๔.๗) ข้อความหรือสัญลักษณ์ที่มีความหมายว่า ปราศจากเชื้อ

(๔.๒.๓.๔.๘) ข้อความหรือสัญลักษณ์ที่มีความหมายว่า ใช้ได้ครั้งเดียว

(๔.๒.๓.๔.๙) เลขที่หรือเครื่องหมายแสดง Lot ผลิต วันเดือนปีที่หมดอายุ Exp Date.

๔.๓ สาย Extension coil รูปตัว Y พร้อม ๒ check valve

๔.๓.๑ ข้อบ่งใช้

ใช้สำหรับเชื่อมต่อกับเครื่องฉีดสารทึบรังสี (Injector)

๔.๓.๒ คุณสมบัติทั่วไป

๔.๓.๒.๑ สาย Y connecting tube ๒ Valve มีลักษณะรูปตัว Y มีวาล์วกันย้อนกลับ

๔.๓.๒.๒ บรรจุในซองที่ปิดสนิทมิดชิด ไม่มีรอยฉีกขาดหรือชำรุด

๔.๓.๒.๓ ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อ (Sterile)

๔.๓.๒.๔ ปลายทั้ง ๒ ข้างที่ใช้ต่อกับกระบอกฉีดสารทึบรังสี มีวาลว์กันย้อนกลับของเหลวเข้าสู่กระบอก

๔.๓.๒.๕ สายไม่ทำปฏิกิริยากับสารทึบรังสีและยาทุกชนิด

๔.๓.๒.๖ สายมีความยาวไม่มากกว่า ๑๐ cm.

๔.๒.๒.๗ สามารถใช้ได้ดีกับ CT, MRI injector

๔.๓.๓. ฉลากบรรจุซึ่งรวมบรรจุภัณฑ์

๔.๓.๓.๑ มีใบเอกสารหนังสือรับรองซึ่งออกโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณะสุข หรือหนังสือรับรองจากประเทศผู้ผลิต

1. นางสาวเมลิสสา พันธุ์เมธิศร์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ.....
2. นางสาวนิศา อ้นโสภา นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ กรรมการ.....
3. นายอรรถพล จันทร์เสาร์ นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ กรรมการ.....

๔.๓.๓.๒ ฉลากบนภาชนะซึ่งรวมบรรจุภัณฑ์สาย Y connecting tube ๒ Valve มีข้อความหรือสัญลักษณ์แสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้

(๑) สาย Y connecting tube ๒ Valve มีลักษณะรูปตัว Y

(๒) ชื่อ เครื่องหมายการค้าหรือชื่อการค้าของผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์

(๓) ชื่อ สถานที่ตั้งของผู้ผลิตและข้อมูลผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายบนฉลากบรรจุภัณฑ์ทั้งชั้นนอกและชั้นใน

(๔) กรอบเครื่องหมาย อย.หรือเครื่องหมายรับรองจากประเทศผู้ผลิตและเลขใบจดแจ้งรายการละเอียดบนฉลากบรรจุภัณฑ์ทั้งฉลากชั้นนอกและชั้นใน

(๕) เลขที่หรืออักษรหรือเครื่องหมายแสดงคำเตือน เช่น ห้ามนำไปใช้ซ้ำ

(๖) ข้อความหรือสัญลักษณ์ วิธีการฆ่าเชื้อ

(๗) ข้อความหรือสัญลักษณ์ที่มีความหมายว่า ปราศจากเชื้อ

(๘) ข้อความหรือสัญลักษณ์ที่มีความหมายว่า ใช้ได้ครั้งเดียว

(๙) เลขที่หรือเครื่องหมายแสดง Lot ผลิต วันเดือนปีที่หมดอายุ Exp Date.

๔.๔ สาย Extension coil รูปตัว I

๔.๓.๑ ข้อบ่งใช้

ใช้สำหรับเชื่อมต่อกับเครื่องฉีดสารทึบรังสี (Injector)

๔.๓.๒. คุณสมบัติทั่วไป

๔.๓.๒.๑ สาย Coiled Connecting Tube มีลักษณะรูปตัว I แบบมี valve กันย้อนกลับของสารทึบรังสี

๔.๓.๒.๒ บรรจุในซองที่ปิดสนิทมิดชิด ไม่มีรอยฉีกขาดหรือชำรุด

๔.๓.๒.๓ ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อ (Sterile)

๔.๓.๒.๔ ปลายสายมีปลอกลักษณะเป็นเกลียวสวมอยู่ ช่วยให้ต่อเข้ากับกระบอกได้แน่นสนิท

๔.๓.๒.๕ สายไม่ทำปฏิกิริยากับสารทึบรังสีและยาทุกชนิด

๔.๓.๒.๖ สายมีความยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร

๔.๓.๒.๗ สามารถใช้ได้ดีกับ CT, MRI Injector

๔.๓.๓. ฉลากบรรจุภัณฑ์และการทำให้ปราศจากเชื้อ

๔.๓.๓.๑ บรรจุในซองที่ปิดสนิทมิดชิด ไม่มีรอยฉีกขาดหรือชำรุด

๔.๓.๓.๒ มีใบเอกสารหนังสือรับรองซึ่งออกโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณะสุขหรือหนังสือรับรองจากประเทศผู้ผลิต

1. นางสาวเมลิสสา พันธุ์เมธิศร์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ.....
2. นางสาวนิศา อ้นโสภา นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ กรรมการ.....
3. นายอรรถพล จันทร์เสาร์ นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ กรรมการ.....

๔.๓.๓.๓ ฉลากบนซองบรรจุมีข้อความหรือสัญลักษณ์แสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้

(๑) ชื่อ เครื่องหมายการค้าหรือชื่อการค้าของผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์

(๒) ชื่อ สถานที่ตั้งของผู้ผลิตและข้อมูลผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายบนฉลากบรรจุภัณฑ์

(๓) กรอบเครื่องหมาย อย.หรือเครื่องหมายรับรองจากประเทศผู้ผลิตและเลขใบจดแจ้งรายละเอียดบนฉลากบรรจุภัณฑ์ทั้งฉลากชั้นนอกและชั้นใน

(๔) เลขที่หรืออักษรหรือเครื่องหมายแสดงคำเตือน เช่น ห้ามนำไปใช้ซ้ำ

(๕) ข้อความหรือสัญลักษณ์ วิธีการฆ่าเชื้อ

(๖) ข้อความหรือสัญลักษณ์ที่มีความหมายว่า ปราศจากเชื้อ

(๗) ข้อความหรือสัญลักษณ์ที่มีความหมายว่า ใช้ได้ครั้งเดียว

(๘) เลขที่หรือเครื่องหมายแสดง Lot ผลิต วันเดือนปีที่หมดอายุ Exp Date.

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ ผลิตภัณฑ์เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ทันที

๕.๒ อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ในการส่งมอบไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๕.๓ ผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทฯ ส่งมอบแล้วทางหน่วยงานใช้ไม่หมดหรือใกล้หมดอายุหรือเมื่อเกิดการชำรุดเสื่อมสภาพด้วยประการใด ๆ ก่อนกำหนดสามารถแลกเปลี่ยนคืนบริษัทได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและดูแลให้ตลอดอายุสัญญา

๕.๔ บริษัทฯ มีการยืนราคาเดิม โดยไม่เพิ่มราคาต้นทุนตลอดอายุสัญญา

๕.๕ ผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการรับรองสินค้าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือรับรองมาตรฐานจากประเทศผู้ผลิต

๕.๖ ผลิตภัณฑ์มีใบเอกสารหนังสือรับรองซึ่งออกโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณะสุข หรือหนังสือรับรองจากประเทศผู้ผลิต

๖. กำหนดส่งมอบพัสดุ

ผู้จะขายจะต้องส่งมอบสิ่งที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้จะซื้อตามปริมาณ ราคา วัน เวลา ที่กำหนดไว้ในใบสั่งซื้อแต่ละคราวด้วยค่าใช้จ่ายของผู้จะขายเอง พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกให้เรียบร้อย ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ ๑๕๙ หมู่ที่ ๑๐ ถนนโชตนา ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๘๐ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบครั้งเดียวหรือหลายครั้ง ผู้จะขายจะต้องส่งมอบให้ครบถ้วนตามจำนวนในสัญญา

๗. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ โรงพยาบาลนครพิงค์จะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคาโดยพิจารณาจากราคาแยกตามรายการข้อ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓และ ๔.๔

1. นางสาวเมลิสสา พันธุ์เมธิศร์	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ.....
2. นางสาวนิศา อ้นโสภา	นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ.....
3. นายอรรถพล จันทร์เสาร์	นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ.....

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

๘.๑ ผู้จะซื้อจะออกใบสั่งซื้อสิ่งของในแต่ละคราวเพียงรายการเดียวหรือหลายรายการพร้อมกันก็ได้ในปริมาณแต่ละรายการคราวละอย่างมากไม่เกิน จำนวนตามสัญญาหรือข้อตกลง หรืออย่างน้อยไม่ต่ำกว่า ๑ (หนึ่ง) หน่วยขนาดบรรจุ โดยระบุปริมาณ สถานที่ และวันเวลา ที่ผู้จะขายจะต้องส่งมอบไว้ในใบสั่งซื้อ แต่ละคราว ทั้งนี้ ผู้จะซื้อจะออกใบสั่งซื้อมอบให้แก่ผู้จะขายล่วงหน้าก่อนกำหนดเวลาส่งมอบตามใบสั่งซื้อไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

๘.๒ โรงพยาบาลนครพิงค์ จะจ่ายค่าสิ่งของที่คำนวณตามปริมาณที่กำหนดในใบสั่งซื้อแต่ละคราวและตามราคาต่อหน่วยดังระบุไว้ในสัญญา ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้จะขาย เมื่อผู้จะขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามใบสั่งซื้อแต่ละคราว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

๙. ค่าปรับ

ผู้จะขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้จะซื้อเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้ส่งมอบนับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบตามใบสั่งซื้อ จนถึงวันที่ผู้จะขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้จะซื้อจนถูกต้องครบถ้วน ตามใบสั่งซื้อ หรือจนถึงวันที่ผู้จะซื้อได้ซื้อสิ่งของตามใบสั่งซื้อนั้นจากบุคคลอื่น ในกรณีนี้ผู้จะขายยอมรับผิดชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญาด้วย ซึ่งผู้จะขายตกลงให้ผู้จะซื้อหักเงินค่าปรับและราคาที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวจากราคาสิ่งของที่จะต้องชำระตามใบสั่งซื้อคราวใดก็ได้หรือให้ผู้จะซื้อเรียกร้องจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้ ตามที่ผู้จะซื้อจะเห็นสมควร

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้จะขายต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ตรวจรับเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาครบถ้วน ตามใบสั่งซื้อแต่ละคราวครั้งสุดท้ายของสัญญาจะซื้อจะขาย กรณีสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่อง หรือขัดข้อง อันเนื่องมาจากกาขนส่ง การบรรจุหีบห่อเครื่องรัดพันผูกของผู้จะขายหรือบริษัทขนส่งของผู้จะขายหรือการเสื่อมสภาพจากการเก็บรักษาตามปกติผู้จะขายจะต้องนำส่งของมาเปลี่ยนให้ใหม่แทนของที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ส่งมอบหรือวันที่ได้รับแจ้งจากผู้จะซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

1. นางสาวเมลิสสา พันธุ์เมธิศร์	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ.....
2. นางสาวนิศา อ้นโสภา	นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ.....
3. นายอรรถพล จันทร์เสาร์	นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ.....