



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โทร. ๐๓๔-๙๖๐๘๑๘ ต่อ ๕๐๐ - ๕๐๑

ที่ นฐ ๕๑๐๐๖/- วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ที่ ๑๙๒๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของงานจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน จำนวน ๒๓ เครื่อง เพื่อใช้ในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้จัดทำรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของงานจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน จำนวน ๒๓ เครื่อง เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน จำนวน ๒๓ เครื่อง เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย เห็นควรดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางนิยม เต่าทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

นางสาวปทุมมาศ กมลเวช

(นางสาวปทุมมาศ กมลเวช)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

๒๖ พ.ย. ๒๕๖๗

อนุมัติ

(นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

๒๖ พ.ย. ๒๕๖๗

๕๐ หัวหน้าฝ่ายฯ.....

เจ้าหน้าที่.....

(นายอนุพันธ์ ปทุมมาสูตร)

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

๑. ความเป็นมา

ด้วยกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มีความจำเป็นเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน จำนวน ๒๓ เครื่อง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ดังนี้

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลพระประโทน ๑ เครื่อง
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลทัพหลวง ๑ เครื่อง
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระพัง ตำบลดอนข่อย ๒ เครื่อง
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลวัดไทยवास ๑ เครื่อง
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลไผ่หูช้าง ๑ เครื่อง
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองห่อ ตำบลหินมูล ๑ เครื่อง
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบัวปากท่า ๑ เครื่อง
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลานแหลม ตำบลวัดละมุด ๑ เครื่อง
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไทรงาม ตำบลไทรงาม ๑ เครื่อง
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลวังน้ำเขียว ๒ เครื่อง
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศาลาวิน ตำบลศาลายา ๒ เครื่อง
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดสุวรรณ ตำบลศาลายา ๒ เครื่อง
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบางหลวง ๒ เครื่อง
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลห้วยหมอนทอง ๑ เครื่อง
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเขมร ตำบลทุ่งลูกนก ๑ เครื่อง
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองพงกลาง ตำบลสระสั้มุม ๑ เครื่อง
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวทรายลาว ตำบลดอนตูม ๑ เครื่อง
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลลำพญา ๑ เครื่อง

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพดังกล่าว
- ๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมกำหนด
- ๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- ๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ณ วันเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้
- ๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งสละสิทธิ์และคุ้มกันเช่นนั้น

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ

จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน จำนวน ๒๓ เครื่อง

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

จำนวน ๙๐ วัน

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

เกณฑ์ราคา

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

จำนวนเงิน ๑,๔๗๒,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ แผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน หน้า ๑๒๔ ข้อ ๐๓ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน จำนวน ๒๓ เครื่อง ๆ ละ ๖๔,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ดังนี้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลพระประโทน ๑ เครื่อง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลทัพหลวง ๑ เครื่อง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระพัง ตำบลดอนข่อย ๒ เครื่อง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลวัดไทยवास ๑ เครื่อง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลไผ่หูช้าง ๑ เครื่อง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองท่อ ตำบลหินมูล ๑ เครื่อง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบัวปากท่า ๑ เครื่อง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลานแหลม ตำบลวัดละมุด ๑ เครื่อง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไทรงาม ตำบลไทรงาม ๑ เครื่อง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลวังน้ำเขียว ๒ เครื่อง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศาลาวัน ตำบลศาลายา ๒ เครื่อง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดสุวรรณ ตำบลศาลายา ๒ เครื่อง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบางหลวง ๒ เครื่อง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลห้วยหมอนทอง ๑ เครื่อง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเขมร ตำบลทุ่งลูกนก ๑ เครื่อง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองพงกลาง ตำบลสระสี่มุม ๑ เครื่อง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวทรายลาว ตำบลดอนตูม ๑ เครื่อง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลลำพญา ๑ เครื่อง (กองสาธารณสุข) ตั้งไว้ ๑,๔๗๒,๐๐๐ บาท

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

จำนวน ๑ งวด เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ถูกต้อง ครบถ้วน และผู้ตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

ร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาสินค้าที่ยังไม่ได้รับมอบ

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)

๑ ปี

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางสาวอณัญญา จันทรแพง)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายชัยกฤต ยศจุฑาธิบดี)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวลาวัลย์ ชาวสวนงาม)


รายละเอียดแนบท้ายร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑
งานจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน
กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

ลำดับ ที่	รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ	(√) ราคามาตรฐาน () ราคาที่สืบจากท้องตลาด () ราคาที่เคยจัดซื้อย้อนหลัง ๒ ปีงบประมาณ		
		จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
๑.	<p>เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน</p> <p><u>คุณสมบัติทั่วไป</u></p> <p>๑. เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน โดยใช้ Cuff แบบวงกลม/</p> <p>๒. เป็นการวัดแบบ Oscillometric/</p> <p>๓. สามารถวัดความดันโลหิตได้ทั้งแขนซ้ายและแขนขวา</p> <p>๔. มีระบบการพิมพ์ผลการวัดได้</p> <p>๕. สามารถวัดความดันโลหิตได้ช่วงระหว่าง ๓๐ - ๒๘๐ มิลลิเมตรปรอท (mmHg) และสามารถวัดอัตราการเต้นของชีพจรช่วงระหว่าง ๔๐ - ๑๘๐ ครั้งต่อนาที</p> <p>๖. สามารถวัดความดันโลหิต และชีพจรอัตโนมัติชนิดสอดแขนพร้อมเครื่องพิมพ์ผล</p> <p>๗. ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัด มีน้ำหนักไม่เกิน ๖ กิโลกรัม</p> <p>๘. มีปุ่ม เริ่ม/หยุด ๒ ปุ่ม เพื่อความสะดวกในการใช้งาน จึงเพิ่มความสะดวกในการสอดแขนเพื่อวัดความดันโลหิตได้ทั้งแขนซ้ายหรือแขนขวา</p> <p>๙. จอภาพแสดงผล เป็นตัวเลข LCD สีขาวแบบดิจิทัล ขนาดใหญ่ สามารถมองเห็นได้ชัดเจน</p> <p>๑๐. สามารถปรับตำแหน่งวางแขน ขึ้น - ลง ได้ตามความเหมาะสมของผู้ป่วย</p> <p>๑๑. มีระบบแจ้งเตือนการวางตำแหน่งแขนที่ถูกต้องผ่านทางจอแสดงผล (Elbow Detection Sensor) พร้อมการแจ้งเตือนด้วยเสียง</p> <p>๑๒. มีที่รองรับปลายแขนขณะทำการวัด</p> <p>๑๓. มีระบบจับความพร้อม (Sensor) บอกสถานะความพร้อมก่อนการวัดค่าความดันโลหิต</p>	๒๓ เครื่อง	๖๔,๐๐๐.- บาท	๑,๔๗๒,๐๐๐.- บาท

<p>คุณลักษณะเทคนิคเฉพาะ</p> <p>๑. ตัวเครื่องมีระบบความปลอดภัยจากแรงดันลมเกิน</p> <p>๒. สามารถกดปุ่ม (Stop) ได้ทันทีเมื่อต้องการยกเลิกการวัดความดันในกรณีฉุกเฉิน</p> <p>๓. สามารถตั้งเวลา วันที่ เดือน และปี พร้อมทั้งสามารถตั้งการทำงานด้วยเสียงภาษาไทย</p> <p>๔. อุปกรณ์ Cuff assembly หรือ อู่มงค์สอดแขนสามารถทำการเปิดได้เพื่อทำการเปลี่ยนผ้า Cuff cover และการซ่อมบำรุงในส่วนของ Arm unit</p> <p>๕. มีระบบแจ้งเตือนระยะเวลาทำการบำรุงรักษาอุปกรณ์ (Arm unit) ผ่านหน้าจอ LCD เมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๖. แบบแสดงผลการวัดผ่านทาง Thermal printer สามารถแจ้งเตือนผู้ตรวจในกรณีที่ผู้ตรวจพบภาวะการเสี่ยงของโรคหลอดเลือดอุดตัน</p> <p>๗. มีระบบ Navi เพื่อตรวจสอบตำแหน่งท่าทางการวางแขนว่าอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่เพื่อความแม่นยำในการวัด</p> <p>อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน</p> <p>๑. สายไฟ AC จำนวน ๑ เส้น</p> <p>๒. กระดาษบันทึก จำนวน ๑ ม้วน</p> <p>๓. คู่มือการใช้งานภาษาไทย จำนวน ๑ เล่ม</p> <p>๔. คู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ เล่ม</p> <p>๕. รถเข็นวางเครื่อง จำนวน ๑ คัน</p> <p>เงื่อนไข</p> <p>๑. รับประกันคุณภาพ ๑ ปี</p> <p>๒. เป็นตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิต หรือบริษัทตัวแทนผู้ผลิตภายในประเทศ</p> <p>๓. เป็นสินค้าใหม่ ไม่เคยสาธิตการใช้งานมาก่อน</p> <p>๔. มีเอกสารออกใบสอบเทียบมาตรฐานเครื่องในวันส่งมอบ</p> <p>๕. มีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข</p>			
		รวมเป็นเงิน	๑,๔๗๒,๐๐๐
(ตัวอักษร) (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)			

กำหนดส่งของ : ๙๐ วัน

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก : เกณฑ์ราคา

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางสาวอัญญา จันทรแพง)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายชัยกฤต ยศจุฑาธิบดี)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวลาวัลย์ ชาวสวนงาม)