

คุณลักษณะ

GAUZE CUT ๑๒"X๑๒"STERILE(๑๐PCS)

ความเป็นมา

งานบริการห้องผ่าตัดให้บริการผ่าตัดทั้งในและนอกเวลาราชการ ไม่จำกัดอายุ เพศ เชื้อชาติ และศาสนา จึงจำเป็นต้องมีวัสดุการแพทย์ที่สามารถให้บริการผ่าตัดทุกกลุ่มโรค ทุกหัตถการ ได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง ปลอดภัยและทันเวลา เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการผ่าตัดร่วมกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานห้องผ่าตัด

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับซับเลือด สารคัดหลั่ง ปิดแผล ในห้องผ่าตัด

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ผลิตจากเส้นฝ้าย ๑๐๐ % มีสีขาวปราศจากสารเรืองแสงเป็นชนิดตัดสำเร็จ ขนาด ๑๒" x ๑๒" ริมผ้าเรียบไม่หลุดลุ่ยง่าย และม้วนไว้นั่น
๒. มีคุณสมบัติในการดูดซึมได้ดี
๓. เมื่อผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำแล้ว ผ้าก็อสไม่เปลี่ยนสี เส้นด้ายไม่ขาด ไม่หลุดลุ่ย
๔. ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อโดยการอบแก๊ส Ethylene Oxide
๕. บรรจุในซองบรรจุเวชภัณฑ์ ทางกรแพทย์ (Peel Pouch) มี Indicator พิมพ์บนซองและภายในซอง เมื่อผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อแล้วจะเปลี่ยนสีอย่างชัดเจน, มีสัญลักษณ์แสดงทิศทางการเปิดซอง
 - ๑.๑ โดยซองมีขนาดความกว้าง ๑๕ ซม ยาว ๒๗ cm สามารถมองผ่านเข้าไปในซองได้ ด้านหนึ่งเป็นกระดาษหนาไม่น้อยกว่า ๗๐ g/m^๒ และอีกด้านหนึ่งเป็น Plastic มีความหนาไม่น้อยกว่า ๕๐ ไมครอน ประกอบติดกันโดยมีแถบรอยปิดผนึกเป็นลายเส้น ๓ เส้น ตลอดแนวทั้ง ๓ ด้าน มีรอยรีด (รอย Seal) รีดปิดสนิทตลอดแนว
 - ๑.๒ จะต้องไม่มีหมึกใด ๆ พิมพ์ลงบนซองทั้งด้านนอกของกระดาษและด้านนอกของพลาสติก
๖. สภาพซองมีความคงทน เมื่อทำการฉีกซองเพื่อใช้งาน สามารถเปิดซองได้สะดวก ไม่มีผงฝุ่น หรือขุยบริเวณที่เปิดตัวของซองสามารถป้องกันน้ำและความชื้นได้ดี
๗. ตัวอักษรและสัญลักษณ์รวมถึงเครื่องหมายบ่งชี้ (indicator) วิธีการทำให้ปลอดเชื้อด้วย Gas Ethylene Oxide พิมพ์อยู่ที่ด้านในกระดาษและต้องไม่สัมผัสกับตัวสินค้า เพื่อป้องกันการตกค้างและปนเปื้อนจากหมึกพิมพ์โดยเมื่อผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อแล้วตัวบ่งชี้ (indicator) จะเปลี่ยนสีอย่างชัดเจนและมีสัญลักษณ์แสดงทิศทางการเปิดซองอยู่บริเวณจุดเปิดของด้านบนเพื่อความสะดวกในการเปิดใช้งาน
๘. มีฉลากกำกับแต่ละซองข้อความครบถ้วน ดังนี้
 - วัน เดือน ปี ที่บรรจุ/ผลิต/Lot การผลิต
 - วัน เดือน ปี ที่หมดอายุใช้งาน
 - จำนวนชิ้นที่บรรจุในซอง
 - ขนาดของเวชภัณฑ์ที่บรรจุในซอง

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. มีเอกสารแสดงรายละเอียดการทำ Sterilization และผลการวิเคราะห์ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ประกอบการพิจารณา (มีเอกสารแนบ)
๒. ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต ISO ๑๓๔๘๕ : ๒๐๑๖ (มีเอกสารแนบ)
๓. เป็นผลิตภัณฑ์ก๊อสน้ำที่ได้รับรองมาตรฐาน CE (มีเอกสารแนบ)
๔. คุณสมบัติที่บริษัทนำมาเสนอต้องตรงกับแคตตาล็อก
๕. มีใบรับรองการเป็นผู้แทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย

.....ประธานกรรมการ
(นายพินัย นีรันตรุ่งเรือง)

.....กรรมการ
(นางสุมาลี ธรรมะ)

.....กรรมการ
(นางมนต์เทียน นิธิธนกุล)