

รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑
งานจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ
สำหรับออกปฏิบัติการเชิงรุกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

๑. หลักการและเหตุผล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ สำหรับออกปฏิบัติการเชิงรุกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ หน้า ๒๘๔ ข้อ ๐๑ , หน้า ๒๘๕ ข้อ ๐๒ , หน้า ๒๘๖ ข้อ ๐๓ วงเงินงบประมาณ ๒,๒๒๑,๐๒๐ บาท

๒. วัตถุประสงค์

สำหรับใช้ในการปฏิบัติเชิงรุกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมายกำหนด
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว

ลงชื่อ.....กานต์ อุ่นจันทร์.....ประธานกรรมการ
(นางสาวกานต์ อุ่นจันทร์)
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....นพคุณ.....กรรมการ
(นางสาววราภรณ์ ทาระวรรณ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....วราภรณ์.....กรรมการ
(นางสาววราภรณ์ โอปอ้อม)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ จำนวน ๔๘๖ เครื่อง

- มีระบบอัตโนมัติ ทำงานด้วยระบบ Oscillometric Method หรือที่ดีกว่า
- มีหน้าจอแสดงค่าความดันโลหิต และอัตราการเต้นของชีพจรพร้อมกัน
- มีช่วงการวัด
 - สามารถวัดค่าความดันขณะหัวใจบีบตรง (Systolic Blood Pressure-SYS) ได้ตั้งแต่ ๖๐ มม.ปรอท จนถึง ไม่น้อยกว่า ๒๖๐ มม.ปรอท
 - ค่าความดันขณะหัวใจคลายตัว (Diastolic Blood Pressure-DIA) ได้ตั้งแต่ ๔๐ มม.ปรอท จนถึง ไม่น้อยกว่า ๒๑๕ มม.ปรอท
 - ชีพจร : ตั้งแต่ ๔๐ ครั้ง/นาที จนถึง ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ครั้ง/นาที
- ความแม่นยำ
 - ความดันโลหิต : ± 3 มม.ปรอท
 - ชีพจร : $\pm 5\%$ ของค่าที่อ่านได้
- ใช้แบตเตอรี่แบบ Alkaline ๑.๕ V ๔ ก้อน หรือสามารถใช้กับ Adaptor กระแสสลับ ๒๒๐ v
- มีระบบเตือนเมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมด
- ผ้าพันแขนรองรับรอบแขนขนาดต่ำสุดไม่น้อยกว่า ๒๒ เซนติเมตร และสูงสุดมากกว่า ๓๒ เซนติเมตร
- สามารถบันทึกข้อมูลได้ ไม่น้อยกว่า ๖๐ ครั้ง
- มีสัญลักษณ์แสดงเมื่อพันผ้าถูกต้อง
- มีลักษณะบ่งชี้ความดันโลหิตสูงเกินมาตรฐาน (เกิน ๑๓๕/๘๕ มม.ปรอท)
- ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP หรือ ISO หรือ HACCP หรือ CE หรือ IEC หรือ ออย. หรือ มอก. หรือที่ดีกว่า โดยต้องมีเอกสารยืนยันให้ถูกต้อง
- รับประกันคุณภาพพร้อมความชำรุดบกพร่องตามสภาพการใช้งานปกติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
- หลังจากส่งเครื่องวัดความดันอัตโนมัติแล้ว ภายใน ๑ ปี จะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครื่องวัดความดันโลหิตทุกสอน.และรพ.สต. รวม ๗๑ แห่ง หากพบว่าเครื่องใดไม่ปกติจะต้องซ่อมแซมให้ใช้งานได้เป็นปกติ โดยกำหนดการตรวจสอบสภาพการใช้งาน ทุก ๖ เดือน ภายในระยะเวลา ๑ ปี

๔.๒ เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จำนวน ๔๘๖ เครื่อง

- เป็นเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดแบบหนีบทึมนิ้ว หน้าจอ LED
- มีระบบอัตโนมัติ
- สะดวกในการพกพา
- ใช้แบตเตอรี่ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- มีจอแสดงผลแสดงปริมาณออกซิเจนในเลือด และอัตราการเต้นของหัวใจ
- แสดงค่าเปอร์เซ็นต์ปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO₂) ได้ในช่วงระหว่าง ๓๕ - ๑๐๐ %

ลงชื่อ.....กนกต์ สุวัจน์.....ประธานกรรมการ
(นางสาวกานต์ อุ่นจันทร์)
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....วาทกนก.....กรรมการ
(นางสาววรางคณา ทาระวรรณ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....วธ.....กรรมการ
(นางสาววราภรณ์ โอบอ้อม)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- แสดงค่าชีพจร (Pulse) ได้ในช่วงตั้งแต่ ๒๕ bpm จนถึง ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ bpm
- มีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน $\pm 3\%$
- มีตัวบ่งชี้ระดับแบตเตอรี่
- รับประกันคุณภาพพร้อมความชำรุดบกพร่องตามสภาพการใช้งานปกติเป็นเวลาไม่น้อย

กว่า ๑ ปี

- สามารถปิดเครื่องเองอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน
- หน้าจอแสดงผลสามารถเปลี่ยนทิศทางได้ ๔ ทิศทาง
- ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP หรือ ISO หรือ HACCP หรือ CE หรือ IEC หรือ ออย. หรือ มอก. หรือที่ดีกว่า
- มีหนังสือรับรองการนำเข้าเป็นใบแจ้งรายละเอียดการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ โดยยังไม่หมดอายุ ณ วันเสนอราคา

๔.๓ เครื่องเจาะน้ำตาลปลายนิ้ว จำนวน ๔๘๖ เครื่อง

- ใช้เวลาอ่านค่าไม่น้อยกว่า ๔ วินาที
- หน้าจอ LCD
- หน่วยความจำไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ค่า สามารถดูย้อนหลังไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน
- มีปุ่มติดแถบตรวจออกเมื่อใช้เสร็จ
- มีระบบแจ้งเตือนเมื่อพบค่าน้ำตาลสูง/ต่ำ
- มีแบตเตอรี่ ๑ ชุด
- ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP หรือ ISO หรือ HACCP หรือ CE หรือ IEC หรือ ออย. หรือ มอก. หรือที่ดีกว่า
- ใช้สำหรับตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองได้ตั้งแต่ ๑๐ - ๙๐ mg/dl
- สามารถแปลผลง่าย
- มีปากกาเจาะเลือด ๑ ด้าม และแถบตรวจไม่น้อยกว่า ๒๕ อัน และเข็มเจาะไม่น้อยกว่า ๒๕ เล็ม
- มีเครื่องตรวจน้ำตาล ๑ เครื่อง

ลงชื่อ.....กนก อนุจันทร์.....ประธานกรรมการ
(นางสาวกานต์ อนุจันทร์)
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....จันทนา.....กรรมการ
(นางสาววรางคณา ทาระวรรณ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....จรูญ.....กรรมการ
(นางสาววราภรณ์ โอบอ้อม)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

/๕. เขียนไข่อื่นๆ...

๕. เงื่อนไขอื่นๆ

๕.๑ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอต่อรายการ

๕.๒ ในการเสนอราคา กำหนดยื่นราคาภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันยื่นเสนอราคาโดยภายในกำหนด ยื่นราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๕.๓ กรณีพัสดุที่จะซื้อจัดจ้างหรือส่งมอบในการจัดจ้างครั้งนี้ หากแม่ผู้ขาย/คู่สัญญาเป็นผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SMEs) ให้ผู้ขาย-คู่สัญญาแสดงหรือการขึ้นทะเบียนฯ ด้วย (ถ้ามี)

๖. การรับประกัน

ต้องรับประกันคุณภาพการใช้งานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๗. ระยะเวลาส่งมอบของ

ผู้ขายต้องส่งมอบของ ภายใน ๓๐ วัน (สามสิบวัน) นับจากวันที่ได้รับอนุมัติใบสั่งซื้อ

๘. เกณฑ์ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จะพิจารณาตัดสินโดยใช้ หลักเกณฑ์ราคาต่ำสุดต่อรายการเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสิน

๙. ราคากลางและแหล่งที่มาของราคากลาง

วงเงินราคากลางจำนวน ๒,๑๐๘,๗๕๕-บาท (สองล้านหนึ่งแสนแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) แหล่งที่มาของราคากลางที่ได้มาจากการสืบราคาท้องตลาด

๑. บริษัท เออร์ต้า เมติคอล จำกัด

๒. บริษัท บี เวลด์ เมติคอล จำกัด

๓. บริษัท ยูนิแคร์ ซัพพลาย จำกัด

๑๐. เงื่อนไขการชำระเงิน

ผู้ซื้อตกลงชำระเงินให้แก่ผู้ขาย จำนวน ๑ งวด เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว

๑๑. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้รับมอบ

๑๒. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของครุภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้รับมอบ โดยผู้ขายต้องดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิม ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง ในกรณีครุภัณฑ์ที่อยู่ในระยะรับประกัน ๑ ปี เกิดชำรุด และไม่สามารถซ่อมแซมได้ผู้ขายจะต้องนำ เครื่องใหม่ที่ไม่ผ่านการใช้งานมาทดแทน และมีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่าเดิม

ลงชื่อ.....*อุณรัตน์*.....ประธานกรรมการ
(นางสาวกานต์ อุณรัตน์)
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....*วราภรณ์*.....กรรมการ
(นางสาววราภรณ์ ทาระวรรณ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....*วราภรณ์*.....กรรมการ
(นางสาววราภรณ์ โอบอ้อม)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

๑๓. ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ

กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ๑๒๕ หมู่ ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัด
ลำพูน ๕๑๐๐๐

ลงชื่อ.....กนก อนุจันทร์.....ประธานกรรมการ
(นางสาวกนก อนุจันทร์)
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....วราภรณ์.....กรรมการ ลงชื่อ.....โอบอ้อม.....กรรมการ
(นางสาววราภรณ์ ทาระวรรณ) (นางสาววราภรณ์ โอบอ้อม)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

วิชัย บุญอุดมพร

(นายวิชัย บุญอุดมพร)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
๑๒ พ.ย. ๒๕๖๘