

**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจัดซื้อ
เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น จำนวน ๒ เครื่อง**

(๑) ความเป็นมา




ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๓๗ แห่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และจำนวน ๑๐ แห่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รวมจำนวน ๔๗ แห่งตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้รับมอบภารกิจสาธารณสุขในการพัฒนาศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ในด้านการสาธารณสุขมูลฐานและการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ สนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจสถานีนอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถยกระดับการบริการประชาชนด้านสุขภาพระดับปฐมภูมิเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน กองสาธารณสุข จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่ประชาชน ผู้มารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

(๒) วัตถุประสงค์

เพื่อบริการประชาชนที่มีปัญหาด้านกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ ให้ได้รับการดูแลรักษาที่เหมาะสมและครบถ้วน สามารถดำเนินงานด้านการดูแลรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยด้านกายภาพบำบัดได้มากขึ้น

(๓) คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจกรรมของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ (นายสมประสงค์ พุฒวงศ์สุกุล) เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	(ลงชื่อ)  กรรมการ (นางสาวนันธิชา ศรีวิจารณ์) นายแพทย์ปฏิบัติการ	(ลงชื่อ)  กรรมการ (นางปรัชญารัตน์ สายสวาสดี) นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
---	--	--

๓.๙ ไม่เป็นผู้...

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือการคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งสละสิทธิและความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

(๔) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

ลำดับที่	รายละเอียดของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
๑	<p>เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น</p> <p>๑. คุณสมบัติทั่วไป</p> <p>๑.๑ เป็นเครื่องกำเนิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดคลื่นสั้น</p> <p>๑.๒ ใช้กับแรงดันไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ตซ์</p> <p>๑.๓ มีล้อเข็นและล้อคล้อได้</p> <p>๒. คุณสมบัติทางเทคนิค</p> <p>๒.๑ เป็นเครื่องกำเนิดคลื่นสั้น ความถี่ ๒๗.๑๒ เมกกะเฮิร์ตซ์</p> <p>๒.๒ สามารถให้กำเนิดคลื่นได้ ๒ รูปแบบ คือแบบต่อเนื่องและแบบช่วง</p> <p>๒.๓ คลื่นแบบต่อเนื่องสามารถให้พลังงานสูงสุดอย่างน้อย ๑๐๐ วัตต์ และคลื่นแบบช่วงสามารถให้พลังงานสูงสุดอย่างน้อย ๒๐๐ วัตต์</p> <p>๒.๔ สามารถปรับความถี่คลื่นได้ตั้งแต่ ๑๐ เฮิร์ตซ์ ถึง ๑,๕๐๐ เฮิร์ตซ์</p>	๒	เครื่อง	๓๓๐,๐๐๐.-	๓๕๐,๐๐๐.-

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายสมประสงค์ พุฒวงศ์สกุล)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

(นางสาวนันทิชา ศรีวิจารณ์)
นายแพทย์ปฏิบัติการ

(นางปรัชญาภรณ์ สายสวัสดิ์)
นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

๒.๕ สามารถเลือก...

ลำดับ ที่	รายละเอียดของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	หน่วยนับ	ราคา/ หน่วย	จำนวนเงิน
	<p>๒.๕ สามารถตั้งเวลาในการรักษาได้อย่างน้อย ๓๐ นาที</p> <p>๒.๖ หน้าจอเป็นระบบสัมผัสและสามารถตั้งค่าการทำงานได้</p> <p>๒.๗ มีโปรแกรมสำเร็จรูปในการรักษา</p> <p>๒.๘ เมื่อหมดเวลาการรักษา จะตัดพลังงานไฟฟ้าอัตโนมัติ</p> <p>๒.๙ มีระบบตัดการทำงานของเครื่องอัตโนมัติ เมื่อมีกระแสไฟฟ้าเข้าเครื่องมากเกินไป หรือเมื่อกระแสไฟฟ้าลัดวงจร</p> <p>๒.๑๐ ผู้ป่วยสามารถหยุดการทำงานของเครื่องด้วยตนเองได้ เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน</p> <p>๒.๑๑ แขนยึดอิเล็กโทรดสามารถปรับได้สะดวก สามารถปรับได้อย่างน้อย ๔ จุด/แขน</p> <p>๓. อุปกรณ์ประกอบเครื่อง</p> <p>๓.๑ capacitive applicator (ขั้วไฟฟ้า แบบคาปาซิเตอร์) ขนาด ๑๓๐ มิลลิเมตร จำนวน ๒ ชิ้น</p> <p>๓.๒ Inductive Applicator (ขั้วไฟฟ้าแบบขดลวดเหนี่ยวนำ) ขนาด ๑๔๐ มิลลิเมตร จำนวน ๒ ชิ้น</p> <p>๓.๓ Connection cable (สายต่อขั้วไฟฟ้า) จำนวน ๑ ชิ้น</p> <p>๓.๔ Neon Check Light (หลอดไฟนีออนเช็คคลื่น) จำนวน ๑ หลอด</p> <p>๓.๕ Six joint holding arm (แขนจับขั้วไฟฟ้า ๖ ข้อต่อ) จำนวน ๒ ชิ้น</p> <p>๓.๖ สายไฟหลัก จำนวน ๑ เส้น</p>				

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายสมประสงค์ พุฒวงศ์สกุล)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

(นางสาวนันทิชา ศรีวิจารณ์)
นายแพทย์ปฏิบัติการ

(นางปรัชญาภรณ์ สายสวัสดิ์)
นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจัดซื้อเครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น จำนวน ๒ เครื่อง

- ๕ -

ลำดับ ที่	รายละเอียดของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
	<p>๔. เงื่อนไขเฉพาะ</p> <p>๔.๑ เป็นสินค้าใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน</p> <p>๔.๒ รับประกันคุณภาพอย่างน้อย ๒ ปี และมีเครื่อง สำหรับการใช้งานให้ระหว่างรอการแก้ไข โดยไม่คิดมูลค่า ใดๆ เป็นระยะเวลา ๒ ปี</p> <p>๔.๓ กรณีเป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศต้องมีสำเนา เอกสารแบบแจ้งรายละเอียดเครื่องมือแพทย์สำหรับ ผู้ประกอบการนำเข้าเครื่องมือจากคณะกรรมการอาหาร และยา กระทรวงสาธารณสุข โดยให้ยื่นในวันส่งมอบ</p> <p>๔.๔ มีหนังสือคู่มือการใช้งานและการดูแลรักษาฉบับ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ ๑ ชุด</p> <p>๕. สถานที่ติดตั้ง</p> <p>ติดตั้ง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ๒ แห่ง</p> <p>๑. รพ.สต.วังฆ้อง อำเภอฟาร์มโพธิ์</p> <p>๒. รพ.สต.ศรีภิรมย์ อำเภอฟาร์มโพธิ์</p>				
ราคากลางที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง (เจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)					๗๔๐,๐๐๐.-

ดำเนินการจัดซื้อเครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น จำนวน ๒ เครื่อง ให้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังฆ้อง จำนวน ๑ เครื่อง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีภิรมย์ จำนวน ๑ เครื่อง ข้างต้น ปรากฏว่าเป็นพัสดุที่ไม่มีในประเทศ จึงขออนุมัติใช้พัสดุที่ผลิตหรือนำเข้าจากต่างประเทศตามแนวทาง คู่มือการปฏิบัติงานแนบท้ายหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ข้อ ๑.๑.๑.๒ กรณีพัสดุที่หน่วยงานของรัฐ ต้องการใช้งานเป็นพัสดุที่ไม่มีผลิตภายในประเทศ หน่วยงานของรัฐสามารถกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน โดยไม่ต้องกำหนดว่าเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ กรณีนี้ไม่ต้อง ขออนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมประสงค์ พุฒวงศ์สกุล)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนันทิชา ศรีวิจารณ์)

นายแพทย์ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางปรัชญารัตน์ สายสวัสดิ์)

นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

(๕) กำหนดเวลา...

(๕) กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญาซื้อขาย

(๖) หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ

การพิจารณาข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

(๗) วงเงินในการจัดหา

ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อนุมัติเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการจัดซื้อเครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น ตามคำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย โอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณรายการดังกล่าวไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณฯ ข้อ ๐๐๙ หน้า ๖๕๒ ดังนี้

- จัดซื้อเครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ ๓๗๐,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๗๔๐,๐๐๐.- บาท (-เจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน-)

(๘) งวดงานและการจ่ายเงิน

ผู้ขายต้องส่งมอบพัสดุให้กับผู้ซื้อภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญาซื้อขาย โดยให้ส่งมอบจำนวน ๑ งวด ให้ครบถ้วน และเมื่อตรวจรับถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ผู้ซื้อจะจ่ายเงินให้กับผู้ขายให้ครบถ้วนภายในกำหนด ๑ งวด

(๙) อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

(๑๐) การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)

รับประกันคุณภาพ เป็นระยะเวลาจำนวน ๒ ปี และมีเครื่องสำรองการใช้งานให้ระหว่างรอการแก้ไข โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ เป็นระยะเวลา ๒ ปี

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมประสงค์ พุฒวงศ์สกุล)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนันทิชา ศรีวิจารณ์)

นายแพทย์ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางปรัชญารัตน์ สายสวัสดิ์)

นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ