

คุณลักษณะเฉพาะ
Wire Pass Drill ๑.๐ mm.
(หัวเจาะ สำหรับเครื่องตัดเปิด และ กรอ กระตุกขากรรไกร)

ความต้องการ

๑๘๐ ชิ้น

วัตถุประสงค์


ใช้สำหรับผ่าตัดในงานศัลยกรรมพลาสติกหรือเจาะรูรอยลวดในงานศัลยกรรมระบบประสาท


คุณสมบัติทั่วไป

๑. เป็นหัวเจาะที่ใช้งานร่วมกับเครื่องเจาะกระดูกโดยใช้ต่อเข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้าความเร็วสูง
๒. ผลิตจากเหล็กกล้าไร้สนิม(Stainless Steel)
๓. ดอกสว่านเจาะกระดูกมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑.๐ มิลลิเมตร

เงื่อนไขเฉพาะ

- ๑ บรรจุในซองที่ปราศจากเชื้อ และสามารถใช้งานได้ทันที
- ๒ สินค้าต้องมีอายุการใช้งานมากกว่า ๑ ปีนับจากวันรับสินค้าและหากชำรุดเสียหายก่อนใช้งาน บริษัทต้องเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ทันที
- ๓ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพจากทวีปยุโรป , อเมริกา หรือเอเชีย
- ๔ ได้รับใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- ๕ มีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต หรือ ผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย
- ๖ คุณสมบัติที่บริษัทนำมาต้องตรงกับแคตตาล็อก
- ๗ สามารถใช้งานได้กับเครื่องตัดเจาะและกรอกระดูกและปิดกะโหลกศีรษะด้วยระบบไฟฟ้าความเร็วรอบสูง ที่โรงพยาบาลมีอยู่

ผู้กำหนดคุณลักษณะ.....
(นางมนต์เทียน นิธิกุล)

ผู้กำหนดคุณลักษณะ.....
(นางสุมาลี ธรรมะ)

ผู้รับรองคุณลักษณะ.....
(นายพินัย นีรันดร์รุ่งเรือง)

คุณลักษณะเฉพาะ
Twist Drill ๑.๕mm.

(หัวเจาะ สำหรับเครื่องเปิดและกรอกระโหลกศีรษะ และ กรอกระดูกขากรรไกร)

ความต้องการ

๒๐๐ ชิ้น

วัตถุประสงค์


ใช้สำหรับผ่าตัดในงานศัลยกรรมพลาสติกหรือเจาะรูร้อยลวดในงานศัลยกรรมระบบประสาท


คุณสมบัติทั่วไป


1. เป็นหัวเจาะที่ใช้งานร่วมกับเครื่องเจาะกระดูกโดยใช้ต่อเข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้าความเร็วสูง
2. ผลิตจากเหล็กกล้าไร้สนิม(Stainless Steel)
๓. ดอกสว่านเจาะกระดูกมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑.๕มิลลิเมตร

เงื่อนไขเฉพาะ

1. บรรจุในซองที่ปราศจากเชื้อ และสามารถใช้งานได้ทันที
2. สินค้าต้องมีอายุการใช้งานมากกว่า ๑ ปีนับจากวันรับสินค้าและหากชำรุดเสียหายก่อนใช้งานบริษัทต้องเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ทันที
3. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพจากทวีปยุโรป , อเมริกา หรือเอเชีย
4. ได้รับใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
5. มีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต หรือ ผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย
6. คุณสมบัติที่บริษัทนำมาต้องตรงกับแคตตาล็อก
7. สามารถใช้งานได้กับเครื่องตัดเจาะและกรอกระดูกและปิดกะโหลกศีรษะด้วยระบบไฟฟ้าความเร็วรอบสูง ที่โรงพยาบาลมีอยู่

ผู้กำหนดคุณลักษณะ.....
(นางมนต์เทียน นิธิกุล)

ผู้กำหนดคุณลักษณะ.....
(นางสุมาลี ธรรมะ)

ผู้รับรองคุณลักษณะ.....
(นายพินัย นีรันดร์รุ่งเรือง)

คุณลักษณะเฉพาะ
Craniotome Blade Medium

วัตถุประสงค์

เป็นเครื่องมือผ่าตัดในงานศัลยกรรมระบบประสาท โดยใช้งานในการเปิดกะโหลกศีรษะ

คุณสมบัติทั่วไป


- เป็นใบเลื่อยที่ใช้ร่วมกับเครื่องเจาะและตัดกระดูกใช้ต่อกับมอเตอร์ไฟฟ้าความเร็วสูง
- ผลิตจากเหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless Steel)


คุณสมบัติเฉพาะ


ใบเลื่อยตัดกะโหลกศีรษะขนาดกลางเป็นหัวตัดความยาวไม่น้อยกว่า ๖๕ มิลลิเมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของก้าน ๓.๑๕ มิลลิเมตร

เงื่อนไขเฉพาะ

- ๑ บรรจุในซองที่ปราศจากเชื้อ และสามารถใช้งานได้ทันที
- ๒ สินค้าต้องมีอายุการใช้งานมากกว่า ๑ ปีนับจากวันรับสินค้าและหากชำรุดเสียหายก่อนใช้งาน บริษัทต้องเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ทันที
- ๓ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพจากทวีปยุโรป , อเมริกา หรือเอเชีย
- ๔ ได้รับใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- ๕ มีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต หรือ ผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย
- ๖ คุณสมบัติที่บริษัทนำมาต้องตรงกับแคตตาล็อก
- ๗ สามารถใช้งานได้กับเครื่องตัดเจาะและกรอกระดูกและเปิดกะโหลกศีรษะด้วยระบบไฟฟ้าความเร็วรอบสูง ที่โรงพยาบาลมีอยู่

ผู้กำหนดคุณลักษณะ.....
(นางมนต์เทียน นิธิกุล)

ผู้กำหนดคุณลักษณะ.....
(นางสุมาลี ธรรมะ)

ผู้รับรองคุณลักษณะ.....
(นายพินัย นีรันดร์รุ่งเรือง)