

คุณลักษณะเฉพาะ ขอบลิ้นหัวใจเทียมชนิด Flexible

ความเป็นมา

งานบริการห้องผ่าตัดให้บริการผ่าตัดทั้งในและนอกเวลาราชการ ไม่จำกัดอายุ เพศ เชื้อชาติ และศาสนา จึงจำเป็นต้องมีวัสดุการแพทย์ที่สามารถให้บริการผ่าตัดทุกกลุ่มโรค ทุกหัตถการ ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง ปลอดภัยและทันเวลา เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการผ่าตัดร่วมกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานห้องผ่าตัด

วัตถุประสงค์

ใช้สำหรับซ่อมลิ้นหัวใจขณะผ่าตัดหัวใจแบบเปิด

คุณลักษณะเฉพาะ

เป็นขอบลิ้นหัวใจสำหรับซ่อมลิ้นหัวใจ Mitral และ Tricuspid Valve

๑. ขอบลิ้น Mitral Valve

๑.๑ ขอบลิ้นมีลักษณะเป็นชนิด Close Ring

๑.๒ แกบในทำด้วย Elgiloy และ Plastic Strip หุ้มด้วยยาง Silicone และ Polyester Fabric

๑.๓ มีขนาดต่างๆ กันให้เลือก เพื่อความเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย โดยมีขนาดตั้งแต่ ๒๔ mm ถึง ๔๐ mm

๒. ขอบลิ้น Tricuspid Valve

๒.๑ ขอบลิ้นมีลักษณะเป็นชนิด Rigid และ Open Ring

๒.๒ แกบในทำด้วย Titanium Alloy หุ้มด้วยยาง Silicone และ Polyester Fabric

๒.๓ มีขนาดต่างๆ กันให้เลือกเพื่อความเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย โดยมีขนาดตั้งแต่ ๒๖ mm ถึง ๓๖ mm

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. บรรจุในภาชนะปราศจากเชื้อ นำมาใช้ได้ทันที
๒. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานทวิปอเมริกา ทวีปยุโรป หรือ เอเชีย
๓. มีใบรับรองนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากคณะกรรมการอาหารและยา
๔. ลิ้นหัวใจทั้ง ๒ ประเภทสามารถแลกเปลี่ยนขนาดได้
๕. มีใบรับรองการเป็นผู้แทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย

๖. ต้องมีใบประเมินผลการใช้งานในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
๗. คุณสมบัติที่บริษัทนำมาเสนอต้องตรงตามกับในแคตตาล็อก

..........ประธานกรรมการ

(นายกีรศักดิ์ จิตวัฒนกุล)

..........กรรมการ

(นายดำริ เศรษฐจินดา)

..........กรรมการ

(นางมนต์เทียน นิธิธกุล)